

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790300-1
Сатып алудың атауы:	О типті тығыздағыш сақина
Лоттың нөмірі:	№ 88257361-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тығыздауыш шеңбер
Лоттың сипаттауы:	резеңке, гидравликалық және пневматикалық құрылғыларға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Уплотнительной кольцо О-типа
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Комплект
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Аль-Фараби 75Б
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған күннен бастап 80 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК Тауардың атауы: Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометріне арналған қосалқы бөлшектер жиынтығы. 1. Тауардың функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы Қосалқы бөлшектер Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометріне техникалық қызмет көрсетуге, жанарғы, бүріккіш және бүрку камерасы тораптарының қосылыстарының герметикалығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ бүріккіштің капиллярлық торабының тиісті жұмысын қамтамасыз етуге арналған. Жеткізілетін қосалқы бөлшектер көрсетілген каталогтық нөмірлерге, типтік өлшемдерге сәйкес болуы және Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрімен үйлесімділікті қамтамасыз етуі тиіс. 2. Жеткізу жиынтығы және техникалық сипаттамалары 1. О типті тығыздағыш сақина, каталогтық нөмірі 036-15551-16, типтік өлшемі AS568-116, орындалуы 4D. Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің жанарғы торабының қосылыстарын герметизациялауға арналған. Саны — кемінде 1 дана. 2. О типті тығыздағыш сақина, каталогтық нөмірі 036-11222, типтік өлшемі P22, орындалуы 4D. Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің жанарғы торабының қосылыстарын тығыздауға арналған. Саны — кемінде 1 дана. 3. О типті тығыздағыш сақина, каталогтық нөмірі 036-11217, типтік өлшемі P16, орындалуы 4D. Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің бүріккіш және сақтандырғыш тығын қосылыстарын герметизациялауға арналған. Саны — кемінде 1 дана. 4. О типті тығыздағыш сақина, каталогтық нөмірі 036-11237, типтік өлшемі P35, орындалуы 4D. Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің бүрку торабының қосылыстарын герметизациялауға арналған. Саны — кемінде 1 дана. 5. О типті тығыздағыш сақина, каталогтық нөмірі 036-11203, типтік өлшемі P5, орындалуы 4D. Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің бүріккіш қосылыстарын тығыздауға арналған. Саны — кемінде 1 дана. 6. О типті тығыздағыш сақина, каталогтық нөмірі 036-11215-84, типтік өлшемі P14, орындалуы 4D. Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің бүрку камерасының ағызу торабының қосылыстарын герметизациялауға арналған. Саны — кемінде 1 дана. 7. Полиэтиленнен жасалған капиллярлық түтік (PE), каталогтық нөмірі 200-31328-01, № 3 типі, сыртқы диаметрі — 1,0 мм, ішкі диаметрі — 0,4 мм, ұзындығы — 1 м. Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің бүріккіш капиллярлық торабында пайдалануға арналған. Саны — кемінде 1 дана, ұзындығы 1 м. 3. Тауардың сапасы мен техникалық жай-күйіне қойылатын талаптар 3.1. Жеткізілетін барлық қосалқы бөлшектер жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және жөндеуден өтпеген болуы тиіс. 3.2. Қосалқы бөлшектер көрсетілген каталогтық нөмірлерге, типтік өлшемдерге және техникалық сипаттамаларға сәйкес болуы тиіс. 3.3. Барлық позициялар Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрімен үйлесімді болуы және жабдықтың тиісті тораптарына орнатуға жарамды болуы тиіс. 3.4. Тығыздағыш сақиналарда қосылыстардың герметикалығына әсер етуі мүмкін жарықтар, жыртылулар, деформациялар және өзге де ақаулар болмауы тиіс.

3.5. Капиллярлық түтік белгіленген өлшемдерге сәйкес болуы, майысуларсыз, жарықтарсыз, бітелулерсіз және мақсаты бойынша пайдалануға кедергі келтіретін өзге де зақымдануларсыз болуы тиіс.

3.6. Пайдаланылғанын көрсететін белгілері, механикалық зақымданулары немесе өндірістік ақаулары бар қосалқы бөлшектерді жеткізуге жол берілмейді.

4. Қаптамаға, сақтауға және тасымалдауға қойылатын талаптар

4.1. Тауар тасымалдау және сақтау кезінде оның сақталуын қамтамасыз ететін қаптамада жеткізілуі тиіс.

4.2. Қаптама қосалқы бөлшектерді ластанудан, ылғалдан және механикалық зақымданудан қорғауы тиіс.

4.3. Сақтау және тасымалдау шарттары өндірушінің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4.4. Жеткізу кезінде тауар бастапқы пайдалану қасиеттерін сақтауы және мақсаты бойынша пайдалануға жарамды болуы тиіс.

5. Жиынтықтылыққа және құжаттарға қойылатын талаптар

5.1. Тауар осы техникалық ерекшеліктің 2-бөлімінде көрсетілген тізбеге толық сәйкес жеткізілуі тиіс.

5.2. Әрбір позицияның саны техникалық ерекшелікте белгіленген мөлшерден кем болмауы тиіс.

5.3. Тауарды жеткізу кезінде тауарға ілеспе құжаттар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда тауардың сапасын немесе сәйкестігін растайтын құжаттар ұсынылуы тиіс.

5.4. Өндіруші көздеген жағдайда каталогтық нөмірлер мен таңбалау жеткізілетін қосалқы бөлшектерді сәйкестендіруге мүмкіндік беруі тиіс.

6. Жеткізу мерзімдері мен шарттарына қойылатын талаптар

6.1. Жеткізу мерзімі мемлекеттік сатып алу туралы шартпен айқындалады.

6.2. Жеткізу орны мемлекеттік сатып алу туралы шартпен айқындалады.

6.3. Егер шартта өзгеше көзделмесе, қаптау, тасымалдау және жеткізу шығындары тауардың құнына енгізіледі.

6.4. Тапсырыс беруші тауарды саны, жиынтықтылығы және осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігі тексерілгеннен кейін қабылдайды.

7. Кепілдік міндеттемелер

7.1. Өнім беруші жеткізілетін қосалқы бөлшектердің осы техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкестігіне кепілдік береді.

7.2. Каталогтық нөмірлердің, техникалық сипаттамалардың немесе жиынтықтылықтың сәйкес келмеуі не ақаулар анықталған жағдайда, өнім беруші сәйкес келмейтін тауарды өз есебінен шартта белгіленген тәртіппен және мерзімдерде ауыстыруға міндетті.

7.3. Кепілдік міндеттемелер мемлекеттік сатып алу туралы шартпен және Қазақстан Республикасының заңнамасымен айқындалады.

8. Қосымша талаптар

Жеткізілетін қосалқы бөлшектер жабдықтың конструкциясына өзгерістер енгізу қажеттілігінсіз Shimadzu AA-6200 атомдық-абсорбциялық спектрофотометрінің құрамында мақсаты бойынша пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс.

Баламалы тауарлар ұсынылған жағдайда, егер сатып алу шарттарында өзгеше көзделмесе, өнім беруші олардың көрсетілген жабдықпен толық үйлесімділігін және барлық белгіленген техникалық сипаттамаларға сәйкестігін растауы тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790300-1
Наименование закупки:	Уплотнительное кольцо О-типа
Номер лота:	№ 88257361-ЗЦП1
Наименование лота:	Кольцо уплотнительное
Описание лота:	резиновое, для гидравлических и пневматических устройств
Дополнительное описание лота:	Уплотнительной кольцо О-типа
Количество:	1
Единица измерения:	Комплект
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Аль-Фараби 75Б
Срок поставки:	в течение 80 календарных дней со дня подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Наименование товара: Комплект запасных частей для атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. 1. Описание функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик товара Запасные части предназначены для технического обслуживания атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200, обеспечения герметичности соединений узлов горелки, распылителя и распылительной камеры, а также для обеспечения надлежащей работы капиллярного узла распылителя. Поставляемые запасные части должны соответствовать указанным каталожным номерам и типоразмерам и обеспечивать совместимость с атомно-абсорбционным спектрофотометром Shimadzu AA-6200. 2. Комплект поставки и технические характеристики 1. Уплотнительное кольцо О-типа, каталожный номер 036-15551-16, типоразмер AS568-116, исполнение 4D. Предназначено для герметизации соединений узла горелки атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. Количество — не менее 1 шт. 2. Уплотнительное кольцо О-типа, каталожный номер 036-11222, типоразмер P22, исполнение 4D. Предназначено для уплотнения соединений узла горелки атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. Количество — не менее 1 шт. 3. Уплотнительное кольцо О-типа, каталожный номер 036-11217, типоразмер P16, исполнение 4D. Предназначено для герметизации соединений распылителя и предохранительной пробки атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. Количество — не менее 1 шт. 4. Уплотнительное кольцо О-типа, каталожный номер 036-11237, типоразмер P35, исполнение 4D. Предназначено для герметизации соединений распылительного узла атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. Количество — не менее 1 шт. 5. Уплотнительное кольцо О-типа, каталожный номер 036-11203, типоразмер P5, исполнение 4D. Предназначено для уплотнения соединений распылителя атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. Количество — не менее 1 шт. 6. Уплотнительное кольцо О-типа, каталожный номер 036-11215-84, типоразмер P14, исполнение 4D. Предназначено для герметизации соединений сливного узла распылительной камеры атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. Количество — не менее 1 шт. 7. Трубка полиэтиленовая капиллярная (PE), каталожный номер 200-31328-01, тип № 3, наружный диаметр — 1,0 мм, внутренний диаметр — 0,4 мм, длина — 1 м. Предназначена для использования в капиллярном узле распылителя атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200. Количество — не менее 1 шт. длиной 1 м. 3. Требования к качеству и техническому состоянию товара 3.1. Все поставляемые запасные части должны быть новыми, ранее не использованными, не восстановленными и не подвергавшимися ремонту. 3.2. Запасные части должны соответствовать указанным каталожным номерам, типоразмерам и техническим характеристикам. 3.3. Все позиции должны обеспечивать совместимость с атомно-абсорбционным спектрофотометром Shimadzu AA-6200 и быть пригодными для установки в соответствующие узлы оборудования. 3.4. Уплотнительные кольца должны быть без трещин, надрывов, деформаций

и иных дефектов, способных повлиять на герметичность соединений.

3.5. Капиллярная трубка должна соответствовать установленным размерам, не иметь перегибов, трещин, засорений и иных повреждений, препятствующих ее использованию по назначению.

3.6. Не допускается поставка запасных частей с признаками эксплуатации, механическими повреждениями или производственными дефектами.

4. Требования к упаковке, хранению и транспортировке

4.1. Товар должен поставляться в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.

4.2. Упаковка должна защищать запасные части от загрязнения, влаги и механических повреждений.

4.3. Условия хранения и транспортировки должны соответствовать требованиям производителя.

4.4. На момент поставки товар должен сохранять первоначальные эксплуатационные свойства и быть пригодным для использования по назначению.

5. Требования к комплектности и документам

5.1. Поставка осуществляется в полном соответствии с перечнем, указанным в разделе 2 настоящей технической спецификации.

5.2. Количество каждой позиции должно составлять не менее установленного в технической спецификации.

5.3. При поставке предоставляются товаросопроводительные документы, а также документы, подтверждающие качество или соответствие товара, если они предусмотрены законодательством Республики Казахстан.

5.4. Каталожные номера и маркировка, если предусмотрены производителем, должны обеспечивать возможность идентификации поставляемых запасных частей.

6. Требования к срокам и условиям поставки

6.1. Срок поставки определяется договором о государственных закупках.

6.2. Место поставки определяется договором о государственных закупках.

6.3. Расходы на упаковку, транспортировку и доставку включаются в стоимость товара, если иное не предусмотрено договором.

6.4. Товар принимается заказчиком после проверки количества, комплектности и соответствия требованиям настоящей технической спецификации.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Поставщик гарантирует соответствие поставляемых запасных частей требованиям настоящей технической спецификации.

7.2. В случае выявления несоответствия каталожным номерам, техническим характеристикам, комплектности или наличия дефектов поставщик обязан заменить несоответствующий товар за свой счет в порядке и сроки, предусмотренные договором.

7.3. Гарантийные обязательства определяются договором о государственных закупках и требованиями законодательства Республики Казахстан.

8. Дополнительные требования

Поставляемые запасные части должны обеспечивать возможность использования по назначению в составе атомно-абсорбционного спектрофотометра Shimadzu AA-6200 без необходимости изменения конструкции оборудования.

В случае предложения эквивалентных товаров поставщик должен подтвердить их полную совместимость с указанным оборудованием и соответствие всем установленным техническим характеристикам, если иное не предусмотрено условиями закупки.