

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790976-1
Сатып алудың атауы:	Медицианлық тауарлар сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88258970-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Биохимиялық талдаушы
Лоттың сипаттауы:	мамандандырылған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови (сертификат, паспорт)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751410000, Алматы қ., Бостандық ауданы Асқаров көшесі 47
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі күнтізбелік 60 күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови (сертификат, паспорт).1.Назначение:Определение уровня общего холестерина в крови 2.Метод исследования:Экспресс-метод с использованием тест-полосок или картриджей 3.Исследуемый материал:Кровь 4.Тип образца:Капиллярная или венозная кровь согласно инструкции производителя 5.Время получения результата:Ориентировочно 1–3 минуты, в зависимости от модели 6.Единицы измерения:ммоль/л или мг/дл 7.Дисплей:Цифровой дисплей 8.Питание:От батареек или электросети 9.Комплектация:Анализатор, инструкция по эксплуатации, элементы питания и необходимые принадлежности 10.Расходные материалы:Тест-полоски или картриджи, совместимые с прибором 11.Условия эксплуатации:Согласно технической документации производителя 12.Документы:Паспорт изделия, документы о регистрации медицинского изделия и инструкция на русском языке Дополнительное требование: если необходимо определять полный липидный профиль, прибор должен поддерживать измерение общего холестерина (ТС), липопротеинов высокой плотности (HDL), липопротеинов низкой плотности (LDL) и триглицеридов (TG). Примечание: характеристики необходимо уточнять по конкретной модели анализатора.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790976-1
Наименование закупки:	Приобретение медицинских товаров
Номер лота:	№ 88258970-ЗЦП1
Наименование лота:	Анализатор биохимический
Описание лота:	специализированный
Дополнительное описание лота:	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови (сертификат, паспорт)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751410000, г.Алматы, Бостандыкский район Улица Аскарова 47
Срок поставки:	20 календарных дней с момента подписания договора. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Экспресс-анализатор уровня холестерина в крови (сертификат, паспорт).1.Назначение:Определение уровня общего холестерина в крови 2.Метод исследования:Экспресс-метод с использованием тест-полосок или картриджей 3.Исследуемый материал:Кровь 4.Тип образца:Капиллярная или венозная кровь согласно инструкции производителя 5.Время получения результата:Ориентировочно 1-3 минуты, в зависимости от модели 6.Единицы измерения:ммоль/л или мг/дл 7.Дисплей:Цифровой дисплей 8.Питание:От батареек или электросети 9.Комплектация:Анализатор, инструкция по эксплуатации, элементы питания и необходимые принадлежности 10.Расходные материалы:Тест-полоски или картриджи, совместимые с прибором 11.Условия эксплуатации:Согласно технической документации производителя 12.Документы:Паспорт изделия, документы о регистрации медицинского изделия и инструкция на русском языке Дополнительное требование: если необходимо определять полный липидный профиль, прибор должен поддерживать измерение общего холестерина (ТС), липопротеинов высокой плотности (HDL), липопротеинов низкой плотности (LDL) и триглицеридов (TG). Примечание: характеристики необходимо уточнять по конкретной модели анализатора.