

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17776061-1
Сатып алудың атауы:	«Тайынша ауданаралық көпбейінді ауруханасы» (шаруашылық жүргізу құқығындағы коммуналдық мемлекеттік кәсіпорын) үшін тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82943032-3ЦП1
Лоттың атауы:	Бұрау
Лоттың сипаттауы:	әуе кемесіне арналған, электрлі
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Optima 520 КТ-сканерінің үстел қозғалысын басқару пультіне арналған кабель
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	596020100, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша ауданы, Тайынша қ. Қазақстан, Солтүстік Қазақстан облысы, Тайынша қ
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	КТ-сканердің пациент үстелін басқару пультіне арналған кабель (1 дана). Бұл кабель Global Scan Control Box 1 блогының құрамдас бөлігі болып табылады. КТ-сканерге арналған пациент үстелін басқару пульті (бөлшек нөмірі: 5402332-20). Кабель сканерлеу процестері мен үстелдің қозғалысын үйлестіруге және басқаруға жауапты блокқа жалғанады. Жеткізуші ISO сертификатына ие және өндірушінің ресми дистрибьюторы болып табылады. Орнату жұмыстарын тек осы жабдықты пайдалану және оған техникалық қызмет көрсету бойынша сертификатталған инженер ғана жүргізуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17776061-1
Наименование закупки:	Закуп товаров для КГП на ПХВ Тайыншинская ММБ
Номер лота:	№ 82943032-ЗЦП1
Наименование лота:	Жгут
Описание лота:	для воздушного судна, электрический
Дополнительное описание лота:	Кабель функциональной клавиатуры управления перемещением стола для КТ аппарата Optima 520
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	596020100, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, г.Тайынша Казахстан, Тайыншинский район, г.Тайынша
Срок поставки:	60 дней со дня подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель Функциональной клавиатуры управления перемещением стола для КТ аппарата 1 ед..Кабель является частью Global Scan Control Box 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЛАВИАТУРА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ СТОЛА ПАЦИЕНТА 5402332-20 для КТ аппарата. Кабель идет к блоку, который обеспечивает координацию и управление процессами сканирования и движениями стола аппарата. Поставщик имеет сертификат ISO. Является официальным дистрибьютором завода изготовителя. Установку производит только инженер имеющий сертификат прохождения обучения по данному оборудованию