

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17762569-1
Сатып алудың атауы:	Зертханалық жабдық (МиТо)
Лоттың нөмірі:	№ 87994392-ОИ5
Лоттың атауы:	Термостат
Лоттың сипаттауы:	зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жұмыс температурасының диапазоны 22-ден 60 °C дейінгі термостат
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	551010000, Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі 70/2
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 20 күнтізбелік күн, егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізілімінде болса, Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрлік құрғақ ауа термостаты бактериологиялық, серологиялық және басқа да зертханалық зерттеулер жүргізу кезінде жұмыс камерасының ішінде белгіленген тұрақты температураны қалыптастыруға және автоматты түрде ұстап тұруға арналған. Техникалық сипаттамалары: Электрлік құрғақ ауа термостаты бактериологиялық, серологиялық және басқа да зертханалық зерттеулер жүргізу кезінде жұмыс камерасының ішінде белгіленген тұрақты температураны қалыптастыруға және автоматты түрде ұстап тұруға арналған. Техникалық сипаттамалары: 1. Жабдықтың түрі – электрлік құрғақ ауа термостаты. 2. Жұмыс температурасының диапазоны – 22 °C-тан 60 °C-қа дейін. 3. Температура автоматты режимде орнатылып, тұрақты түрде ұстап тұрылуы тиіс. 4. Белгіленген температураны ұстап тұру дәлдігі – $\pm 1,0$ °C-тан аспауы тиіс. 5. Камераның жұмыс көлемі бойынша температураның біркелкі таралуы – $\pm 1,0$ °C-тан аспауы тиіс. 6. Жұмыс камерасы ұзақ уақыт бойы үздіксіз жұмыс істеген кезде белгіленген температураны тұрақты ұстап тұруды қамтамасыз етуі тиіс. 7. Жұмыс камерасының көлемі – кемінде 50 дм³. 8. Жұмыс камерасы температураның біркелкі таралуын қамтамасыз ететін табиғи немесе мәжбүрлі ауа айналымы жүйесімен жабдықталуы тиіс. 9. Белгіленген және нақты температураны көрсетуге арналған цифрлық дисплейдің болуы. 10. Температураны басқару жүйесі – электрондық, автоматты. 11. Қызып кетуден қорғау жүйесінің болуы. 12. Электрмен қоректендіру – 220 В, 50 Гц. 13. Жабдық зертханалық жағдайларда пайдалануға арналған болуы тиіс. 14. Ішкі камера коррозияға төзімді және зертханалық зерттеулер жүргізуге жарамды материалдан жасалуы тиіс. 15. Камераның пайдалы жұмыс көлемі зертханалық ыдыстар мен зерттелетін үлгілерді температуралық режимді бұзбай орналастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Жабдыққа қойылатын талаптар: Жабдық жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және күрделі жөндеуден өтпеген болуы тиіс. Жабдықтың шығарылған күні 2025 жылғы III тоқсаннан ерте болмауы тиіс. Жабдықтың кепілдік мерзімі жеткізілген күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс. Жабдық осы жабдық түріне қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы тиіс. Жиынтықтылығы және құжаттамасы: Жеткізу жиынтығына электрлік құрғақ ауа термостаты, еденге орнатылатын тұғыр, жұмыс камерасының ішкі жарықтандыру жүйесі. Жеткізуші жабдықтың паспортын, пайдалану жөніндегі нұсқаулықты орыс және/немесе мемлекеттік тілде, кепілдік құжаттарын ұсынуға міндетті. Жеткізу шарттары: Тауардың құнына жабдықты пайдалану орнына дейін жеткізуге, тиеу-түсіру жұмыстарына, орнатуға, еденге орнатылатын тұғырды жинауға, іске қосу-баптау жұмыстарына, жабдықтың жұмысқа жарамдылығын тексеруге және жауапты қызметкерлерге жабдықты пайдалану бойынша нұсқама жүргізуге байланысты барлық шығындар енгізілуі тиіс. Жеткізу орны: Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Железин аудандық бөлімшесі, Железнка ауылы, Квитков көшесі, 19. Саны: 1 (бір) бірлік.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17762569-1
Наименование закупки:	Лабораторное оборудование (МиТо)
Номер лота:	№ 87994392-ОИ5
Наименование лота:	Термостат
Описание лота:	лабораторный
Дополнительное описание лота:	Термостат с диапазоном рабочей температуры от 22 до 60°C
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	551010000, Павлодарская область, г.Павлодар г.Павлодар, ул.Торайгырова 70/2
Срок поставки:	20 календарных дней по Заявке Заказчика, в случае, если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки 60 календарных дней по заявке заказчика
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термостат электрический суховоздушный предназначен для создания и автоматического поддержания заданной стабильной температуры внутри рабочей камеры при проведении бактериологических, серологических и иных лабораторных исследований в санитарно-бактериологических подразделениях. Технические характеристики: 1. Тип оборудования – термостат электрический суховоздушный. 2. Диапазон рабочих температур – от 22 °С до 60 °С. 3. Температура должна устанавливаться и поддерживаться в автоматическом режиме. 4. Точность поддержания заданной температуры – не более $\pm 1,0$ °С. 5. Равномерность распределения температуры по рабочему объему камеры – не более $\pm 1,0$ °С. 6. Рабочая камера должна обеспечивать стабильное поддержание заданной температуры при длительной непрерывной эксплуатации. 7. Объем рабочей камеры – не менее 50 дм³. 8. Рабочая камера должна быть оборудована системой естественной или принудительной циркуляции воздуха, обеспечивающей равномерное распределение температуры. 9. Наличие цифрового дисплея для отображения установленной и фактической температуры. 10. Система управления температурой – электронная, автоматическая. 11. Наличие защиты от перегрева. 12. Электропитание – 220 В, 50 Гц. 13. Оборудование должно быть предназначено для эксплуатации в лабораторных условиях. 14. Внутренняя камера должна быть изготовлена из материала, устойчивого к коррозии и пригодного для проведения лабораторных исследований. 15. Полезный рабочий объем камеры должен обеспечивать размещение лабораторной посуды и исследуемых образцов без нарушения температурного режима. Требования к оборудованию: Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не подвергавшимся капитальному ремонту. Дата производства оборудования должна быть не ранее III квартала 2025 года. Гарантийный срок оборудования должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки. Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности, предъявляемым к данному виду лабораторного оборудования. Комплектация и документация: В комплект поставки должны входить термостат электрический суховоздушный, напольная подставка, встроенное освещение рабочей камеры, встроенный вентилятор. Поставщик обязан предоставить паспорт оборудования, руководство по эксплуатации на русском и/или государственном языке, гарантийные документы. Условия поставки: В стоимость товара должны быть включены расходы по доставке оборудования до места эксплуатации, погрузочно-разгрузочные работы, установка, сборка напольной подставки, пуско-наладочные работы, проверка работоспособности оборудования и инструктаж ответственных работников по эксплуатации. Место поставки: Республика Казахстан, Павлодарская область, Железинское районное отделение, с. Железинка, ул. Квиткова, 19. Количество: 1 (одна) единица.