

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу (қайталама)
Лоттың нөмірі:	№ 87147448-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Офтальмоскоп
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Офтальмоскоп непрямой
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Биноккулярлы жанама офтальмоскоп (басына орнатылған биноккулярлы офтальмоскоп) Мақсатты пайдалану: Кеңейген қарашық арқылы көз түбін стереоскопиялық зерттеуге және сетчаткаға, шыны тәрізді денеге және шеткі көз түбіне әсер ететін патологияларды диагностикалауға арналған, соның ішінде диабеттік ретинопатия, тор қабығының ажырауы және басқа да офтальмологиялық жағдайлар. Техникалық сипаттамалар: Оптикалық параметрлер: Түрі: биноккулярлы жанама офтальмоскоп (басына орнатылған). Қарашықтың минималды диаметрі: 2 мм-ден аспайды. Жарықтандыру өрісі: реттелетін (мысалы, 50 см-де 19/50/80 мм). Жұмыс ұлғайту: 20D линзаларымен (немесе баламасы) үйлесімде. Жарықтандыру жүйесі: Шам түрі: галоген. Шам кернеуі: 6 В. Қуаты: 10 Вт. Жарықтықты реттеу: Үздіксіз. Реттелетін жарық нүктесінің өлшемі. Сүзгілер: Ультракүлгін (УК). Көк сүзгі. Жасыл (қызылсыз) сүзгі. Дизайн ерекшеліктері: Басына орнатылған жүйе. Қарашық аралық қашықтықты реттеу: 54–74 мм. Қуат көзін орнатудың біріктірілген жүйесі. Салмағы: Макс. 500 г (жеңіл дизайн). Реттелетін сайы бар эргономикалық бас жолақ. Нәр беруші: Желі: 120/230 В, 50 Гц. Қуатты тұтыну: Макс. 20 Вт. Пакет мазмұны: Биноккулярлы офтальмоскоп (гарнитура блогы). 20D объективі (немесе баламасы). Склеральды депрессор. Оқыту айнасы. Зарядтағыш/қуат блогы. Тасымалдау сөмкесі. Пайдаланушы нұсқаулығы. Өнімнің төлқұжаты. Кепілдік картасы. Жеткізуші міндетті: жабдықты жеткізу; гарнитура бөлігін құрастыру және конфигурациялау; оптика мен қарашық аралық қашықтықты реттеу; жарықтандыру мен сүзгі жұмысын тексеру; медициналық персоналды құрылғыны пайдалану бойынша оқыту; жабдықты толық жұмыс істейтін күйде тапсырыңыз. Кепілдік: кемінде 12 ай. МЕМСТ 31590.1-2012 (ISO 15004-1:2006) «Офтальмологиялық аспаптар. 1-бөлім. Офтальмологиялық аспаптарға қойылатын жалпы талаптар және сынау әдістері».
--	--

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов (повторно)
Номер лота:	№ 87147448-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Офтальмоскоп
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Офтальмоскоп непрямой
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Бинокулярный непрямой офтальмоскоп (бинокулярный офтальмоскоп головного типа) Назначение: Предназначен для стереоскопического исследования глазного дна через расширенный зрачок, диагностики патологий сетчатки, стекловидного тела и периферии глазного дна, включая диабетическую ретинопатию, отслойку сетчатки и другие офтальмологические заболевания. Технические характеристики: Оптические параметры: Тип: бинокулярный непрямой офтальмоскоп (head-mounted). Минимальный диаметр зрачка: не более 2 мм. Поле освещения: регулируемое (например 19 / 50 / 80 мм на 50 см). Рабочее увеличение: в сочетании с линзами 20D (или эквивалент). Осветительная система: Тип лампы: галогеновая. Напряжение лампы: 6 В. Мощность: 10 Вт. Регулировка яркости: плавная. Возможность изменения размера светового пятна. Фильтры: Ультрафиолетовый (UV). Синий фильтр. Зелёный (red-free) фильтр. Конструктивные особенности: Головное крепление (head-mounted system). Регулировка межзрачкового расстояния: 54–74 мм. Встроенная система крепления источника питания. Масса: не более 500 г (облегчённая конструкция). Эргономичный шлем с регулировкой посадки. Электропитание: Сеть: 120/230 В, 50 Гц. Потребляемая мощность: не более 20 Вт. Комплектация: Бинокулярный офтальмоскоп (головной блок). Набор линз 20D (или эквивалент). Склеральный депрессор. Обучающее зеркало. Зарядное/питающее устройство. Транспортировочный кейс. Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия. Гарантийный талон. Поставщик обязан: осуществить поставку оборудования; выполнить сборку и настройку головной системы; провести регулировку оптики и межзрачкового расстояния; проверить освещение и работу фильтров; обучить медицинский персонал работе с прибором; передать оборудование в полностью исправном состоянии. Гарантия: Не менее 12 месяцев. ГОСТ 31590.1-2012 (ISO 15004-1:2006) «Приборы офтальмологические. Часть 1. Общие требования к офтальмологическим приборам и методам испытаний»
--	---