

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17857392-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88315573-3ЦП2
Лоттың атауы:	Гигрометр
Лоттың сипаттауы:	психометрлік
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Психрометриялық гигрометр ВИТ-2
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Шухов 37/Б
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА Психрометриялық Вит-2 гигрометрі 1. Мақсаты және техникалық сипаттамалары Үй ішіндегі ауаның салыстырмалы ылғалдылығы мен температурасын өлшеуге арналған Вит-2 типті психрометриялық гигрометр. Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу диапазоны — шамамен 20-90%; температура диапазоны және бөлу бағасы-модель паспортына сәйкес. Құрғақ және ылғалданған термометрлермен, психрометриялық кестемен және ылғалдандыруға арналған резервуармен/фитильмен Конструкция, егер конструкцияда көзделген болса. Шкала оқылатын, корпусы жарықсыз, термометриялық элементтер бүтін; өнім қабырғаға орналастыруға арналған. 2. Сапаға және растайтын құжаттарға қойылатын талаптар Өндірушінің төлқұжатына сәйкес толықтығы. Паспорты және орыс тіліндегі нұсқаулығы бар жаңа бұйымдарды қою; бүлінген аспаптар қабылданбайды. Егер осы ерекшелікте өзгеше тікелей көзделмесе, тауар жаңа болуы тиіс; пайдаланылған, қалпына келтірілген немесе бүлінген бұйымдарға жол берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17857392-1
Наименование закупки:	Закуп медицинских товаров
Номер лота:	№ 88315573-ЗЦП2
Наименование лота:	Гигрометр
Описание лота:	психрометрический
Дополнительное описание лота:	Гигрометр психрометрический ВИТ-2
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район ул, Шухова 37/Б
Срок поставки:	Со дня подписания договора в течении 20 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ Гигрометр психрометрический ВИТ-2 1. Назначение и технические характеристики Психрометрический гигрометр типа ВИТ-2 для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях. Диапазон измерения относительной влажности — ориентировочно 20-90%; температурный диапазон и цена деления — согласно паспорту модели. Конструкция с сухим и увлажнённым термометрами, психрометрической таблицей и резервуаром/фитилём для увлажнения, если предусмотрено конструкцией. Шкала читаемая, корпус без трещин, термометрические элементы целые; изделие предназначено для настенного размещения. 2. Требования к качеству и подтверждающим документам Комплектность согласно паспорту производителя. Поставить новые изделия с паспортом и инструкцией на русском языке; повреждённые приборы не принимаются. Товар должен быть новым, если иное прямо не предусмотрено настоящей спецификацией; бывшие в употреблении, восстановленные или повреждённые изделия не допускаются.