Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17981206-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Бөген дәрігерлік амбулаториясын жабдықтармен қаматасыз ету |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88623446-3ЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Үстел |
| **Лоттың сипаттауы:** | медициналық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Стол медицинский процедурный |
| **Саны, көлемі:** | 4 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 613630100, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а. ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Бәйдібек ауданы, Шаян а., Әлжанов көшесі 19 |
| **Жеткізу мерзімі:** | в течение 15 календарных дней |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Медициналық процедуралық үстел. Өлшемдері сыртқы, биіктігі 960 мм, ені 620 мм. тереңдігі 450 мм. сөрелер саны 3. Сөредегі максималды жүктеме кем дегенде 10 кг құрайды. үстелдің жақтауы төртбұрышты қиманың Профильді құбырынан жасалған. 20х20х1, 5 мм, эпоксидті ұнтақ бояумен қапталған. Сөрелер тот баспайтын болаттан 1,0 мм "престеу сорғыш" әдісімен жасалған. Үстелдің беті соққыларға, чиптерге, сүрту әдісімен дезинфекциялық өңдеу құралдарына төзімді.<br>Процедуралық үстелде маркасыз сұр d= 50 мм резеңкеден жасалған 4 доңғалақ бар, олардың екеуі тежегішпен жабдықталған. NTIN 0200225015616. Ұлттық (ҚР СТ) және мемлекетаралық стандарттар жоқ. |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17981206-1 |
| **Наименование закупки:** | Бөген дәрігерлік амбулаториясын жабдықтармен қаматасыз ету |
| **Номер лота:** | № 88623446-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Стол |
| **Описание лота:** | медицинский |
| **Дополнительное описание лота:** | Стол медицинский процедурный |
| **Количество:** | 4 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 613630100, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян КАЗАХСТАН, Туркестанская область, район Байдибека, с.Шаян, ул Алженова 19 |
| **Срок поставки:** | в течение 15 календарных дней |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Стол медицинский процедурный. Размеры внешние, высота 960мм, ширина 620 мм. глубина 450 мм. Количество полок 3. Максимальная нагрузка на полку не менее 10 кг. Каркас столика изготовлен из изготовлен из профильной трубы квадратного сечения. 20х20х1, 5 мм, покрытой эпоксидно-порошковой краской. Полки изготовлены из нержавеющей стали 1,0 мм методом «прессовой вытяжки». Поверхность столика устойчива к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. Столик процедурный имеет 4 колеса из немаркой серой резины D= 50 мм, два из которых снабжены тормозом. NTIN 0200225015616. Национальные (СТ РК) и межгосударственные стандарты отсутствует. |