

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778253-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшеліктеріне сәйкес мемлекеттік сатып алулар
Лоттың нөмірі:	№ 88093790-ОИЗ
Лоттың атауы:	Манжета
Лоттың сипаттауы:	типi 1
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Манжеталар Bionet BM5 төсек жанындағы мониторларын пайдалана отырып, артериялық қан қысымын осциллометриялық әдіспен инвазивті емес өлшеуге арналған. Жеткізілетін манжеталар қолданыстағы Bionet BM5 төсек жанындағы мониторларымен толық үйлесімді болуы тиіс. Өлшемдері/аяқ-қол шеңбері: 27-36 см — ересектерге арналған, 2 дана; 36-46 см — ересектерге арналған, иықтың үлкен шеңберіне арналған, 2 дана.
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	615847100, Түркістан облысы, Төле би ауданы, Көксәйек а. Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Көксәйек ауылы, Төлеби көшесі 153а
Жеткізу мерзімі:	Келісім шарт жасалған күннен 16 күнтізбелік өткеннен кейін
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Bionet BM5 пациенттің төсек жанындағы мониторларына арналған артериялық қысымды өлшеу манжеттері. Тапсырыс берушіде бар Bionet BM5 пациенттің төсек жанындағы мониторларына арналған медициналық керек-жарақтарды жеткізу: - артериялық қысымды инвазивті емес өлшеуге (АҚИӨ/NIBP) арналған көп рет қолданылатын манжеттер; - қандағы оттегімен қанығу деңгейін (SpO₂) өлшеуге арналған көп рет қолданылатын датчиктер; - қажетті жалғау кабельдері, пневматикалық түтіктер және жалғағыштар; - жеткізілген керек-жарақтарды Тапсырыс берушінің жабдығына орнату, қосу және жұмысқа қабілеттілігін тексеру. Жеткізілетін керек-жарақтар Тапсырыс берушіде бар Bionet BM5 төсек жанындағы мониторларымен толық үйлесімді болуы тиіс. АҚИӨ манжеттері Манжеттер Bionet BM5 төсек жанындағы мониторларын пайдалана отырып, осциллометриялық әдіспен артериялық қысымды инвазивті емес өлшеуге арналған. Орындалуы — көп рет қолданылатын. Манжеттер келесі көрсеткіштерді анықтау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс: - систолалық артериялық қысым (SYS); - диастолалық артериялық қысым (DIA); - орташа артериялық қысым (MAP). Манжеттердің материалы берік, тозуға төзімді, көп рет қолдануға және медициналық бұйымдарға рұқсат етілген құралдармен өңдеуге жарамды болуы тиіс. Манжетте аяққол шеңберінің диапазонын көрсететін таңбалау және/немесе манжет өлшемін дұрыс таңдауға арналған көрсеткіш болуы тиіс. Манжеттердің қажетті өлшемдері және аяқ-қол шеңбері: 27-36 см — ересектерге арналған, 2 дана; 36-46 см — ересектерге арналған, иықтың үлкен шеңберіне арналған, 2 дана. Орнату және пайдалануға беру Тауардың құнына: жеткізу, орнату, қосу, баптау және Тапсырыс берушіде бар Bionet BM5 мониторларында жеткізілген керек-жарақтардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру кіруі тиіс. Орнатқаннан кейін Жеткізуші функционалдық тексеруді орындауға міндетті. АҚИӨ арнасы үшін: - пневматикалық түтіккі қосу; - тиісті манжетті қосу; - пневматикалық жүйенің герметикалығын тексеру; - манжеттің ауа толтырылуын тексеру; - қысымның автоматты түрде түсірілуін тексеру; - бақылау өлшеу циклін орындау; - SYS, DIA және MAP көрсеткіштерінің көрсетілуін тексеру; - АҚИӨ қателерінің болмауын тексеру. Тауарға қойылатын талаптар Барлық жеткізілетін бұйымдар: - жаңа; - бұрын пайдаланылмаған; - қалпына келтірілмеген; - механикалық зақымдануларсыз; - кабельдері мен оқшаулағыштары зақымданбаған; - пневматикалық түтіктері зақымданбаған; - жалғау қосқыштары зақымданбаған; - медициналық жабдықпен пайдалануға арналған болуы тиіс. Барлық бұйымдар өзінің функционалдық мақсатына сәйкес қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс. Кепілдік Жеткізілетін бұйымдардың кепілдік мерзімі қабылдау-тапсыру актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 3 ай болуы тиіс. Кепілдік мерзімі ішінде өндірістік ақау анықталған жағдайда, Жеткізуші тауарды ауыстыруға міндетті.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778253-1
Наименование закупки:	Государственные закупки в соответствии с техническими характеристиками
Номер лота:	№ 88093790-ОИЗ
Наименование лота:	Манжета
Описание лота:	тип 1
Дополнительное описание лота:	Манжеты предназначены для неинвазивного измерения артериального давления осциллометрическим методом с использованием прикроватных мониторов Bionet BM5. Поставляемые манжеты должны быть полностью совместимы с имеющимися прикроватными мониторами Bionet BM5. Размеры/окружность конечности: 27-36 см - 2 штуки взрослые; 36-46 см - 2 штуки взрослые, большая окружность плеча
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	615847100, Туркестанская область, Толебийский район, с.Коксайек Туркестанская область, Толебийский район, с.Коксайек улица Толеби 153а
Срок поставки:	Со дня заключения договора по истечении 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Манжеты для измерения артериального давления для прикроватных мониторов пациента Bionet BM5 Поставка медицинских принадлежностей для имеющихся у Заказчика прикроватных мониторов пациента Bionet BM5: - многоразовых манжет для неинвазивного измерения артериального давления (НИАД/NIBP); - многоразовых датчиков насыщения крови кислородом (SpO₂); - необходимых соединительных кабелей, пневматических шлангов и соединителей; - установка, подключение и проверка работоспособности поставленных принадлежностей на оборудовании Заказчика. Поставляемые принадлежности должны быть полностью совместимы с имеющимися прикроватными мониторами Bionet BM5. Манжеты НИАД Манжеты предназначены для неинвазивного измерения артериального давления осциллометрическим методом с использованием прикроватных мониторов Bionet BM5. Исполнение — многоразовое. Манжеты должны обеспечивать возможность определения: - систолического артериального давления (SYS); - диастолического артериального давления (DIA); - среднего артериального давления (MAP). Материал манжет должен быть прочным, износостойким, пригодным для многократного применения и обработки разрешенными для медицинских изделий средствами. На манжете должна присутствовать маркировка диапазона окружности конечности и/или указатель правильности подбора размера. Требуемые размеры манжет и их окружность конечности: 27-36 см - 2 штуки взрослые; 36-46 см - 2 штуки взрослые, большая окружность плеча. После установки Поставщик обязан выполнить функциональную проверку. Для канала НИАД: - подключение пневматического шланга; - подключение соответствующей манжеты; - проверка герметичности пневматической системы; - проверка накачивания манжеты; - проверка автоматического сброса давления; - выполнение контрольного цикла измерения; - проверка отображения SYS, DIA и MAP; - проверка отсутствия ошибок НИАД. Требования к товару Все поставляемые изделия должны быть: - новыми; - ранее не использованными; - не восстановленными; - без механических повреждений; - без повреждений кабелей и изоляции; - без повреждений пневматических трубок; - без повреждений соединительных разъемов; - предназначенными для применения с медицинским оборудованием. Все изделия должны обеспечивать безопасную эксплуатацию в соответствии с их функциональным назначением. Гарантия Гарантийный срок на поставляемые изделия — не менее 3 месяцев с даты подписания акта приема-передачи. В течение гарантийного срока Поставщик обязан осуществлять замену товара при выявлении производственного дефекта.