Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17959945-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88555426-ОИ2
Лоттың атауы:	Реагент
Лоттың сипаттауы:	қимадағы жасуша ядросын бояуға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Жасушаны кондиционерлеу ерітіндісі №2 CC2
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі Тапсырыс берушінің өтініші бойынша 16 күнтізбелік күн ішінде. Әрбір сұраныс бойынша тауардың саны алдын ала келісіледі. Егер жеткізуші Қазақстандық өндірушілердің тізіліміне енгізілген болса, жеткізу мерзімі 60 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттама: жасушаларды кондициялауға арналған ерітінді №2 CC2, қолдануға дайын цитратты буферлік ерітінді, сұйық түрінде көлемі пластикалық контейнерде жеткізіледі, BenchMark сериясындағы бар автоматты иммуностейнерлерде in vitro иммуногистохимиялық зерттеулер жүргізуге арналған. 2. функционалдық сипаттама: реагент депарафинизациядан кейін тін кесінділерінде жасушаларды кондициялау және антигендерді демаскировка кезеңін жүргізуге арналған, антигендердің қолжетімділігін және иммуногистохимиялық және ISH бояу кезінде антиденелердің байланысу тиімділігін арттыру үшін ақуызаралық және ақуыз-нуклеин байланыстарын бұзуды қамтамасыз етеді. 3. сапалық сипаттама: контейнерде иммуностейнер жүйесінде реагентті автоматты сәйкестендіруді қамтамасыз ететін зауыттық таңбалау (2D-баркод) болуы тиіс. Көрінетін ақаулар болмауы тиіс. Өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында сериясы мен өндірілген күні көрсетіліп жеткізіледі. Жеке қаптамада нақты көрсетілуі тиіс: серия нөмірі (партия), атауы, шығарылу түрі, тіркеу куәлігі, сақтау шарттары, өндірушінің атауы, жарамдылық мерзімі. Таңбалау және медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулық - мемлекеттік және орыс тілдерінде. Жеткізілетін тауардың өндірушісі ISO 13485 сапа менеджменті жүйесі стандартының талаптарына сәйкес өндірісті жүзеге асыруы тиіс. 4. эксплуатациялық сипаттама: реагент VENTANA BenchMark ULTRA сериясындағы бар автоматты иммуностейнерлерде автоматты режимде пайдалану үшін арналған, аспаптың гидравликалық жүйесінің тиісті контейнеріне (Ultra контейнер CC2) орнату арқылы қолданылады. Сақтау, тасымалдау және пайдалану шарттары - өндірушінің нұсқаулығына сәйкес. Жеткізу алдында тапсырыс берушімен міндетті келісу."

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17959945-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 88555426-ОИ2
Наименование лота:	Реагент
Описание лота:	для окрашивания ядра клетки в срезе
Дополнительное описание лота:	Раствор для кондиционирования клеток №2 CC2
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Срок поставки – в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки – в течение 60 календарных дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика: раствор для кондиционирования клеток №2 CC2, готовый к применению цитратный буферный раствор, поставляется в жидком виде в пластиковом контейнере объёмом, предназначен для проведения иммуногистохимических исследований in vitro на имеющихся автоматических иммуностейнерах серии BenchMark. 2. функциональная характеристика: реагент предназначен для проведения этапа кондиционирования клеток и демаскировки антигенов в тканевых срезах после депарафинизации, обеспечивает разрушение межбелковых и белок-нуклеиновых связей, что улучшает доступность антигенов и эффективность связывания антител при иммуногистохимическом и ISH окрашивании. 3. качественная характеристика: контейнер должен иметь заводскую маркировку (2D-баркод), обеспечивающую автоматическую идентификацию реагента в системе иммуностейнера. Не должен иметь видимых дефектов. Поставляется в оригинальной упаковке производителя с указанием серии и даты производства. На индивидуальной упаковке должны быть чётко указаны: номер серии (партии), наименование, форма выпуска, регистрационное удостоверение, условия хранения, наименование производителя, срок годности. Маркировка и инструкция по медицинскому применению - на государственном и русском языках. Производитель поставляемого товара должен осуществлять производство в соответствии с требованиями стандарта системы менеджмента качества ISO 13485. 4. эксплуатационная характеристика: реагент предназначен для использования в автоматическом режиме на имеющихся иммуностейнерах серии VENTANA BenchMark ULTRA, путём установки в соответствующий контейнер (Ultra контейнер CC2)гидравлической системы прибора. Условия хранения, транспортировки и эксплуатации - согласно инструкции производителя. Перед поставкой обязательное согласование с заказчиком."