

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847331-1
Сатып алудың атауы:	Астана қаласы, БМБ II Ламинар С 1,5 микробиологиялық қауіпсіздік боксіне арналған қосалқы бөлшектерді сатып алу - Тауарлар қатаң техникалық ерекшелік бойынша қабылданады!
Лоттың нөмірі:	№ 87628926-3ЦП5
Лоттың атауы:	Әуе сүзгісі
Лоттың сипаттауы:	электр қозғалыштарға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Н14 класындағы сорып беретін НЕРА-сүзгі. Габариттік өлшемдері: 1050 × 320 × 78 мм. Сүзгі ауаны сорып беретін желдету жүйелерінде, оның ішінде ауа тазалығына қойылатын талаптары жоғары үй-жайларда жоғары тиімділікпен тазартуға арналған. Сүзгінің түрі — НЕРА. Тазарту класы — СТ РК/EN 1822 немесе оған баламалы стандартқа сәйкес Н14. МРРPS бойынша сүзу тиімділігі — кемінде 99,995 %. Сүзгілеуші материал — жоғары тиімді шыныталшықты материал немесе сипаттамалары бойынша баламалы материал. Сүзгі конструкциясы сүзгі элементінің бүкіл ауданы бойынша ауа ағынының біркелкі таралуын, сүзгі пакетін сенімді герметизациялауды және тазартылмаған ауаның сүзгілеуші материалды айналып өтуіне жол бермеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сүзгі пакеті корпуста берік бекітілуі, жыртылмаған, зақымдалмаған және деформацияланбаған болуы тиіс. Сүзгі жақтауы конструкцияның беріктігін және желдету жүйесінің тиісті орнату орнына сенімді орнатылуын қамтамасыз етуі тиіс. Сүзгі Тапсырыс берушінің қолданыстағы сорып беретін желдету жүйесімен үйлесімді және көрсетілген габариттік өлшемдерге сәйкес болуы тиіс. Бұйым сорып беретін желдету жүйесін пайдалану жағдайларында тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Әлия Молдағұлова көшесі 26
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінішінен кейін — 15 күнтізбелік күн, Қазақстандық өндірушілер үшін — 60 күн.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Н14 класындағы сорып беретін НЕРА-сүзгі. Габариттік өлшемдері: 1050 × 320 × 78 мм. Сүзгі ауаны сорып беретін желдету жүйелерінде, оның ішінде ауа тазалығына қойылатын талаптары жоғары үй-жайларда жоғары тиімділікпен тазартуға арналған. Сүзгінің түрі — НЕРА. Тазарту класы — СТ РК/EN 1822 немесе оған баламалы стандартқа сәйкес Н14. МРРPS бойынша сүзу тиімділігі — кемінде 99,995 %. Сүзгілеуші материал — жоғары тиімді шыныталшықты материал немесе сипаттамалары бойынша баламалы материал. Сүзгі конструкциясы сүзгі элементінің бүкіл ауданы бойынша ауа ағынының біркелкі таралуын, сүзгі пакетін сенімді герметизациялауды және тазартылмаған ауаның сүзгілеуші материалды айналып өтуіне жол бермеуді қамтамасыз етуі тиіс. Сүзгі пакеті корпуста берік бекітілуі, жыртылмаған, зақымдалмаған және деформацияланбаған болуы тиіс. Сүзгі жақтауы конструкцияның беріктігін және желдету жүйесінің тиісті орнату орнына сенімді орнатылуын қамтамасыз етуі тиіс. Сүзгі Тапсырыс берушінің қолданыстағы сорып беретін желдету жүйесімен үйлесімді және көрсетілген габариттік өлшемдерге сәйкес болуы тиіс. Бұйым сорып беретін желдету жүйесін пайдалану жағдайларында тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847331-1
Наименование закупки:	Закуп запасных частей на Бокс микробиологической безопасности БМБ II Ламинар С 1,5, г. Астана - Товары будут приниматься строго по технической спецификации!
Номер лота:	№ 87628926-3ЦП5
Наименование лота:	Фильтр воздушный
Описание лота:	для электродвигателя
Дополнительное описание лота:	Приточный НЕРА-фильтр класса Н14. Габаритные размеры: 1050 × 320 × 78 мм. Фильтр предназначен для высокоэффективной очистки воздуха в системах приточной вентиляции, в том числе для применения в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. Тип фильтра — НЕРА. Класс очистки — Н14 в соответствии с СТ РК/EN 1822 или эквивалентным стандартом. Эффективность фильтрации — не менее 99,995 % по МРРS. Фильтрующий материал — высокоэффективное стекловолокно или материал с эквивалентными характеристиками. Конструкция фильтра должна обеспечивать равномерное распределение воздушного потока по всей площади фильтрующего элемента, надежную герметизацию фильтрующего пакета и предотвращать прохождение неочищенного воздуха в обход фильтрующего материала. Фильтрующий пакет должен быть надежно закреплен в корпусе, без разрывов, повреждений и деформаций. Рамка фильтра должна обеспечивать прочность конструкции и надежную установку в предусмотренное посадочное место вентиляционной системы. Фильтр должен быть совместим с существующей системой приточной вентиляции Заказчика и соответствовать указанным габаритным размерам. Изделие должно обеспечивать стабильную работу в условиях эксплуатации приточной вентиляционной системы.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка Әлия Молдағұлова көшесі 26
Срок поставки:	После заявки заказчика — 15 календарных дней, для Казахских производителей — 60 дней.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Приточный НЕРА-фильтр класса Н14. Габаритные размеры: 1050 × 320 × 78 мм. Фильтр предназначен для высокоэффективной очистки воздуха в системах приточной вентиляции, в том числе для применения в помещениях с повышенными требованиями к чистоте воздуха. Тип фильтра — НЕРА. Класс очистки — Н14 в соответствии с СТ РК/EN 1822 или эквивалентным стандартом. Эффективность фильтрации — не менее 99,995 % по МРРS. Фильтрующий материал — высокоэффективное стекловолокно или материал с эквивалентными характеристиками. Конструкция фильтра должна обеспечивать равномерное распределение воздушного потока по всей площади фильтрующего элемента, надежную герметизацию фильтрующего пакета и предотвращать прохождение неочищенного воздуха в обход фильтрующего материала. Фильтрующий пакет должен быть надежно закреплен в корпусе, без разрывов, повреждений и деформаций. Рамка фильтра должна обеспечивать прочность конструкции и надежную установку в предусмотренное посадочное место вентиляционной системы. Фильтр должен быть совместим с существующей системой приточной вентиляции Заказчика и соответствовать указанным габаритным размерам. Изделие должно обеспечивать стабильную работу в условиях эксплуатации приточной вентиляционной системы.