

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17851390-1
Сатып алудың атауы:	Қабырғаға орнатылатын екі шамды бактерицидтік ультракүлгін сәулелендіргіш
Лоттың нөмірі:	№ 88371101-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Қабырғаға орнатылатын екі шамды бактерицидтік ультракүлгін сәулелендіргіш бөлме ауасы мен беттерін зарарсыздандыруға арналған. Құрылғы әрқайсысының қуаты 30 Вт болатын екі бактерицидтік шамға есептелген: біреуі ашық, екіншісі қорғаныш экранның артында орналасады. Шамдарды жеке-жеке және бір мезгілде қосу мүмкіндігі болуы тиіс. Ультракүлгін сәуленің толқын ұзындығы — 253,7 нм. Қоректендіру кернеуі — 220 В, жиілігі — 50 Гц, тұтынатын қуаты 130 Вт-тан аспайды. Габариттік өлшемдері 942 × 54 × 162 мм-ден, салмағы 2,4 кг-нан аспайды. Климаттық орындалуы — ГОСТ 15150-69 бойынша УХЛ 4.2. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Жеткізу жиынтығына жиналған сәулелендіргіш және пайдалану құжаты кіреді. Бактерицидтік шамдар мен стартерлер жиынтыққа кірмейді. Ашық шамды адамдар бар кезде пайдалануға жол берілмейді.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	614438400, Түркістан облысы, Мақтаарал ауданы, Өркениет а. Оқу кварталы 1
Жеткізу мерзімі:	Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін жеткізу мерзімі - 16 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қабырғаға орнатылатын екі шамды бактерицидтік ультракүлгін сәулелендіргіш бөлме ауасы мен беттерін зарарсыздандыруға арналған. Құрылғы әрқайсысының қуаты 30 Вт болатын екі бактерицидтік шамға есептелген: біреуі ашық, екіншісі қорғаныш экранның артында орналасады. Шамдарды жеке-жеке және бір мезгілде қосу мүмкіндігі болуы тиіс. Ультракүлгін сәуленің толқын ұзындығы — 253,7 нм. Қоректендіру кернеуі — 220 В, жиілігі — 50 Гц, тұтынатын қуаты 130 Вт-тан аспайды. Габариттік өлшемдері 942 × 54 × 162 мм-ден, салмағы 2,4 кг-нан аспайды. Климаттық орындалуы — ГОСТ 15150-69 бойынша УХЛ 4.2. Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Жеткізу жиынтығына жиналған сәулелендіргіш және пайдалану құжаты кіреді. Бактерицидтік шамдар мен стартерлер жиынтыққа кірмейді. Ашық шамды адамдар бар кезде пайдалануға жол берілмейді.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17851390-1
Наименование закупки:	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный двухламповый
Номер лота:	№ 88371101-ЗЦП1
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	бактерицидный, ультрафиолетовое излучение
Дополнительное описание лота:	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный двухламповый предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. Устройство рассчитано на установку двух бактерицидных ламп мощностью 30 Вт каждая: одна лампа открытая, вторая расположена за защитным экраном. Должна быть предусмотрена возможность раздельного и одновременного включения ламп. Длина волны ультрафиолетового излучения — 253,7 нм. Напряжение питания — 220 В, частота — 50 Гц, потребляемая мощность — не более 130 Вт. Габаритные размеры — не более 942 × 54 × 162 мм, масса — не более 2,4 кг. Климатическое исполнение — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке. В комплект поставки входят облучатель в собранном виде и эксплуатационная документация. Бактерицидные лампы и стартеры в комплект поставки не входят. Использование открытой лампы в присутствии людей не допускается.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	614438400, Туркестанская область, Мактааральский район, с.Оркениет Учебный квартал 1
Срок поставки:	Срок поставки после подписание договора 16 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный двухламповый предназначен для обеззараживания воздуха и поверхностей в помещениях. Устройство рассчитано на установку двух бактерицидных ламп мощностью 30 Вт каждая: одна лампа открытая, вторая расположена за защитным экраном. Должна быть предусмотрена возможность раздельного и одновременного включения ламп. Длина волны ультрафиолетового излучения — 253,7 нм. Напряжение питания — 220 В, частота — 50 Гц, потребляемая мощность — не более 130 Вт. Габаритные размеры — не более 942 × 54 × 162 мм, масса — не более 2,4 кг. Климатическое исполнение — УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, в заводской упаковке. В комплект поставки входят облучатель в собранном виде и эксплуатационная документация. Бактерицидные лампы и стартеры в комплект поставки не входят. Использование открытой лампы в присутствии людей не допускается.