

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792798-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 83353806-3ЦП5
Лоттың атауы:	Күміс нитраты
Лоттың сипаттауы:	химиялық таза
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Бояуға арналған күміс импрегнация жиынтығы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Жиынтық
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"1. техникалық сипаттамасы - ""күміспен Импрегнация"" жиынтығы аргирофильді және ретикулярлы талшықтарды анықтай отырып, дәнекер тінін бояуға арналған. Жұқа талшықтарды, соның ішінде ретикулум мен аргирофильді құрылымдарды визуализациялауға мүмкіндік беретін арнайы әдіс қолданылады. Жинақ 100 сынақтан тұрады. Өнім өндірушіде ISO 13485 сәйкес енгізілген сапа менеджменті жүйесі болуы керек. Реагент құрамы, партиясы және жарамдылық мерзімі туралы толық құжаттамамен бірге жеткізіледі. 2. функционалды сипаттамасы-миелофиброздың ерте сатысын анықтау үшін қолданылады (сүйек кемігінің трепанобиоптаты). Базальды мембраналарды бояу және бүйрек ауруларын дифференциалды диагностикалау үшін қолданылады. Мақсаты: медициналық ұйымдардағы биопсиялық және операциялық материалды гистохимиялық зерттеу. 3. сапалық сипаттама-жиынтық пайдалануға дайын және аргирофильді және ретикулярлы талшықтардың тұрақты, қайталанатын бояуын қамтамасыз етеді. Реагенттердің қасиеттері (түсі, мөлдірлігі, реактивтілігі) техникалық талаптарға сәйкес келеді. Өнім жаңа, зауыттық қаптамада, көрінетін ақауларсыз болуы керек. Қаптамада: партия нөмірі, жиынтықтың атауы, сақтау шарттары, жарамдылық мерзімі көрсетілуі керек. Қолдану жөніндегі Нұсқаулық мемлекеттік және орыс тілдерінде ұсынылады. 4. пайдалану сипаттамасы-медициналық ұйымдардың зертханаларында биопсиялық және операциялық материалға гистохимиялық зерттеулер жүргізуге арналған. Жөнелту алдында: Тапсырыс берушімен міндетті түрде келісу."

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792798-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 83353806-ЗЦП5
Наименование лота:	Нитрат серебра
Описание лота:	химически чистый
Дополнительное описание лота:	Набор импрегнация серебром для окраски
Количество:	1
Единица измерения:	Набор
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	"1. техническая характеристика - набор «Импрегнация серебром» предназначен для окраски соединительной ткани с выявлением аргирофильных и ретикулярных волокон. Применяется специальный метод, позволяющий визуализировать тонкие волокна, включая ретикулум и аргирофильные структуры. Набор рассчитан на 100 тестов. Производитель продукции должен иметь внедрённую систему менеджмента качества в соответствии с ISO 13485. Реагент поставляется с полной документацией о составе, партии и сроках годности. 2. функциональная характеристика - применяется для выявления ранней стадии миелофиброза (трепанобиоптат костного мозга). Используется для окрашивания базальных мембран и дифференциальной диагностики заболеваний почек. Назначение: гистохимические исследования биопсийного и операционного материала в медицинских организациях. 3. качественная характеристика - набор готов к использованию и обеспечивает стабильную, воспроизводимую окраску аргирофильных и ретикулярных волокон. Свойства реагентов (цвет, прозрачность, реактивность) соответствуют техническим требованиям. Продукт должен быть новым, в заводской упаковке, без видимых дефектов. На упаковке должны быть указаны: номер партии, наименование набора, условия хранения, срок годности. Инструкция по применению предоставляется на государственном и русском языках. 4. эксплуатационная характеристика - предназначен для проведения гистохимических исследований биопсийного и операционного материала в лабораториях медицинских организаций. Перед отправкой: обязательное согласование с заказчиком."