

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17785063-1
Сатып алудың атауы:	Техникалық ерекшелікке сәйкес тауарларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 86901638-3ЦП2
Лоттың атауы:	Пульсоксиметр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пульсоксиметр
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Қ.Мұхамедханов көш.26
Жеткізу мерзімі:	техникалық сипаттамада көрсетілгендей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жарықдиодты экран автоматты түрде өшіру уақыты: 8 с. дисплей режимдерін ауыстыру: 4 режим SpO2 өлшеу диапазоны: 70% ~ 100%. Жүрек соғу жиілігін өлшеу диапазоны: минутына 25-250 соққы. SPO2 дәлдігі: 70%~100%: $\pm 2\%$. <70%: анықтама жоқ Жүрек соғу жиілігінің дәлдігі: минутына $\pm 1\%$ / ± 1 соққы. Тұтыну қуаты: ≤ 40 ма жеткізу мерзімі: шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17785063-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров согласно технической спецификации
Номер лота:	№ 86901638-ЗЦП2
Наименование лота:	Пульсоксиметр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Пульсоксиметр
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул.К.Мухамедханова, 26
Срок поставки:	согласно технической спецификации
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Светодиодный экран Время автоматического выключения: 8 с. Переключение режимов отображения: 4 режима Диапазон измерения SPO2: 70% ~ 100%. Диапазон измерения частоты пульса: 25-250 ударов в минуту. Точность SPO2: 70%~100%: ±2%. <70%: Нет определения Точность частоты пульса: ±1%/±1 ударов в минуту. Потребляемая мощность: ≤40 мА Срок поставки: в течении 15 календарных дней с момента заключения договора.