

**Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық
ерекшелігі**

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу (қайталама)
Лоттың нөмірі:	№ 87145269-3ЦП4
Лоттың атауы :	Отоскоп
Лоттың сипаттауы:	жарықты
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Отоскоп
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде

Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Диагностикалық отоскоп (қолмен, 2,5 В) Мақсатты пайдалану: Сыртқы отит, бөгде денелер, паразиттік инвазиялар, сондай-ақ қабыну және травматикалық жағдайларды диагностикалау үшін сыртқы есту жолын және тимпаникалық мембрананы визуалды тексеруге арналған. Техникалық сипаттамалары: Түрі: Қолдық диагностикалық отоскоп. Қоректендіру кернеуі: 2,5 В. Жарықтандыру түрі: вакуумдық шам немесе баламалы жарық көзі. Жарық қарқындылығы: кемінде 7000 люкс. Бас материалы: металл. Тұтқа материалы: металл. Басты бекіту түрі: штык қосылымы («Click» құлпы немесе баламасы). Үлкейткіш линзалар: кіріктірілген, айналмалы, кемінде 3х үлкейту. Жарықтықты реттеу: үздіксіз (реостат). Жарық көзінің орташа қызмет ету мерзімі: шамамен. 15 сағат. Үйлесімді қуат көздері: С типті аккумуляторлар; зарядтау станциясы бар қайта зарядталатын тұтқалар. Зарядтау құрылғысында қайта зарядталады. Дизайн құлақ саңылауларын оңай өзгертуге мүмкіндік беруі керек. Корпус дезинфекцияға төзімді болуы керек. Пакет мазмұны: Отоскоп - 1 бірлік. Қуат тұтқасы — 1 бірлік. Құлақ саңылауларының жинағы (қажетінше). Кірістірілген үлкейткіш линза. Шам (орнатылған немесе қосалқы). Пайдаланушы нұсқаулығы. Өнім паспорты/мәліметтер парағы. Кепілдік картасы. Кепілдік мерзімі: кемінде 12 ай. Отоскоп ГОСТ ІЕС 60601-1, ГОСТ ІЕС 60601-1-2 талаптарына немесе балама халықаралық стандарттарға сәйкес болуы керек; кемінде 3х үлкейтуді және кемінде 7000 лк жарықтандыру қарқындылығын қамтамасыз ету; және медициналық бұйымды тіркеу куәлігінің болуы.
--	---

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов (повторно)
Номер лота:	№ 87145269-3ЦП4
Наименование лота:	Отоскоп
Описание лота:	световой
Дополнительное описание лота:	Отоскоп
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Отоскоп диагностический (ручной, 2,5 В) Назначение: Предназначен для визуального осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки с целью диагностики наружного отита, инородных тел, паразитарных поражений, а также воспалительных и травматических изменений. Технические характеристики: Тип: диагностический ручной отоскоп. Напряжение питания: 2,5 В. Тип освещения: вакуумная лампа или эквивалентный источник света. Интенсивность света: не менее 7 000 люкс. Материал головки: металл. Материал рукоятки: металл. Тип крепления головки: байонетное соединение (замок «Click» или эквивалент). Лупа: встроенная, увеличением не менее 3х, поворотная. Регулировка яркости: плавная (реостат). Средний срок службы источника света: около 15 часов. Возможные источники питания: батареи типа С; аккумуляторные рукоятки с зарядной станцией. Возможность перезарядки в зарядном устройстве. Конструкция должна обеспечивать удобство смены ушных воронок. Корпус должен быть устойчив к дезинфекции. Комплект поставки: Отоскоп — 1 шт. Рукоятка питания — 1 шт. Набор ушных воронок (по необходимости). Лупа встроенная. Лампа (установленная или запасная). Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия. Гарантийный талон. Гарантийный срок — не менее 12 месяцев. Отоскоп должен соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60601-1, ГОСТ IEC 60601-1-2 или эквивалентным международным стандартам, обеспечивать увеличение не менее 3х, интенсивность освещения не менее 7 000 люкс и иметь регистрационное удостоверение медицинского изделия.
--	--