

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17787722-1
Сатып алудың атауы:	Бу стерилизаторына арналған шығын материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88206910-3ЦП1
Лоттың атауы:	Индикатор
Лоттың сипаттауы:	бумен тазалауды тексеру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Термоиндикаторы контроля паровой стерилизации (внутрен,наруж) 120/45, (1000 тестов)
Саны, көлемі:	30
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	751110000, Алматы қ., Алмалы ауданы Төле би 93
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Бумен зарарсыздандыруды бақылау термоиндикаторлары (ішкі, сыртқы) iPASC/IPACK-4PD 120/45, (1000 тест) 4-сыныпты индикаторлар зарарсыздандырудың негізгі параметрлерінің – зарарсыздандыру температурасының, зарарсыздандыру уақытының сақталуын және форвакуумдық стерилизаторларда қаныққан су буының болуын бақылауға арналған. Сипаттама 4 - сыныпты бу стерилизациясын бақылау термоиндикаторы химиялық (ішкі/ сыртқы) iPASC (IPAC) 120/45(500 сынақ) - индикаторлар стерилизацияның негізгі параметрлерін-зарарсыздандыру температурасын, зарарсыздандыру уақытының сақталуын және гравитациялық стерилизаторларда қаныққан су буының болуын бақылауға арналған. Қағаз негізіндегі Индикатор. Жабысқақ қағазбен жабылған жабысқақ қабаты бар. Зарарсыздандыру режимі 120/45 Қаптамалар мен медициналық бұйымдардың сыртында және ішінде қолданылады. Индикаторлық бояу зарарсыздандырылатын медициналық бұйымға ауыспайды Зарарсыздандыру процесінен кейінгі индикаторлар пішінін сақтайды-деформацияланбайды, бұралмайды, бұл зарарсыздандыру нәтижесін тез бағалауға және оларды оңай құжаттауға мүмкіндік береді. Индикаторлар зарарсыздандырылғаннан кейін олардың түсін есептік құжаттамада сақтаудың барлық мерзімі ішінде сақтайды

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17787722-1
Наименование закупки:	Расходные материалы для парового стерилизатора
Номер лота:	№ 88206910-3ЦП1
Наименование лота:	Индикатор
Описание лота:	для контроля паровой стерилизации
Дополнительное описание лота:	Термоиндикаторы контроля паровой стерилизации (внутрен,наруж) 120/45, (1000 тестов)
Количество:	30
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	751110000, г.Алматы, Алмалинский район Толе би, 93
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термоиндикаторы контроля паровой стерилизации (внутрен,наруж) iPАСК/АЙПАК-4ПД 120/45, (1000 тестов) Индикаторы 4 класса предназначены для контроля соблюдения основных параметров стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в форвакуумных стерилизаторах. Описание Термоиндикатор контроля паровой стерилизации 4 класса химический (внутр/наруж) iPАСК (АЙПАК) 120/45(500 тестов) - индикаторы предназначены для контроля соблюдения основных параметров стерилизации - температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара в гравитационных стерилизаторах. Индикатор на бумажной основе. Имеет липкий слой, закрытый антиадгезивной бумагой. Режим стерилизации 120/45 Применяются снаружи и внутри упаковок и медицинских изделий. Индикаторная краска не переходит на стерилизуемое медицинское изделие Индикаторы после процесса стерилизации сохраняют свою форму - не деформируются, не скручиваются, что позволяет быстро оценить результат стерилизации и легко их документировать. Индикаторы сохраняют свой цвет после стерилизации на протяжении всего срока хранения их в отчетной документации