

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17791600-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 82986683-3ЦП1
Лоттың атауы:	Медициналық түтікше
Лоттың сипаттауы:	хирургиялық мақсаттар үшін, кептіретін, силикон
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пациентке радиофармацевтикалық препаратты автоматты инжектор арқылы енгізуге арналған түтіктер мен сүзгілер жиынтығы
Саны, көлемі:	25
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711510000, Астана қ., Нұра ауданы Жәнібек Керей хандары көшесі 3/2 үй
Жеткізу мерзімі:	Бірінші жеткізу шарт жасалған күннен бастап 16 (он алты) күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырылады. Кейінгі жеткізілімдер Тапсырыс берушінің қалауы бойынша жүзеге асырылады. Әрбір сұраныс бойынша тауарлардың саны Тапсырыс берушімен алдын ала келісіледі.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты – жоқ. Халықаралық стандарт – жоқ. Өнім беруші тауарды жеткізген кезде келесі құжаттарды ұсынуы керек: 1. Медициналық бұйымға тіркеу куәлігінің болуы.; 2. Сәйкестік туралы декларация/сертификат; 3. Қолдану жөніндегі нұсқаулық. Функционалдық сипаттамасы:. Радиофармпрепаратты пациентке автоматты инжектор арқылы енгізуге арналған түтікшелер мен сүзгілер жинағы (PAS) радиофармацевтикалық дәрілік препарат пен физиологиялық ерітіндіні көктамыр ішіне енгізуге арналған. Радиофармпрепаратты пациентке автоматты инжектор арқылы енгізуге арналған түтікшелер мен сүзгілер жинағы пациенттің катетерімен қосуға арналған. Сорғы түтікшесі тек бір рет қолдануға арналған. Техникалық сипаттамасы: PAS жинағын инжекторға қосу. PAS-тың Люэр жалғағышы SAS-тың (автоматтандырылған инжекторға арналған препаратты сұйылту және дозалау жинағы) дистальді ұшындағы қорғаныс клапанына жалғанады. PAS жинағының құрамы: • PAS түтікшесі • Айдалуға арналған алынбалы түтікше • Біржақты кері клапан • Люэрлік жалғағыш • Кіріктірілген сүзгі Сапалық сипаттамасы: Жұмыс температурасы: +10 С-тан +35 С-қа дейін. Жұмыс ылғалдылығы: 20%-дан 90%-ға дейін. Жазылған күйдегі ұзындығы: кемінде 155 см. Жинақ стерильді болуы тиіс. Апирогенді болмауы тиіс. Құрамында латекс болмауы тиіс. Тауар ақаусыз, өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында, сериялық нөмірі мен өндірілген күні көрсетілген күйде жеткізілуі тиіс. Жарамдылық мерзімі: өндірушінің нормативтік құжаттарына сәйкес, жеткізу сәтінде өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімінің кемінде 70%-ын құрауы тиіс. Таңбалануы: қазақ және орыс тілдерінде болуы тиіс. Жеке қаптамада партия нөмірі, бұйым атауы, сақтау шарттары, өндіруші кәсіпорынның атауы және жарамдылық мерзімі анық көрсетілуі тиіс. Пайдалану сипаттамасы: Бұйымды стерильді қаптамасында, құрғақ, қараңғы және реттелетін температурасы бар бөлмеде сақтаңыз. Стерильді қаптамадағы бұйымды кірден, шаңнан, ылғалдан, жоғары температурадан және күн сәулесінің әсерінен қорғаңыз.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17791600-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 82986683-ЗЦП1
Наименование лота:	Трубка медицинская
Описание лота:	для хирургических целей, дренажная, силиконовая
Дополнительное описание лота:	Набор трубок и фильтров для введения радиофармпрепарата пациенту, через автоматический инжектор
Количество:	25
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711510000, г.Астана, район Нұра ул. Жанибек и Керей хандары 3/2
Срок поставки:	Первая поставка в течение 16 (шестнадцати) календарных дней с даты заключения договора. Последующие поставки - по заявке Заказчика. Количество товара по каждой заявке предварительно согласовывается с Заказчиком.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Национальный стандарт Республики Казахстан - отсутствует. Международный стандарт - отсутствует. Поставщик при поставке товара должен предоставить следующие документы: 1. Наличие регистрационного удостоверения на медицинское изделие. 2. Декларация/сертификат соответствия 3. Инструкция по применению. Функциональная характеристика: Набор трубок и фильтров для введения радиофармпрепарата пациенту, через автоматический инжектор (PAS), предназначена для внутривенного введения радиофармацевтического лекарственного препарата и физиологического раствора. Набор трубок и фильтров для введения радиофармпрепарата пациенту, через автоматический инжектор соединяет инжектор (со стороны прибора) с катетером пациента. Трубку насоса предназначена только для одноразового применения. Техническая характеристика: Присоединение PAS к инжектору. Разъем Люэра PAS подсоединяется к предохранительному клапану на дистальном конце Набор для разбавления и дозировки препарата, для автоматизированного инжектора (SAS). Состав набора (PAS): • Трубка PAS • Трубка съёмная для прокачивания • Клапан обратный односторонний • Разъем люэровский • Встроенный фильтр Качественная характеристика: Рабочая температура: от +10 С до +35 С Рабочая влажность: от 20% до 90% Длина в развернутом виде: не менее 155 см Набор должен быть стерильным. Не должен являться апиногенным. Не содержит латекса. Товар должен не иметь дефектов, в оригинальной упаковке производителя с указанием серийного номера и даты производства. Срок годности: в соответствии с НД производителя, не менее 70% от заявленного производителем срока годности на момент доставки. Маркировка: на двух языках: казахский и русский, на индивидуальной упаковке четко указаны номер партии, наименование изделия, условия хранения, название предприятия изготовителя, срок годности. Эксплуатационная характеристика: Хранение изделий в стерильной упаковке в сухом, темном помещении с регулируемой температурой. Защищать изделие в стерильной упаковке от воздействия грязи, пыли, влажность, высокая температура и солнечный свет.