Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17790947-1
Сатып алудың атауы:	Дәрілік заттар мен басқа да медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 88215641-ОИ2
Лоттың атауы:	Линза
Лоттың сипаттауы:	интраокулярлық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелік гаптикалық фиксациясы бар, ультракүлгін фильтрі бар, оптикалық күші +19,5 Д, имплантацияға арналған инжекторлі, көздің артқы камераға арналған жиналмалы асферика интраокулярлық линза, А-константа 118.5
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	711310000, Астана қ., Сарыарқа ауданы Астана қ., Сарыарқа ауданы Бейбітшілік 47А
Жеткізу мерзімі:	қараша
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Гидрофильді акрилден жасалған төрт нүктелік гаптикалық фиксациясы бар, ультракүлгін фильтрі бар, оптикалық күші +19,5 Д, имплантацияға арналған инжекторлі, көздің артқы камераға арналған жиналмалы асферика интраокулярлық линза, А-константа 118.5

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17790947-1
Наименование закупки:	Приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения.
Номер лота:	№ 88215641-ОИ2
Наименование лота:	Линза
Описание лота:	интраокулярная
Дополнительное описание лота:	Складывающаяся асферическая интраокулярная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из гидрофильного акрила, с УФ-фильтром, оптической силой +19,5 Д, с инжектором для имплантации, А-константа 118.6
Количество:	2
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	711310000, г.Астана, район Сарыарка г.Астана, район Сарыарка Бейбітшілік 47А
Срок поставки:	ноябрь
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Складывающаяся асферическая интраокулярная линза для задней камеры с четырехточечной гаптической фиксацией из гидрофильного акрила, с УФ-фильтром, оптической силой +19,5 Д, с инжектором для имплантации, А-константа 118.6