Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17965430-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Протездеу бойынша қызметтер |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88490811-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Термометр |
| **Лоттың сипаттауы:** | медициналық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | |
| **Саны, көлемі:** | 3 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а. |
| **Жеткізу мерзімі:** | 2026 жыл ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Сөйлеу арқылы шығару функциясы бар медициналық термометр<br>Мақсаты: адамның дене температурасын өлшеуге және өлшеу нәтижелерін дауыстап хабарлауға арналған, оның ішінде көру қабілеті бұзылған адамдар үшін.<br>Негізгі техникалық сипаттамалары:<br>1. Түрі — сөйлеу арқылы шығару функциясы бар электрондық медициналық термометр.<br>2. Өлшеу әдісі — жанаспалы.<br>3. Дене температурасын өлшеу диапазоны — кемінде 35,5–42,0 °C.<br>4. Өлшеудің жол берілетін шекті қателігі — ±0,1 °C-тан аспайды.<br>5. Сұйық кристалды дисплейдегі көрсеткіштерді дауыстап қайталау — болуы тиіс.<br>6. Өлшеу нәтижесін дыбыстап хабарлау — орыс және/немесе мемлекеттік тілде.<br>7. Қосу және өшірудің дыбыстық индикациясы — болуы тиіс.<br>8. Өлшеуге дайын екендігі туралы дауыстық хабарлама — болуы тиіс.<br>9. Өлшеу нәтижесі — ірі, оңай оқылатын цифрлары бар СК-дисплейде көрсетіледі.<br>10. Өлшем бірлігі — Цельсий градусы (°C).<br>11. Өлшеу уақыты — 60 секундтан аспайды.<br>12. Автоматты түрде өшуі — болуы тиіс.<br>13. Өлшеу бөлігі — герметикалық, пайдаланушы үшін қауіпсіз және гигиеналық талаптарға сәйкес болуы тиіс.<br>14. Корпусы — сынапсыз және пайдаланған кезде сынуы мүмкін шыны элементтерсіз.<br>15. Қуат көзі — батареядан немесе басқа автономды қуат көзінен.<br>16. Термометр — шағын көлемді және өздігінен пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс.<br>17. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: термометр, қуат элементтері, орыс және/немесе мемлекеттік тілдегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық.<br>18. Тауар — жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы тиіс.<br>19. Өндірушінің кепілдігі — жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай.<br>20. Қызмет ету мерзімі — өндірушінің құжаттамасына сәйкес.<br>Сапаға қойылатын талаптар: тауар қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы, медициналық бұйымның сапасы мен қауіпсіздігін растайтын қажетті құжаттары болуы және зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.<br>Термометрді салыстырып тексеру СТ РК 2.596-2019 «Медициналық электрондық термометрлер. Салыстырып тексеру әдістемесі» стандартына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.<br>Өнім берушіге қойылатын талаптар: Мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі бұйымдардың пайдалану жөніндегі нұсқаулығы болуы тиіс.<br>Өнім беруші жеткізілетін тауардың техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті. |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17965430-1 |
| **Наименование закупки:** | Услуги по протезированию |
| **Номер лота:** | № 88490811-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Термометр |
| **Описание лота:** | медицинский |
| **Дополнительное описание лота:** | Приобретение термометров с речевым выходом |
| **Количество:** | 3 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 154630100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук |
| **Срок поставки:** | в течении 2026 года |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Термометр медицинский с речевым выходом<br>Назначение: предназначен для измерения температуры тела человека и речевого озвучивания результатов измерения, в том числе для лиц с нарушениями зрения.<br>Основные технические характеристики:<br>1. Тип — электронный медицинский термометр с речевым выходом.<br>2. Способ измерения — контактный.<br>3. Диапазон измерения температуры тела — не менее 35,5–42,0 °C.<br>4. Предел допускаемой погрешности измерения — не более ±0,1 °C.<br>5. Речевое дублирование показаний жидкокристаллического дисплея — наличие.<br>6. Озвучивание результата измерения — на русском и/или государственном языке.<br>7. Звуковая индикация включения и выключения — наличие.<br>8. Речевое оповещение о готовности к проведению измерения — наличие.<br>9. Результат измерения отображается на ЖК-дисплее крупными, легко читаемыми цифрами.<br>10. Единица измерения — градусы Цельсия (°C).<br>11. Время измерения — не более 60 секунд.<br>12. Автоматическое отключение — наличие.<br>13. Измерительная часть — герметичная, безопасная для пользователя и соответствующая гигиеническим требованиям.<br>14. Корпус — без ртути и стеклянных элементов, способных разбиться при использовании.<br>15. Питание — от батареек или иного автономного источника питания.<br>16. Термометр должен быть малогабаритным и удобным для самостоятельного использования.<br>17. В комплект поставки должны входить: термометр, элементы питания, инструкция по эксплуатации на русском и/или государственном языке.<br>18. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений.<br>19. Гарантия производителя — не менее 12 месяцев с даты поставки.<br>20. Срок службы — в соответствии с документацией производителя.<br>Требования к качеству: товар должен соответствовать требованиям безопасности, иметь необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность медицинского изделия, и поставляться в заводской упаковке.<br>Поверка термометра должна осуществляться в соответствии с СТ РК 2.596-2019 «Термометры медицинские электронные. Методика поверки».<br>Изделия должны иметь инструкцию к применению на государственном и (или) русском языках.<br>Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |