Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18006230-1
Сатып алудың атауы:	Протездеу бойынша қызметтер
Лоттың нөмірі:	№ 88490811-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154630100, Ақтөбе облысы, Мәртөк ауданы, Мәртөк а.
Жеткізу мерзімі:	2026 жыл ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Сөйлеу арқылы шығару функциясы бар медициналық термометр Мақсаты: адамның дене температурасын өлшеуге және өлшеу нәтижелерін дауыстап хабарлауға арналған, оның ішінде көру қабілеті бұзылған адамдар үшін. Негізгі техникалық сипаттамалары: 1. Түрі — сөйлеу арқылы шығару функциясы бар электрондық медициналық термометр. 2. Өлшеу әдісі — жанаспалы. 3. Дене температурасын өлшеу диапазоны — кемінде 35,5–42,0 °C. 4. Өлшеудің жол берілетін шекті қателігі — ±0,1 °C-тан аспайды. 5. Сұйық кристалды дисплейдегі көрсеткіштерді дауыстап қайталау — болуы тиіс. 6. Өлшеу нәтижесін дыбыстап хабарлау — орыс және/немесе мемлекеттік тілде. 7. Қосу және өшірудің дыбыстық индикациясы — болуы тиіс. 8. Өлшеуге дайын екендігі туралы дауыстық хабарлама — болуы тиіс. 9. Өлшеу нәтижесі — ірі, оңай оқылатын цифрлары бар СК-дисплейде көрсетіледі. 10. Өлшем бірлігі — Цельсий градусы (°C). 11. Өлшеу уақыты — 60 секундтан аспайды. 12. Автоматты түрде өшуі — болуы тиіс. 13. Өлшеу бөлігі — герметикалық, пайдаланушы үшін қауіпсіз және гигиеналық талаптарға сәйкес болуы тиіс. 14. Корпусы — сынапсыз және пайдаланған кезде сынуы мүмкін шыны элементтерсіз. 15. Қуат көзі — батареядан немесе басқа автономды қуат көзінен. 16. Термометр — шағын көлемді және өздігінен пайдалануға ыңғайлы болуы тиіс. 17. Жеткізу жиынтығына мыналар кіруі тиіс: термометр, қуат элементтері, орыс және/немесе мемлекеттік тілдегі пайдалану жөніндегі нұсқаулық. 18. Тауар — жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз болуы тиіс. 19. Өндірушінің кепілдігі — жеткізілген күннен бастап кемінде 12 ай. 20. Қызмет ету мерзімі — өндірушінің құжаттамасына сәйкес. Сапаға қойылатын талаптар: тауар қауіпсіздік талаптарына сәйкес болуы, медициналық бұйымның сапасы мен қауіпсіздігін растайтын қажетті құжаттары болуы және зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс. Термометрді салыстырып тексеру СТ РК 2.596-2019 «Медициналық электрондық термометрлер. Салыстырып тексеру әдістемесі» стандартына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Өнім берушіге қойылатын талаптар: Мемлекеттік және (немесе) орыс тілдеріндегі бұйымдардың пайдалану жөніндегі нұсқаулығы болуы тиіс. Өнім беруші жеткізілетін тауардың техникалық регламенттерде, стандарттарда немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18006230-1
Наименование закупки:	Услуги по протезированию
Номер лота:	№ 88490811-ЗЦП3
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Приобретение термометров с речевым выходом
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154630100, Актюбинская область, Мартукский район, с.Мартук
Срок поставки:	в течении 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термометр медицинский с речевым выходом Назначение: предназначен для измерения температуры тела человека и речевого озвучивания результатов измерения, в том числе для лиц с нарушениями зрения. Основные технические характеристики: 1. Тип — электронный медицинский термометр с речевым выходом. 2. Способ измерения — контактный. 3. Диапазон измерения температуры тела — не менее 35,5–42,0 °C. 4. Предел допускаемой погрешности измерения — не более ±0,1 °C. 5. Речевое дублирование показаний жидкокристаллического дисплея — наличие. 6. Озвучивание результата измерения — на русском и/или государственном языке. 7. Звуковая индикация включения и выключения — наличие. 8. Речевое оповещение о готовности к проведению измерения — наличие. 9. Результат измерения отображается на ЖК-дисплее крупными, легко читаемыми цифрами. 10. Единица измерения — градусы Цельсия (°C). 11. Время измерения — не более 60 секунд. 12. Автоматическое отключение — наличие. 13. Измерительная часть — герметичная, безопасная для пользователя и соответствующая гигиеническим требованиям. 14. Корпус — без ртути и стеклянных элементов, способных разбиться при использовании. 15. Питание — от батареек или иного автономного источника питания. 16. Термометр должен быть малогабаритным и удобным для самостоятельного использования. 17. В комплект поставки должны входить: термометр, элементы питания, инструкция по эксплуатации на русском и/или государственном языке. 18. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, без механических повреждений. 19. Гарантия производителя — не менее 12 месяцев с даты поставки. 20. Срок службы — в соответствии с документацией производителя. Требования к качеству: товар должен соответствовать требованиям безопасности, иметь необходимые документы, подтверждающие качество и безопасность медицинского изделия, и поставляться в заводской упаковке. Поверка термометра должна осуществляться в соответствии с СТ РК 2.596-2019 «Термометры медицинские электронные. Методика поверки». Изделия должны иметь инструкцию к применению на государственном и (или) русском языках. Поставщик обязан предоставить документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.