Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17986007-1
Сатып алудың атауы:	«БРАМС КРИПТОР компакт ПЛЮС» автоматтандырылған биохимиялық анализаторына арналған реагенттер жинағы
Лоттың нөмірі:	№ 83390437-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Калибратор
Лоттың сипаттауы:	зертханалық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	B•R•A•M•S KRYPTOR compact PLUS анализаторына арналған PAPP-A калибраторы
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	271010000, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ. ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Орал қ., көш. Ахмиров 4
Жеткізу мерзімі:	шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Әлеуетті өнім беруші сертификатты ұсынады тауардың ISO13485 сәйкестігі туралы өндірушілерден немесе олардың өкілдерінен өкілдерінің (дилерлердің немесе дистрибьюторлар). Байланыстырылғандарға арналған калибратор А протеинінің жүктілігі плазманың стандартты қисықты түзету үшін пайдаланылады, B • R • A • H • M • S KRYPTOR compact PLUS сақталған. Калибратор автоматты Б • Р • А • М • С КРИПТОР биохимиялық талдауышымен компакт ПЛЮС", зертханада орнатылған тапсырыс беруші. Қаптама мыналардан тұруы тиіс: PAPPA/proMBP адам тектес, сарысу адам қанының және натрий азидінің; Штрихкод жапсырмасы калибратордың партиясы туралы ақпаратты қамтуы тиіс, оның ішінде оның шоғырлануының мәні. Саны қаптамада 6 флакон болуы тиіс; Тұрақтылық калибрлеу 15 күннен кем болмауы тиіс; Қағидат талдаудың «сэндвич» -әдісі болуы тиіс; Температура сақтау кемінде 2 °C және 8 °C аспауы тиіс. Өнім беруші мыналарды растайтын құжаттарды жеткізілетін тауарлардың Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерде белгіленген ережелерімен немесе өзге де құжаттармен Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, оның ішінде ҚР ДСМ тіркеу куәлігі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17986007-1
Наименование закупки:	Набор реагентов для автоматического биохимического анализатора «БРАМС КРИПТОР компакт ПЛЮС»
Номер лота:	№ 83390437-ЗЦП1
Наименование лота:	Калибратор
Описание лота:	лабораторный
Дополнительное описание лота:	Калибратор PAPP-A для анализатора «Б•Р•А•М•С КРИПТОР компакт ПЛЮС»
Количество:	1
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	271010000, Западно-Казахстанская область, г.Уральск КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул. Ахмирова 4
Срок поставки:	с момента подписания договора в течении 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Потенциальный поставщик предоставляет сертификат соответствия товара ISO13485 и электронную копию авторизационного письма от производителей либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов). Калибратор для связанного с беременностью протеина А плазмы должен быть использован для корректировки стандартной кривой, сохраненной в B•R•A•H•M•S KRYPTOR compact PLUS. Калибратор должен быть совместим с автоматическим биохимическим анализатором «Б•Р•А•М•С КРИПТОР компакт ПЛЮС», установленным в лаборатории заказчика. Упаковка должна состоять из: комплекса PAPPA/proMBP человеческого происхождения, сыворотки крови человека и азида натрия; Наклейка со штрихкодом должна содержать информацию о партии калибратора, в том числе значение его концентрации. Количество флаконов в упаковке должно быть 6; Стабильность калибровки должна быть не менее 15 дней; Принцип анализа должен быть «сэндвич»-метод; Температура хранения должна быть не менее 2°С и не более 8°С. Поставщик предоставляет документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе регистрационное удостоверение в МЗ РК.