

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Көпбейінді облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Ақмола облысы денсаулық сақтау басқармасының жанындағы «Көпбейінді облыстық ауруханасы» шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17789052-1
Конкурстың атауы:	ҮҚК Revolution EVO компьютерлік томографындағы батареяларды ауыстырумен жөндеу жұмыстары
Лоттың нөмірі:	№ 87994781-OK2
Лоттың атауы	Работы по ремонту аккумуляторов/батарей
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331419.900.000000
Жұмыстың атауы:	Работы по ремонту аккумуляторов/батарей
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	3540900
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	3540900

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	20 күнтізбелік күн
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	UPS-те батареяларды ауыстырумен жөндеу жұмыстары. Батареялар inform UPS PYRAMID DSP 120 kVA (PDSP33120) үздіксіз қуат көзімен үйлесімді болуы керек; батареялар VRLA (қорғасын-қышқылды басқару клапаны бар артық зарядтау қысымын босату), AGM (қорғасын пластиналарын бөлетін сіңіргіш шыны талшық) болуы керек. 12В 50А/сағ үздіксіз қоректендіру көздері үшін қызмет көрсетілмейтін герметикаланған қорғасын-қышқыл; аккумулятордың номиналды сыйымдылығы-кемінде 50 Ач(10 сағаттық разряд кезінде); аккумулятордың габариттері (ДхШхВ) 199мм х 167мм х 174мм және кемінде 197 х 165 х 172 (мм); аккумулятордың массасы (салмағы) қаптамалар-кемінде 14,6 кг; Номиналды кернеу – 12 В кем емес; разряд тогы, максимум – 552 (5 сек) кем емес; аккумулятордың ішкі кедергісі-7 мОм аспайды; тұрақты қуатпен разряд кезінде берілетін қуат, Вт/блокта 15 минут (мин.) кезінде соңғы кернеуге дейін (1,6 в/эл-т): кемінде 149 Вт / эл. (Бір элементке Ватт); заряд кернеуі (буферлік режим) - 13,5-13,8 (25°с); максималды заряд тогы – кем дегенде 12А; терминал түрі: М6 болт астында; батарея корпусы -ABS пластик; қызмет ету мерзімі - кем дегенде 12 жыл. Батарея саны-60 дана; аккумуляторды жеткізуге жол берілмейді, оның корпусында көрсетілген аккумулятор туралы ақпарат жапсырмада көрсетіледі, Өндіруші туралы барлық ақпарат және т. б. жібек экранды басып шығару әдісімен жазылуы керек; Жеткізуші аккумуляторды жеткізу кезінде аккумулятордың ішкі кедергісін өлшейтін барлық аккумуляторлық батареялардың ішкі кедергісін өлшеу арқылы кіріс бақылауын жүргізуі керек, егер аккумулятордың ішкі кедергісі номиналды көрсеткіштен 10% - дан (7,7 мОм) артық болса, аккумуляторлық батарея ақаулы деп танылады, жеткізуші өз есебінен ақаулы аккумуляторлық батареяны талап етілетін батареяға сәйкес жаңасына ауыстырады. техникалық ерекшеліктің параметрлері 3 (үш) күнтізбелік күннен аспайтын мерзімде. Аккумуляторды ауыстыру бойынша барлық жұмыстар Тапсырыс беруші өкілдерінің қатысуымен ғана жүргізіледі; өнім беруші Аккумуляторлық батареяның паспортын қағаз форматта орыс немесе қазақ тілінде ұсынады; тауар жаңа, пайдалануда болмаған, қалпына келтірілмеген, қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған, енгізілген конструктивтік өзгерістерсіз, сериялық болуы тиіс; Тауар корпусында өндірушінің таңбалауы, жібек экранды әдіспен аккумуляторға жазылған қажетті сәйкестендіруші ақпаратты көрсете отырып, оның тауар таңбасы болуы тиіс, аккумуляторға жапсырмалары және /немесе кез келген басқа желімделетін материалдары бар аккумуляторды аккумуляторға жеткізуге жол берілмейді; кепілдік мерзімі – орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 ай. Жұмыстарды орындау мерзімі-шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 20 (жиырма) күннен аспайды.
--	---

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области
Наименование организатора	Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области
№ конкурса:	№ 17789052-1
Наименование конкурса:	Работы по ремонту с заменой аккумуляторов в ИБП компьютерного томографа Revolution EVO
Номер лота:	№ 87994781-OK2
Наименование лота:	Работы по ремонту аккумуляторов/батарей
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331419.900.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту аккумуляторов/батарей
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	3540900
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	3540900
Срок выполнения работы:	20 календарных дней
Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12

Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Работы по ремонту с заменой аккумуляторов в ИБП. Аккумуляторы должны быть совместимы с источником бесперебойного питания inform UPS PYRAMID DSP 120 kVA (PDSP33120); Характеристика АКБ: Аккумуляторах должен быть VRLA (свинцово-кислотный с регулирующим клапаном для сбрасывание избыточного давление при перезарядке), AGM (абсорбированный стекловолокно, разделяющего свинцовые пластины). Герметизированный свинцово-кислотный, необслуживаемый для источников бесперебойного питания 12В 50А/ч; Номинальная ёмкость АКБ – не менее 50 Ач (при 10 часовом разряде); Габариты аккумулятора (ДхШхВ) не более 199мм х 167мм х 174мм и не менее 197 х 165 х 172 (мм); Масса (вес) аккумулятора без упаковки – не менее 14,6 кг; Номинальное напряжение – не менее 12 В; Ток разряда, максимальный – не менее 552 (5 сек); Внутреннее сопротивление аккумулятора – не более 7 мОм; Мощность, выдаваемая при разряде постоянной мощностью, в Вт/блок при 15 минутах (мин.) до конечного напряжения (1,6 В/эл-т): не менее 149 Вт / эл. (Ватт на элемент); Напряжение заряда (буферный режим) - 13,5-13,8 (25°С); Максимальный ток заряда – не менее 12А; Тип клеммы: под болт М6; Корпус аккумулятора -ABS пластик; Срок службы - не менее 12 лет. Количество АКБ – 60 шт; не допускается поставка АКБ, на корпусе которого указанная информация об АКБ указывается на наклейке, вся информация о производителе и т. д. должна быть нанесена методом шелкографии; Поставщик при поставке АКБ должен провести входной контроль, замерив внутреннее сопротивление всех аккумуляторных батарей, измеряющего внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи, в случае если внутреннее сопротивление аккумуляторной батареи превышает показатель номинального более чем на 10% (7,7 мОм), аккумуляторная батарея признается дефектной, Поставщик за свой счёт меняет дефектную аккумуляторную батарею на новую, соответствующую требуемым параметрам технической спецификации в срок не более 3 (трех) календарных дней. Все работы по замене АКБ проводятся только в присутствии представителей Заказчика; Поставщик предоставляет паспорт аккумуляторной батареи в бумажном формате на русском или казахском языке; Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не собранным из восстановленных компонентов, без внесенных конструктивных изменений, серийным; На корпусе Товара должна присутствовать маркировка производителя, его товарный знак с указанием необходимой идентифицирующей информации, нанесенной на АКБ методом шелкографии, не допускается поставка АКБ с наклейками и /или любыми другими клеящимися материалами на АКБ; Гарантийный срок – 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ. Срок выполнения работ — не более 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.
---	---

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	
--	--