

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17761317-1
Сатып алудың атауы:	Дәрілік заттар және басқа да медициналық бұйымдар (техникалық ерекшелігіне сәйкес)
Лоттың нөмірі:	№ 87135923-3ЦП2
Лоттың атауы:	Пульсоксиметр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пульсоксиметр пальчиковый
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы Кенен Әзірбаев көш 156 Б
Жеткізу мерзімі:	шарт күшіне енгеннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	LOX-100 саусақ ұшындағы пульсоксиметр. Портативті. Қанықтылықты өлшеу диапазоны: 70%-99%. Пульсті өлшеу диапазоны: 3.0 соққы/мин - 240 соққы/мин. Өлшеу дәлдігі: 80%-99%. Дисплей түрі: OLED. Батареямен жұмыс істейді. Мүмкіндіктері: Автоматты түрде өшіру, артқы жарық, батарея зарядының индикаторы. Құрылғы түрі: Пульсоксиметр. Жеткізуші жеткізетін тауарлар ұлттық және мемлекетаралық стандарттардың (ҚР СТ, ГОСТ), нормативтік құжаттардың, Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдарының, техникалық регламенттердің талаптарына сәйкес келуі керек

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17761317-1
Наименование закупки:	Лекарственные средства и прочие изделия медицинского назначения (согласно технической спецификации)
Номер лота:	№ 87135923-3ЦП2
Наименование лота:	Пульсоксиметр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Пульсоксиметр пальчиковый
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Әулиеата ул.Кенен Азербайбаева 156 Б
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней со дня вступления договора в силу.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Пульсоксиметр LOX100A.Характеристики:Тип портативный.Диапазон измерения сатурации -70%-99%.Диапазон измерения пульса -30 удар/мин - 240 удар/мин.Точность измерения - 80%-99%.Тип дисплея-OLED.Питание - от батареек. Особенности автоотключение, подсветка, индикатор заряда батареи. Поставляемый поставщиком товар должен соответствовать требованиям национальных и межгосударственных стандартов (СТ РК, ГОСТ), нормативных документов, уполномоченных государственных органов Республики Казахстан, техническим регламентам