

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17859075-1
Сатып алудың атауы:	ҰІАҚҚҚ үшін Мановакуумметр
Лоттың нөмірі:	№ 83484532-3ЦП2
Лоттың атауы:	Мановакуумметр
Лоттың сипаттауы:	дәлдік сыныбы 2,5
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мановакуумметр
Саны, көлемі:	8
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	151010000, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ. Әуе қалашығы 3Г
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мановакуумметр-артық қысым манометрі көрсететін вакуумметр (ТУ 25-02.180335-84) агрессивті емес, мыс қорытпаларына қатысты кристалданбайтын сұйықтықтардың, бу мен газдың, оның ішінде оттегінің, ацетиленнің, хладондардың (фреондардың) артық және вакуумметриялық қысымын өлшеуге және бақылауға арналған. Сипаттамалары: Аспап көрсеткіштерінің шегі (МПа): -0,1+0,5. Дәлдік класы: 1,5. Корпустың диаметрі (мм): 100. Корпус материалы: болат, алюминий қорытпасы. Шыны Материал: техникалық терезе. Құбырлы серіппелі Материал: мыс қорытпасы, темір никель қорытпасы. Ұстағыш материалы: мыс қорытпасы. Механизм материалы: қола, тот баспайтын болат. Климаттық орындалуы: У2, Т2. Жұмыс температурасының диапазоны (°С): -50 +60 Жоғарғы жағынан рұқсат етілген негізгі қателік шегі көрсеткіштер шегі (%): =1,5. Шаң мен судың енуінен қорғау дәрежесі: IP40. Бекіту арматурасының жіптері: М20×1,5. Кілт квадратының өлшемі, мм: 22×22. Орындау нұсқасы: жалпы өнеркәсіптік. Салмағы, артық емес (кг): 0,7. Орташа қызмет ету мерзімі (жылдар): 10. Саны: 8 дана. МЕМСТ 2405-88. Жеткізу кезінде өнімнің паспортын, сәйкестік сертификатын беріңіз. Жеткізу алдында Тапсырыс берушімен келісу 8776 719 3235

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17859075-1
Наименование закупки:	Мановакуумметр для СПАСОП
Номер лота:	№ 83484532-3ЦП2
Наименование лота:	Мановакуумметр
Описание лота:	класс точности 2,5
Дополнительное описание лота:	Мановакуумметр
Количество:	8
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	151010000, Актыбинская область, г.Актобе Авиагородок 3Г
Срок поставки:	По заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Мановакуумметр- манометр избыточного давления вакуумметр показывающий (ТУ 25-02.180335-84) предназначен для измерения и контроля избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся по отношению к медным сплавам жидкостей, пара и газа, в том числе кислорода, ацетилена, хладонов 12, 13, 22, 142 и 502 (фреонов). Характеристики: Пределы показаний прибора (МПа): -0,1+0,5. Класс точности: 1,5. Диаметр корпуса (мм): 100. Материал корпуса: сталь, алюминиевый сплав. Материал стекла: техническое оконное. Материал трубчатой пружины: медный сплав, железоникелевый сплав. Материал держателя: медный сплав. Материал механизма: бронза, нержавеющая сталь. Климатическое исполнение: У2, Т2. Диапазон рабочих температур (°С): -50 +60 Предел допускаемой основной погрешности от верхнего предел показаний (%): =1,5. Степень защиты от проникновения пыли и воды по: IP40. Резьба присоединительного штуцера: М20×1,5. Размер квадрата под ключ, мм: 22×22. Вариант исполнения: общепромышленное. Масса, не более (кг): 0,7. Средний срок службы (лет): 10. Количество: 8 штук. ГОСТ 2405-88. При поставке предоставить паспорт изделия, сертификат соответствия. Перед поставкой согласовать с Заказчиком 8776 719 3235