

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17847554-1
Сатып алудың атауы:	№ 251 Медициналық Диван. Құрал-саймандарды дезинфекциялауға арналған контейнер сыйымдылығы.
Лоттың нөмірі:	№ 84281193-3ЦП1
Лоттың атауы:	Кушетка
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Медициналық Кушетка (реттелетін бас секциясы бар қарау бөлмесі) тексеру жүргізу кезінде оған пациенттерді орналастыруға арналған. Диванның жиналмалы жақтауы, жұмсақ төсегі және көтерілу бұрышы реттелетін бас панелі болуы керек. Диванның қаңқасы санитариялық-дезинфекциялық өңдеуге төзімді полимерлі-ұнтақты жабыны бар тікбұрышты қиманың Болат бейінінен дәнекерленген (жиналмалы) тәсілмен орындалуы тиіс. Бас панелінің көтеру бұрышын реттеу механикалық сатылы (тарақпен). Қатты негіздегі полиуретанды көбік төсегі мен бас панелі, қаптамасы-винил, абразияға және дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді былғары. Ұзындығы - 190 см - ден кем емес, ені - 60 см — ден кем емес, биіктігі - 56 см — ден кем емес. Максималды жүктеме-120 кг-ға дейін, төсектің өлшемдері (ДхШ)- 144х60 см - ден кем емес, бас тірегінің өлшемдері (ДхШ) - 46х60 см-ден кем емес, бас бөлігінің көлбеу бұрышы ($\pm 5\%$) 0° - дан 45-ке дейін. ГОСТ 19917-2014
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	593620100, Солтүстік Қазақстан облысы, Мағжан Жұмабаев ауданы, Булаев қ. СҚО, М. Жұмабаев ауданы, Булаев қаласы, Зеленая көшесі, 35
Жеткізу мерзімі:	Шартқа қол қойылған сәттен бастап 20 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Медициналық Кушетка (реттелетін бас секциясы бар қарау бөлмесі) тексеру жүргізу кезінде оған пациенттерді орналастыруға арналған. Диванның жиналмалы жақтауы, жұмсақ төсегі және көтерілу бұрышы реттелетін бас панелі болуы керек. Диванның қаңқасы санитариялық-дезинфекциялық өңдеуге төзімді полимерлі-ұнтақты жабыны бар тікбұрышты қиманың Болат бейінінен дәнекерленген (жиналмалы) тәсілмен орындалуы тиіс. Бас панелінің көтеру бұрышын реттеу механикалық сатылы (тарақпен). Қатты негіздегі полиуретанды көбік төсегі мен бас панелі, қаптамасы-винил, абразияға және дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді былғары. Ұзындығы - 190 см - ден кем емес, ені - 60 см — ден кем емес, биіктігі - 56 см — ден кем емес. Максималды жүктеме-120 кг-ға дейін, төсектің өлшемдері (ДхШ)- 144х60 см - ден кем емес, бас тірегінің өлшемдері (ДхШ) - 46х60 см-ден кем емес, бас бөлігінің көлбеу бұрышы ($\pm 5\%$) 0° - дан 45-ке дейін. ГОСТ 19917-2014. Тіркеу куәлігі.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17847554-1
Наименование закупки:	№ 251 Кушетка медицинская. Емкость контейнер для дезинфекции инструментов.
Номер лота:	№ 84281193-3ЦП1
Наименование лота:	Кушетка
Описание лота:	медицинская
Дополнительное описание лота:	Кушетка медицинская (смотровая с регулируемой головной секцией) предназначена для размещения на ней пациентов при проведении осмотров. Кушетка должна иметь разборный каркас, мягкое ложе и регулируемую по углу подъема головную панель. Каркас кушетки должен быть выполнен сварным (разборным) способом из стального профиля прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Регулировка угла подъема головной панели механическая ступенчатая (с помощью гребенок). Ложе и головная панель из пенополиуретана на твердом основании, обшивка - винилискожа, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Длина - не менее - 190 см, Ширина - не менее — 60 см, Высота - не менее — 56 см. Максимальная нагрузка — до 120 кг, Размеры ложа (ДхШ) не менее -144х60 см., Размеры подголовника (ДхШ)- не менее 46х60 см., Угол наклона головной секции (± 5%) от 0° до 45. ГОСТ 19917-2014
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	593620100, Северо-Казахстанская область, Район Магжана Жумабаева, г.Булаево СКО, р-н М.Жумабаева, г.Булаево, ул. Зеленая , 35
Срок поставки:	20-ть календарных дней с момента подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кушетка медицинская (смотровая с регулируемой головной секцией) предназначена для размещения на ней пациентов при проведении осмотров. Кушетка должна иметь разборный каркас, мягкое ложе и регулируемую по углу подъема головную панель. Каркас кушетки должен быть выполнен сварным (разборным) способом из стального профиля прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке. Регулировка угла подъема головной панели механическая ступенчатая (с помощью гребенок). Ложе и головная панель из пенополиуретана на твердом основании, обшивка - винилискожа, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств. Длина - не менее - 190 см, Ширина - не менее — 60 см, Высота - не менее — 56 см. Максимальная нагрузка — до 120 кг, Размеры ложа (ДхШ) не менее -144х60 см., Размеры подголовника (ДхШ)- не менее 46х60 см., Угол наклона головной секции (± 5%) от 0° до 45. ГОСТ 19917-2014. Документация: Медициналық Кушетка (реттелетін бас секциясы бар қарау бөлмесі) тексеру жүргізу кезінде оған пациенттерді орналастыруға арналған. Диванның жиналмалы жақтауы, жұмсақ төсегі және көтерілу бұрышы реттелетін бас панелі болуы керек. Диванның қаңқасы санитариялық-дезинфекциялық өңдеуге төзімді полимерлі-ұнтақты жабыны бар тікбұрышты қиманың Болат бейінінен дәнекерленген (жиналмалы) тәсілмен орындалуы тиіс. Бас панелінің көтеру бұрышын реттеу механикалық сатылы (таракпен). Қатты негіздегі полиуретанды көбік төсегі мен бас панелі, қаптамасы-винил, абразияға және дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді былғары. Ұзындығы - 190 см - ден кем емес, ені - 60 см — ден кем емес, биіктігі - 56 см — ден кем емес. Максималды жүктеме-120 кг-ға дейін, төсектің өлшемдері (ДхШ)- 144х60 см - ден кем емес, бас тірегінің өлшемдері (ДхШ) - 46х60 см-ден кем емес, бас бөлігінің көлбеу бұрышы (± 5%) 0° - дан 45-ке дейін. ГОСТ 19917-2014