Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17930317-1
Сатып алудың атауы:	Электр жабдықтары мен аспаптарын сатып алу (РОСТОМЕР)
Лоттың нөмірі:	№ 88418591-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Бойды өлшегіш
Лоттың сипаттауы:	металлдан жасалған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Емханаларда, ауруханаларда, санаторийлерде, диспансерлерде және басқа да медициналық мекемелерде адамның өсуін өлшеуге арналған едендік медициналық Ростомер. Жақтау дезинфекциялық және жуғыш заттармен тұрақты өңдеуге төзімді экологиялық таза эпоксидті полимерлі ұнтақ бояумен қапталған болат профильден және қаңылтыр болаттан жасалған. Платформа қаңылтыр болаттан жасалған. Өлшеу шкаласы миллиметрмен, өсуді өлшеу диапазоны 2100 мм — ге дейін. Дизайн тұрақты, берік болуы керек, пациенттердің өсуін өлшеудің ыңғайлылығы мен дәлдігін қамтамасыз етуі керек. Ростомер жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдалмаған болуы керек. Жиынтықта пайдалану жөніндегі Нұсқаулық болуы тиіс. Саны-Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	113653100, Ақмола облысы, Астрахан ауданы, Первомайка а. Мира 31А
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің электрондық поштаға немесе "келісу" қойындысына жіберілген өтінімі бойынша шарт күшіне енген күннен бастап
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Емханаларда, ауруханаларда, санаторийлерде, диспансерлерде және басқа да медициналық мекемелерде адамның өсуін өлшеуге арналған едендік медициналық Ростомер. Жақтау дезинфекциялық және жуғыш заттармен тұрақты өңдеуге төзімді экологиялық таза эпоксидті полимерлі ұнтақ бояумен қапталған болат профильден және қаңылтыр болаттан жасалған. Платформа қаңылтыр болаттан жасалған. Өлшеу шкаласы миллиметрмен, өсуді өлшеу диапазоны 2100 мм — ге дейін. Дизайн тұрақты, берік болуы керек, пациенттердің өсуін өлшеудің ыңғайлылығы мен дәлдігін қамтамасыз етуі керек. Ростомер жаңа, пайдаланылмаған, механикалық зақымдалмаған болуы керек. Жиынтықта пайдалану жөніндегі Нұсқаулық болуы тиіс. Саны-Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17930317-1
Наименование закупки:	Приобретение электрического оборудования и приборов (РОСТОМЕР)
Номер лота:	№ 88418591-ЗЦП1
Наименование лота:	Ростомер
Описание лота:	металлический
Дополнительное описание лота:	Ростомер медицинский напольный, предназначенный для измерения роста человека в поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах и других медицинских учреждениях. Каркас изготовлен из стального профиля и листовой стали с покрытием из экологически безопасной эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Платформа выполнена из листовой стали. Измерительная шкала проградуирована в миллиметрах, диапазон измерения роста — до 2100 мм. Конструкция должна быть устойчивой, прочной, обеспечивать удобство и точность измерения роста пациентов. Ростомер должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений. В комплекте должна быть инструкция по эксплуатации. Количество — согласно заявке заказчика.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	113653100, Акмолинская область, Астраханский район, с.Первомайка Мира 31А
Срок поставки:	Со дня вступления в силу Договора по заявке Заказчика, отправленную на электронную почту или во вкладке "Согласование"
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ростомер медицинский напольный, предназначенный для измерения роста человека в поликлиниках, больницах, санаториях, диспансерах и других медицинских учреждениях. Каркас изготовлен из стального профиля и листовой стали с покрытием из экологически безопасной эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами. Платформа выполнена из листовой стали. Измерительная шкала проградуирована в миллиметрах, диапазон измерения роста — до 2100 мм. Конструкция должна быть устойчивой, прочной, обеспечивать удобство и точность измерения роста пациентов. Ростомер должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, без механических повреждений. В комплекте должна быть инструкция по эксплуатации. Количество — согласно заявке заказчика.