

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17798236-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық сәйкестендіру білезігі
Лоттың нөмірі:	№ 88305766-3ЦП1
Лоттың атауы:	Білезік
Лоттың сипаттауы:	винилді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ересек пациенттерге арналған медициналық сәйкестендіру білезігі, бір реттік, сары түсті. Материал-жұмсақ ылғалға төзімді ПВХ немесе ұқсас полимер. Ұзындығы 250-280 мм, ақпарат өрісі кемінде 80 × 20 мм, пластикалық бекіткіші бар реттелетін бау. Науқастың деректерін қолмен қолдануға арналған. Стерильді емес.
Саны, көлемі:	1000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	101010000, Абай облысы, Семей қ. Семей к. Г.Тұқтабаева 54
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде. Егер Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген жағдайда, тауарды жеткізу мерзімі тапсырыс берушіден өтінім алған күннен бастап күнтізбелік 60 (алпыс) күнді құрайды.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: ересек пациенттерге арналған бір реттік сәйкестендіру білезігі. Стационар жағдайында оны сәйкестендіру мақсатында пациенттің білегіне орналастыруға арналған медициналық сәйкестендіру білезігі. Техникалық сипаттамалары: Материал жұмсақ, улы емес, ылғалға төзімді поливинилхлорид (ПВХ) немесе ұқсас қауіпсіз полимер. Білезіктің жалпы ұзындығы 250-ден 280 мм-ге дейін. Жазуға арналған ақпараттық өрістің өлшемі кемінде 80 × 20 мм. Дизайн-кеңейтілген ақпарат өрісі және реттелетін белдігі бар бір бөліктен тұратын білезік. Бекіту-белдіктегі тесіктер арқылы бекітілген пластикалық атравматикалық бекіткіш. Бекіткіш сенімді бекітуді қамтамасыз етуі керек және кездейсоқ шешілмеуі керек. Ақпараттық өріс пациенттің сәйкестендіру деректерін су өткізбейтін маркермен қолмен жағу мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. Материал ылғалға төзімді, өткір жиектері, бұралуы және ақаулары болмауы керек. Білезік ересек пациенттің білегіне ыңғайлы кияуді және реттеуді қамтамасыз етуі керек. Қолдану — бір реттік. Стерильділік-стерильді емес. Түсі сары. Сапаға қойылатын талаптар: тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, механикалық зақымданусыз және өндірістік ақауларсыз. Өлшем бірлігі: дана.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17798236-1
Наименование закупки:	Браслет медицинский идентификационный
Номер лота:	№ 88305766-ЗЦП1
Наименование лота:	Браслет
Описание лота:	виниловый
Дополнительное описание лота:	Браслет медицинский идентификационный для взрослых пациентов, одноразовый, жёлтого цвета. Материал — мягкий влагостойкий ПВХ или аналогичный полимер. Длина 250–280 мм, информационное поле не менее 80 × 20 мм, регулируемый ремешок с пластиковой фиксирующей застёжкой. Предназначен для нанесения данных пациента вручную. Нестерильный.
Количество:	1000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	101010000, область Абай, г.Семей г. Семей ул. Г.Туктабаева 54
Срок поставки:	в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика. В случае если Поставщик включен в Реестр казахстанских товаропроизводителей, срок поставки товара составляет 60 (шестьдесят) календарных дней со дня получения заявки от Заказчика.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование товара: Браслет идентификационный для взрослых пациентов, одноразовый. Браслет медицинский идентификационный, предназначенный для размещения на запястье пациента с целью его идентификации в условиях стационара. Технические характеристики: Материал — мягкий, нетоксичный, влагостойкий поливинилхлорид (ПВХ) или аналогичный безопасный полимер. Общая длина браслета — от 250 до 280 мм. Размер информационного поля для записи — не менее 80 × 20 мм. Конструкция — цельный браслет с расширенным информационным полем и регулируемым ремешком. Крепление — пластиковая атравматичная застёжка с фиксацией через отверстия на ремешке. Застёжка должна обеспечивать надёжную фиксацию и предотвращать случайное расстёгивание. Информационное поле должно обеспечивать возможность нанесения идентификационных данных пациента вручную водостойким маркером. Материал должен быть устойчивым к воздействию влаги, не иметь острых краёв, заусенцев и дефектов. Браслет должен обеспечивать комфортное ношение и регулировку по обхвату запястья взрослого пациента. Применение — однократное. Стерильность — нестерильный. Цвет — жёлтый. Требования к качеству: товар новый, ранее не использованный, без механических повреждений и производственных дефектов. Единица измерения: штука.