

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789109-1
Сатып алудың атауы:	Приобретение основных средств для операционный
Лоттың нөмірі:	№ 88017936-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Қолғаптар
Лоттың сипаттауы:	бір реттік, латексті, стерильді
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные
Саны, көлемі:	5000
Өлшем бірлігі:	Жұп
Жеткізу орны:	431010000, Қызылорда облысы, Қызылорда қ. Назарбаев даңғылы №72
Жеткізу мерзімі:	60 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ӨТЕ МАҢЫЗДЫ!!!!!!! ӨТІНІМДІ ЖІБЕРМЕС БҰРЫН, ТАПСЫРЫС БЕРУШІМЕН ҮЛГІСІН ҰСЫНУ . ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАҒА СӘЙКЕС БОЛМАСА ТАУАР ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ. Хирургтерге арналған микрохирургиялық қолғаптар (ағзаларды трансплантациялау оталарға) Мамандандырылған хирургиялық қолғаптар, латекс, ұнтақсыз, стерильді, анатомиялық пішінді, Стандартты хирургиялық латекс қолғаптарынан 25% жұқа, тактильді сезімталдықты жоғарылататын операциялар үшін (нейрохирургия, офтальмология, кардиохирургия, қан тамырлары хирургиясы, акушерлік және гинекология, пластикалық хирургия). Материал: жоғары сапалы, табиғи резеңке латекс, оның құрамы аллергияменділіктің төмен деңгейін қамтамасыз етеді: латекс пленкасының жұқа қабаты тактильді сезімталдықтың жоғары деңгейін, жұмсақтық пен киюге ыңғайлылықты қамтамасыз етеді, микротекстуралы бетпен біріктірілген құралдардың сенімді ұсталуын қамтамасыз етеді. Ашық қоңыр түсті, микрохирургиялық процедураларда қолданылатын қуатты жарық көздерінен шағылудың жағымсыз әсерін азайтады. Манжет тұзу, ұзартылған, күшейтілген, орамсыз, манжеттің жоғарғы жағында жабысқақ жолағы бар, ол хирургиялық халатта сенімді бекітуді қамтамасыз етеді, қолғаптың сырғып кетуіне жол бермейді. Сыртқы беті микротекстуралы және хлорланған. Ішкі беті хлорланған, бұл құрғақ жағдайда оңай киюге мүмкіндік береді. Қалыңдығы (бір) – саусақ – 0,170 мм кем емес; Қолғаптың өлшеміне байланысты алақан ені 70 мм ± 5 мм-ден 115 мм ± 5 мм-ге дейін; Манжет 0,175 мм кем емес. Қолғаптың ең аз ұзындығы: (мм) - 285 ± 10 мм. Үзілу кезіндегі салыстырмалы ұзару (%) - 870. Жоғары жыртылуға төзімділік. Протеин мен химиялық қалдықтардың азаюына байланысты аллергияменділігі төмен. Төртбұрышты пластик қаптама. Экологиялық таза. Қолғапты орау үшін қолданылатын материал қаптаманың тұтастығын қамтамасыз етеді және операция бөлмесінде қолғапты озонның деструктивті әсерінен қорғайды. Тоқылмаған, бөлінетін қаптама қолғаптарды оңай бөлуге және шешуге мүмкіндік береді. Ішкі қаптама: асептикалық; ашылған кезде саусақтарды зақымдамайды; қолғаптың түсіп кетуіне жол бермейді. Стерилизация: 25 кГр дозада гамма сәулелену. Өнімнің қауіпсіздігі мен өндіріс стандарттары еуропалық стандарттарға сәйкес келеді. өлшемі 7-7,5-8 . ЕОның негізгі директивалары мен үйлестірілген Еуропалық Одақ стандарттарына сәйкес келеді. Сақтау мерзімі 5 жыл.ҚР тіркелуі қажет. ГОСТ Р 52238-2004. Тауар толықтай тексеріледі. Сұрақтар бойынша хабарласу

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789109-1
Наименование закупки:	Приобретение основных средств для операционный
Номер лота:	№ 88017936-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Перчатки
Описание лота:	одноразовые, латексные, стерильные
Дополнительное описание лота:	Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные
Количество:	5000
Единица измерения:	Пара
Места поставки:	431010000, Кызылординская область, г.Кызылорда проспект Назарбаева, №72
Срок поставки:	60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	ОЧЕНЬ ВАЖНО!!!!!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ СОГЛАСОВАТЬ С ЗАКАЗЧИКОМ. В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСВИИ ТОВАР НЕ ПРИНИМАЕТСЯ. Перчатки микрохирургические для операции (при трансплантации органов) для хирургов . Специализированные Перчатки хирургические латексные неопудренные стерильные анатомической формы На 25% тоньше, чем стандартные хирургические латексные перчатки, для операций, требующих повышенной тактильной чувствительности (нейрохирургия, офтальмологии, кардиохирургии, и сосудистой хирургии, акушерство и гинекология, пластическая хирургия). Материал: высококачественный, натуральный, каучуковый латекс, состав которого обеспечивает низкий уровень аллергенности: тонкий слой латексной пленки, обеспечивает высокий уровень тактильной чувствительности, мягкость и комфорт ношения, в сочетании с микротекстурированной поверхностью обеспечивет уверенный захват инструментов Цвет-светло-коричневый, уменьшает неблагоприятный эффект отражения от мощных источников света, используемых в микрохирургических процедурах. Манжетапрямая, удлиненная, усиленная, без валика, с клейкой поллосой в верхней манжеты обеспечивает надежную фиксацию на хирургическом халате, предотвращая сползание перчатки . Наружная поверхность: микротекстурированная, хлорированная. Внутренняя поверхность хлорирования, делает надевание в сухих условиях удобным. Толщина (одинарная)- палец-не менее 0,170 мм; Ширина ладони от 70 мм+-5мм до 115 мм+- 5 мм в зависимости от размера перчатки; Манжета не менее 0,175 мм. Минимальная длина перчатки: (мм)-285+-10мм. Относительное удлинение при разрыве (%) -870. Высокая устойчивость к разрывам. Низкий уровень аллергенности за счет снижения количества протеина и химических остатков. Упаковка квадратная, пластиковая. Безвредна для окружающей среды. Используемый для упаковки перчаток материал, обеспечивает целостность упаковки и сохранность перчаток от разрушительного действия озона, при нахождении их в операционном блоке. Неволокнистая разделяющаяся упаковка обеспечивает легкое отделение и извлечение перчаток. Внутренняя упаковка: является асептической; не повреждает пальцев при вскрытии; препятствует выпадению перчаток. Стерилизация : Гаммаоблучение в дозе 25 кГр. Стандарты безопасности изделия и производственные стандарты соответствуют требованиям европейских стандартов. Соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского союза размер Согласовать с Заказчиком . Размеры 7-7,5-8. срок годности 5 лет. КР тіркелу қажет ГОСТ Р 52238-2004. Товар будет тщательно проверяться . Предоставить сертификат соответствия. Согласовать с Заказчиком в рабочее время 9-18:00 часов. Үлгісін көрсету жіберу, предоставить образец .