Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17849451-1
Сатып алудың атауы:	Газоанализатор токсичных газов с цифровой индикацией.
Лоттың нөмірі:	№ 88289476-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Газ талдағыш
Лоттың сипаттауы:	2 және одан да көп газдардың концентрациясын анықтауға арналған
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Газоанализатор токсичных газов с цифровой индикацией. Используется для контроля опасной загазованности токсичными газами в воздухе рабочей зоны для обеспечения безопасности при работах в колодцах, люках, цистернах и подвалах. Конструкция датчика- выносной блок датчика исп.И11. Тип прибора -переносной. Измеряемые газы - Сероводород (H2S)/10мг/м3/0-30мг/м3; Углекислый газ (CO2)/0,5об%/0-5об%; Метан (CH4)/0,44об%/0-0,5об%; Метан (CH4 оптика)/300мг/м3/0-3300мг/м3; Оксид углерода (CO)/1,09об%/0-12об%. Пороги срабатывания- стандартные. Взрывобезопасное исполнение- от 1 до 4 каналов. Длинна соединительного кабеля 6м. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. Газоанализатор должен быть включён в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	552210000, Павлодар облысы, Екібастұз қ. Тауарды мына мекенжайға жеткізіледі: Екібастұз қ. Ә.Марғұлан к-сі, 28.
Жеткізу мерзімі:	Тауарды жеткізу мерзімі - Тапсырыс берушіден тауарды жеткізуге жазбаша өтінім берілген кезден бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, қажеттілігіне байланысты 2026 жылдың 31-желтоқсанына дейін.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Газоанализатор токсичных газов с цифровой индикацией. Используется для контроля опасной загазованности токсичными газами в воздухе рабочей зоны для обеспечения безопасности при работах в колодцах, люках, цистернах и подвалах. Конструкция датчика- выносной блок датчика исп.И11. Тип прибора -переносной. Измеряемые газы - Сероводород (H2S)/10мг/м3/0-30мг/м3; Углекислый газ (CO2)/0,5об%/0-5об%; Метан (CH4)/0,44об%/0-0,5об%; Метан (CH4 оптика)/300мг/м3/0-3300мг/м3; Оксид углерода (CO)/1,09об%/0-12об%. Пороги срабатывания- стандартные. Взрывобезопасное исполнение- от 1 до 4 каналов. Длинна соединительного кабеля 6м. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. Газоанализатор должен быть включён в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17849451-1
Наименование закупки:	Газоанализатор токсичных газов с цифровой индикацией.
Номер лота:	№ 88289476-ЗЦП2
Наименование лота:	Газоанализатор
Описание лота:	для определения концентрации 2-ух и более газов
Дополнительное описание лота:	Газоанализатор токсичных газов с цифровой индикацией. Используется для контроля опасной загазованности токсичными газами в воздухе рабочей зоны для обеспечения безопасности при работах в колодцах, люках, цистернах и подвалах. Конструкция датчика- выносной блок датчика исп.И11. Тип прибора -переносной. Измеряемые газы - Сероводород (H2S)/10мг/м3/0-30мг/м3; Углекислый газ (CO2)/0,5об%/0-5об%; Метан (CH4)/0,44об%/0-0,5об%; Метан (CH4 оптика)/300мг/м3/0-3300мг/м3; Оксид углерода (CO)/1,09об%/0-12об%. Пороги срабатывания- стандартные. Взрывобезопасное исполнение- от 1 до 4 каналов. Длинна соединительного кабеля 6м. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. Газоанализатор должен быть включён в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	552210000, Павлодарская область, г.Экибастуз Поставка Товара производится по адресу: г. Экибастуз, ул. ул.А.Маргулана, 28.
Срок поставки:	Срок поставки товара - в течение 16 календарных дней с момента подачи письменной заявки на поставку товара от заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Газоанализатор токсичных газов с цифровой индикацией. Используется для контроля опасной загазованности токсичными газами в воздухе рабочей зоны для обеспечения безопасности при работах в колодцах, люках, цистернах и подвалах. Конструкция датчика- выносной блок датчика исп.И11. Тип прибора -переносной. Измеряемые газы - Сероводород (H2S)/10мг/м3/0-30мг/м3; Углекислый газ (CO2)/0,5об%/0-5об%; Метан (CH4)/0,44об%/0-0,5об%; Метан (CH4 оптика)/300мг/м3/0-3300мг/м3; Оксид углерода (CO)/1,09об%/0-12об%. Пороги срабатывания- стандартные. Взрывобезопасное исполнение- от 1 до 4 каналов. Длинна соединительного кабеля 6м. Гарантийный срок 12 месяцев. Межповерочный интервал 1 год. Газоанализатор должен быть включён в Государственный реестр средств измерений Республики Казахстан.