

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17773242-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 43575123-ОЛ-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Кеңестер
Лоттың сипаттауы:	Кеңестер
Лоттың нөмірі :	88179229
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	мөлшерлеуіш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұштық 0,5-250 мкл. қаптамада / 1000 дана
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дозалау көлемі - 0,5-тен 250 мкл-ге дейін. Диспенсердің аэрозольдермен ластануын болдырмайтын және үлгілерді айқас ластанудан қорғайтын кіріктірілген гидрофобты сүзгінің болуы. Түсі түссіз (мөлдір). Кеңестер бітіру жоқ болуы керек. Өндіріс материалы-жоғары сапалы медициналық полипропилен, химиялық төзімді, құрамында ПТР ингибиторлары және зерттеу нәтижелеріне әсер ететін басқа заттар жоқ. Кеңестер пайдалану сипаттамаларын нашарлатпай 121 °С температурада кемінде 15 минут автоклавтауға төтеп беруі тиіс. Кеңестер барлық танымал автоматты диспенсер брендтерімен үйлесімді болуы керек. Өнімдер адамның ДНҚ, ДНҚаз, РНҚ-аз және пирогендердің жоқтығына сертификатталуы керек. Қаптама-сақтау және тасымалдау кезінде өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін zip-lock құлпы бар пакет. 1000 дана. қаптамада
Лоттың нөмірі :	88179122
Лоттың атауы :	Ұштық
Лоттың сипаттауы:	мөлшерлеуіш үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Ұштық 100-1000мкл. қаптамада / 1000 дана
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	791310000, Шымкент қ., Әл Фараби ауданы Майлы Қожа 4
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде
Сатып алынатын тауарлардың қажетті функциональдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:	Дозалау көлемі-1000 мкл дейін. Түсі түссіз (мөлдір). Сұйықтықты оңай мөлшерлеу және ағызу үшін фасканың болуы. Кеңестер болмауы керек. Өндіріс материалы-жоғары сапалы медициналық полипропилен, химиялық төзімді, ПТР ингибиторлары және зерттеу нәтижелеріне әсер ететін басқа заттар жоқ. Кеңестер пайдалану сипаттамаларын нашарлатпай 121 °С температурада кемінде 15 минут автоклавтауға төтеп беруі тиіс. Кеңестер барлық танымал автоматты диспенсер брендтерімен үйлесімді болуы керек. Өнімдер адамның ДНҚ, ДНҚ, РНҚ және пирогендерінің жоқтығына сертификатталуы керек. Қаптама-бұл сақтау және тасымалдау кезінде өнімнің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін найзағай пакеті. 1000 дана. қаптамада.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17773242-1
Наименование закупки:	Закуп изделий медицинского назначения
Номер лота:	№ 43575123-ОЛ-ЗЦП1
Наименование лота:	Наконечники
Описание лота:	Наконечники
Номер пункта плана:	№ 88179229
Наименование пункта плана:	Наконечник
Описание пункта плана:	для дозатора
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник 0,5-250 мкл 1000 шт. в упаковке
Количество:	4
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Объем дозирования – от 0,5 до 250 мкл. Наличие встроенного гидрофобного фильтра, предотвращающего контаминацию дозатора аэрозолями и защищающего образцы от перекрестного загрязнения. Цвет – бесцветный (прозрачный). Наконечники должны быть без градуировки. Материал изготовления – высококачественный медицинский полипропилен, химически стойкий, без содержания ингибиторов ПЦР и других веществ, влияющих на результаты исследований. Наконечники должны выдерживать автоклавирование при температуре 121 °С не менее 15 минут без ухудшения эксплуатационных характеристик. Наконечники должны быть совместимы со всеми популярными брендами автоматических дозаторов. Изделия должны быть сертифицированы на отсутствие ДНК человека, ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов. Упаковка – пакет с замком zip-lock, обеспечивающий сохранность продукции при хранении и транспортировке. 1000 шт. в упаковке.
Номер пункта плана:	№ 88179122
Наименование пункта плана:	Наконечник
Описание пункта плана:	для дозатора
Дополнительное описание пункта плана:	Наконечник 100-1000мкл 1000 шт. в упаковке
Количество:	4
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	791310000, г.Шымкент, Аль-Фарабийский район Майлы Кожа 4
Срок поставки:	по заявке заказчика в течение 15 календарных дней
Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара:	Объем дозирования-до 1000 мкл. Цвет бесцветный (прозрачный). Наличие фаски для легкого дозирования и слива жидкости. Чаевые должны отсутствовать. Материал изготовления-высококачественный медицинский полипропилен, химически стойкий, не содержащий ингибиторов ПЦР и других веществ, влияющих на результаты исследований. Наконечники должны выдерживать автоклавирование при температуре 121 °С не менее 15 минут без ухудшения эксплуатационных характеристик. Наконечники должны быть совместимы со всеми популярными брендами автоматических дозаторов. Продукты должны быть сертифицированы на отсутствие ДНК, ДНК, РНК и пирогенов человека. Упаковка-это пакет с застежкоймолнией, который обеспечивает безопасность продукта во время хранения и транспортировки. 1000 шт. в упаковке.

