Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17964656-1
Сатып алудың атауы:	«Көкшетау 3» ӨЖЖ аппаратына арналған оттегі маскалары
Лоттың нөмірі:	№ 88623808-ЗЦП2
Лоттың атауы:	Бетперде
Лоттың сипаттауы:	оттегілік, ересек
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Оттегі маскасы ересек
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	111010000, Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Әуелбеков көшесі, 94
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	"Көкшетау-3" үлгісіндегі өкпені жасанды желдету аппараттарына арналған оттегі маскасы-толық жиынтықтау. 1. Жалпы талаптар және қолдану аясы • Мақсаты: қысқа мерзімді немесе ұзақ мерзімді оттегі терапиясын жүргізуге, сондай-ақ ересек жастағы пациенттерге "Көкшетау-3" сериялы ӨЖЖ аппараттарынан оттегі-ауа қоспасын беруге арналған. * Үйлесімділік: қосымша адаптерлерді пайдаланбай "Көкшетау-3" ӨЖЖ аппараттарының тыныс алу тізбектерімен толық конструктивті және функционалдық үйлесімділік. 2. Техникалық және құрылымдық сипаттамалары * Өлшемі: Ересектерге Арналған Өлшем L № 4. * Өндіріс материалы: Мөлдір, имплантация-улы емес, термопластикалық медициналық поливинилхлорид (ПВХ) немесе медициналық силикон. * Термопластика: материал пациенттің дене температурасына ұшыраған кезде жұмсартылуы керек, бұл бетке тамаша жабысуды қамтамасыз етеді және газдардың ағып кетуін азайтады. * Маска дизайны: о бетке (мұрын, ауыз, иек) тығыз бекітілген анатомиялық пішіннің болуы. о мұрын көпіріне сенімді бекіту және көзге оттегінің түсуін болдырмау үшін реттелетін мұрын фиксаторының (пластинаның) болуы. о көмірқышқыл газын дем шығару және кері ингаляцияны (ребризингті) болдырмау үшін бүйірлік тесіктердің (клапандардың) болуы. * Бекіту: масканы науқастың басына мықтап бекіту үшін серпімді реттелетін таспа (бекіту белдігі). Бекіту жарақатсыз болуы керек, қысым жараларын тудырмауы керек. * Жинақтау: әрбір маска ұштарында әмбебап стандартты коннекторлары бар ұзындығы кемінде 1.8–2.0 метр икемді ұзартқыш оттегі түтігімен жабдықталуы тиіс. 5.1-тармаққа сәйкес құжаттардың болуы. Кепілдік мерзімі: кем дегенде 12 ай.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17964656-1
Наименование закупки:	Кислородные маски для аппарата ИВЛ «Кокчетав 3»
Номер лота:	№ 88623808-3ЦП2
Наименование лота:	Маска
Описание лота:	кислородная, взрослая
Дополнительное описание лота:	Кислородная маска взрослая
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	111010000, Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Ауельбекова, 94
Срок поставки:	15 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кислородная маска для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) типа «Кокчетав-3» - доукомплектация. 1. Общие требования и сфера применения • Назначение: Предназначена для проведения кратковременной или длительной кислородной терапии, а также для подачи кислородно-воздушной смеси от аппаратов ИВЛ серии «Кокчетав-3» пациентам взрослой возрастной группы. • Совместимость: Полная конструктивная и функциональная совместимость с дыхательными контурами аппаратов ИВЛ «Кокчетав-3» без использования дополнительных переходников. 2. Технические и конструктивные характеристики • Размер: Взрослый Размер L № 4. • Материал изготовления: Прозрачный, имплантационно-нетоксичный, термопластичный медицинский поливинилхлорид (ПВХ) или медицинский силикон. • Термопластичность: Материал должен смягчаться под воздействием температуры тела пациента, обеспечивая идеальное прилегание к лицу и минимизируя утечку газов. • Конструкция маски: o Наличие анатомической формы, плотно прилегающей к лицу (нос, рот, подбородок). o Наличие регулируемого носового фиксатора (пластины) для надежной фиксации на переносице и исключения попадания кислорода в глаза. o Наличие боковых перфорационных отверстий (клапанов) для выдоха и предотвращения обратного вдыхания (ребризинга) углекислого газа. • Крепление: Эластичная регулируемая лента (фиксирующий ремешок) для надежной фиксации маски на голове пациента. Фиксация должна быть нетравматичной, не вызывать пролежней. • Комплектация: Каждая маска должна быть укомплектована гибкой удлинительной кислородной трубкой длиной не менее 1.8–2.0 метров с универсальными стандартными коннекторами на концах. Наличие документов согласно договора п. 5.1. Гарантийный срок: Не менее 12 месяцев.