

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17792661-1
Сатып алудың атауы:	Гематологиялық зерттеулерге арналған пробиркаларды сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 84419609-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Түтікше
Лоттың сипаттауы:	вакуумдық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Гематологиялық зерттеулерге арналған К2 ЭДТА (дикалий тұзы ЭДТА) бар пробиркалар 9,0 мл, қалпақшасы күлгін түсті
Саны, көлемі:	4000
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2б
Жеткізу мерзімі:	Шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Полиэтилентерефталаттан (ПЭТ) жасалған вакуумдық түтік. Пробирка қақпағы: полиэтиленнен жасалған күлгін түсті пластикалық қақпақ, тік сыртқы ойықтары бар; қанға малынбайтын бромбутилкаучуктан жасалған ішкі тығын. - Түтіктің ішкі қабырғаларында К2ЭДТТІҢ ұсақ дисперсті антикоагулянты бар. - Пациенттің деректерін енгізуге арналған жиектері бар, көлденең күлгін жолағы, өндірушінің логотипі, толтыру деңгейінің белгісі бар Қағаз түтігінің жапсырмасы. - Жапсырмада мыналар туралы ақпарат бар: каталог нөмірі, лоттың нөмірі, жарамдылық мерзімі, толтырғыштың құрамы ('K2E K2EDTA), алынған қанның мөлшері, стерильділік және зарарсыздандыру әдісі ('sterile', 'R'-гамма сәулелену), бір реттік қолдану. - Қолдану саласы: гематология. - Жарамдылық мерзімі кемінде-18 ай. - Сақтау температурасының диапазоны +4°С-тан +25°С-қа дейін. - Қаптама-50 данадан аспайды. полиэтиленге дәнекерленген пластикалық штативте. - Алынатын қанның көлемі 9,0 мл-ден аспайды, пробирканың мөлшері 16x100 мм-ден аспайды. ГОСТ Р ИСО 6710-2021

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17792661-1
Наименование закупки:	Закуп пробирки для гематологических исследований
Номер лота:	№ 84419609-ЗЦП1
Наименование лота:	Пробирка
Описание лота:	вакуумная
Дополнительное описание лота:	Пробирки с К2 ЭДТА(двухкалиевая соль ЭДТА) для гематологических исследований 9,0 мл цвет крышки фиолетовый
Количество:	4000
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аль-Фараби, 2б
Срок поставки:	Поставка в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, с горизонтальной фиолетовой полосой, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('K2E K2EDTA), объеме забираемой крови, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. - Область применения: гематология. - Срок годности не менее - 18 мес. - Температурный диапазон хранения от +4°C до +25°C. - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16x100 мм. ГОСТ Р ИСО 6710-2021