Тендерлік құжаттамаға
6-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) техникалық ерекшелігі (әрбір лотқа жеке беріледі)

Тендер №:	№ 18005850-1
Тендер атауы:	Алматы қ. "Ұлттық биотехнология орталығы" ЖШС филиалының үшін химиялық реактивтер мен шығыс материалдарын сатып алу
Лоттың №:	№ 87302661-ЗЦПнеГ31
Лоттың атауы:	Түтікше

Флуорометриялық талдау түтіктері, 500 дана/орама. Нуклеин қышқылдары мен ақуыздарды флуориметриялық сандық анықтауға арналған жұқа қабырғалы полипропилен түтіктері. Олар жоғары мөлдірлікті, төмен фондық флуоресценцияны және тиісті флуориметрлермен үйлесімділікті қамтамасыз етеді. Негізгі техникалық сипаттамалары: Түтік сыйымдылығы: 0,5 мл; Материал: жоғары сапалы мөлдір полипропилен; Төмен ішкі флуоресценция; Оңтайлы флуоресценция сигналын беру үшін жұқа қабырғалы дизайн; ДНҚ, РНҚ және ақуыздарды сандық анықтауға арналған флуориметрлермен үйлесімді; Стандартты зертханалық реагенттерге төзімді; ДНҚ, РНҚ, пироген және фермент ингибиторларынан таза. Сапаны бақылау: Өлшемді бақылау; Оптикалық бақылау; Нуклеаза және пироген ластануын бақылау. Құрамына кіреді: Флуориметриялық талдауға арналған түтіктер - 500 дана/орама.

Приложение 6
к Тендерной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ и услуг к тендерной документации

№ Тендера:	№ 18005850-1
Наименование Тендера:	Закупки химических реактивов и расходных материалов для филиала ТОО "Национальный центр биотехнологии" в г. Алматы
№ лота:	№ 87302661-ЗЦПнеГ31
Наименование лота:	Пробирка

Пробирки для флуориметрического анализа, 500 шт./уп. Тонкостенные полипропиленовые пробирки, предназначенные для проведения флуориметрического количественного определения нуклеиновых кислот и белков. Обеспечивают высокую прозрачность, низкий уровень фоновой флуоресценции и совместимость с флуориметрами соответствующего типа. Основные технические характеристики: объем пробирки — 0,5 мл; материал — высококачественный прозрачный полипропилен; низкий уровень собственной флуоресценции; тонкостенная конструкция для оптимальной передачи флуоресцентного сигнала; совместимы с флуориметрами для количественного определения ДНК, РНК и белков; устойчивы к воздействию стандартных лабораторных реагентов; не содержат ДНКаз, РНКаз, пирогенов и ингибиторов ферментативных реакций. Контроль качества: контроль геометрических размеров; контроль оптических характеристик; контроль отсутствия загрязнения нуклеазами и пирогенами. Комплектация: пробирки для флуориметрического анализа — 500 шт./уп.