

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17802091-1
Сатып алудың атауы:	Электр құрғақ пеші 300 Вт
Лоттың нөмірі:	№ 88017476-ЗЦПЗ
Лоттың атауы:	Стерилизатор
Лоттың сипаттауы:	құрғақ ыстық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электр 300 Вт құрғақ қыздыру пеші
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	631010000, Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қ. Өскемен қаласы,Славский атындағы жағалау 20/1
Жеткізу мерзімі:	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күні ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	GT Sonic CH-360t құрғақ шкаф Электр 300 Вт, процедурадан бұрын құралдарды дезинфекциялауға, сондай-ақ кейін тазалауға арналған. Термиялық стерилизатордың ішкі блогы тот баспайтын болаттан жасалған, таймер температураны 0-ден 200 градусқа дейін реттейді және зарарсыздандыру уақытын, механикалық басқаруды, 300 Вт қуатты, 220 В кернеуді, 0-200 градус С температураны, зарарсыздандыру уақытын 60 мин бақылауға мүмкіндік береді

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17802091-1
Наименование закупки:	Сухожаровой шкаф электрический 300 Вт
Номер лота:	№ 88017476-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Стерилизатор
Описание лота:	сухожаровый
Дополнительное описание лота:	Сухожаровой шкаф электрический 300 Вт
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	631010000, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск г.Усть-Каменогорск,наб.им.Славского 20/1
Срок поставки:	Со дня вступления в силу договора в течение 15 рабочих дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	GT Sonic СН-360Т Сухожаровой шкаф электрический 300 Вт, предназначен для дезинфекции инструментов до процедуры, а также для чистки после. Внутренний блок термического стерилизатора изготовлен из нержавеющей стали, таймер регулирует температуру от 0 до 200 градусов,и позволяет контролировать время стерилизации, управление механическое, мощность 300 Вт, напряжение 220 В, температура 0-200градусов С, время стерилизации 60 мин.