

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17370570-1
Сатып алудың атауы:	Медициналық кабинеттердің тауарларын сатып алу (қайталама)
Лоттың нөмірі:	№ 87145951-3ЦПЗ
Лоттың атауы :	Манометр
Лоттың сипаттауы:	құлықтың
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Манометр ушной простой (отоманометр)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	311011100, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы ҚАЗАҚСТАН, Жамбыл облысы, Тараз қ., Әулиеата ауданы, Ш.Мұртаза, 59
Жеткізу мерзімі:	30 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Құлақ манометрі Барофункцияны бағалау кезінде сыртқы есту жолындағы және ортаңғы құлақ қуысындағы қысымның ауытқуларын өлшеу үшін қолданылатын сұйықтық толтырылған манометр. Отоманометр (құлақ манометрі) ортаңғы құлақтың жағдайын диагностикалау үшін құлақ арнасындағы қысымды өлшеуге, қысымды дәл және тұрақты өлшеуді қамтамасыз етуге, ГОСТ ІЕС 60601-1 немесе ГОСТ 2405-88 (механикалық үлгілер үшін) немесе оған теңестірілген халықаралық стандарттар талаптарына сәйкес келуге, дезинфекцияға және медициналық тіркеуге төтеп беруге арналған.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17370570-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров для медицинских кабинетов (повторно)
Номер лота:	№ 87145951-3ЦПЗ
Наименование лота:	Манометр
Описание лота:	ушной
Дополнительное описание лота:	Манометр ушной простой (отоманометр)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	311011100, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата КАЗАХСТАН, Жамбылская область, г.Тараз, район Өулиеата, Ш.Муртаза, 59
Срок поставки:	В течение 30 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Манометр ушной жидкостный Манометр для измерения колебаний давления в наружном слуховом проходе и в полости среднего уха при исследовании барофункции. Отоманометр (ушной манометр) должен предназначаться для измерения давления в слуховом проходе при диагностике состояния среднего уха, обеспечивать точное и стабильное измерение давления, соответствовать требованиям ГОСТ IEC 60601-1 или ГОСТ 2405-88 (для механических моделей) либо эквивалентным международным стандартам, быть устойчивым к дезинфекции и иметь медицинское регистрационное удостоверение.