Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17997373-1
Сатып алудың атауы:	электр өлшейтін Тістеуіш
Лоттың нөмірі:	№ 88763013-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Тістеуіш
Лоттың сипаттауы:	электр өлшейтін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Айнымалы ток күшін дәл өлшеуге арналған, True RMS қолдауы бар сандық қысқыш өлшегіш.
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	351610000, Қарағанды облысы, Балқаш қ. улица Иванова 1
Жеткізу мерзімі:	15 дней после подписания договора
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Айнымалы токты дәл өлшеуге арналған, True RMS (нақты орташа квадраттық мән) функциясы бар сандық қысқышты өлшеуіш құрал. Ол 600 В-қа дейінгі айнымалы және тұрақты кернеуді, 40 МОм-ға дейінгі кедергіні, 4000 мкФ-қа дейінгі сыйымдылықты және +1000°C-қа дейінгі температураны өлшейді. Сондай-ақ, құрылғыда NCV (кернеуді жанаспасыз анықтау) функциясы мен диодтарды тексеру режимі қарастырылған.Жібермес бұрын клиенттің келісімін алыңыз.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17997373-1
Наименование закупки:	электроизмерительные приборы (клещи)
Номер лота:	№ 88763013-ЗЦП1
Наименование лота:	Клещи
Описание лота:	электроизмерительные
Дополнительное описание лота:	Цифровые токоизмерительные клещи с поддержкой True RMS для точных измерений переменного тока
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	351610000, Карагандинская область, г.Балхаш улица Иванова 1
Срок поставки:	15 дней после подписания договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Цифровые токоизмерительные клещи с поддержкой True RMS для точных измерений переменного тока. Поддерживают измерение переменного и постоянного напряжения до 600В, сопротивления до 40 МОм, ёмкости до 4000 мкФ и температуры до +1000°С. Устройство оснащено функцией NCV для бесконтактного обнаружения напряжения и проверкой диодов. Перед отправкой согласовать с заказчиком.