Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

## Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17941429-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | электр тауарларын сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88556187-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Тістеуіш |
| **Лоттың сипаттауы:** | электр өлшейтін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | клещи токоизмерительные Наименование характеристики Требование, Тип Цифровые токоизмерительные клещи,Переменный ток (AC) До 1000 А,Постоянный ток (DC) До 1000 А, Переменное напряжение До 1000 В,Постоянное напряжение До 1000 В,Измерение сопротивления Да, Проверка прозвонки Да, со звуковым сигналом, Частота Да, Ёмкость Да, Температура Да,Функция True RMS Обязательно Диаметр захвата Не менее 50 мм, Дисплей Цифровой, с подсветкой Дополнительные функции HOLD, MAX/MIN, NCV Категория безопасности CAT IV 600 V / CAT III 1000 V . Тауарларды жөнелту алдында Тапсырыс берушіден келісім алу міндетті. СТ-KZ |
| **Саны, көлемі:** | 10 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 391661100, Қостанай облысы, Арқалық қ., Родина а. ҚАЗАҚСТАН, Қостанай облысы, Арқалық қ., Родина а., |
| **Жеткізу мерзімі:** | Келісім жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн. |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | клещи токоизмерительные Наименование характеристики Требование, Тип Цифровые токоизмерительные клещи,Переменный ток (AC) До 1000 А,Постоянный ток (DC) До 1000 А, Переменное напряжение До 1000 В,Постоянное напряжение До 1000 В,Измерение сопротивления Да, Проверка прозвонки Да, со звуковым сигналом, Частота Да, Ёмкость Да, Температура Да,Функция True RMS Обязательно Диаметр захвата Не менее 50 мм, Дисплей Цифровой, с подсветкой Дополнительные функции HOLD, MAX/MIN, NCV Категория безопасности CAT IV 600 V / CAT III 1000 V . Тауарларды жөнелту алдында Тапсырыс берушіден келісім алу міндетті. СТ-KZ |

Приложение 2
к конкурсной документации

## Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17941429-1 |
| **Наименование закупки:** | приобретение электрические товары |
| **Номер лота:** | № 88556187-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Клещи |
| **Описание лота:** | электроизмерительные |
| **Дополнительное описание лота:** | клещи токоизмерительные Наименование характеристики Требование, Тип Цифровые токоизмерительные клещи,Переменный ток (AC) До 1000 А,Постоянный ток (DC) До 1000 А, Переменное напряжение До 1000 В,Постоянное напряжение До 1000 В,Измерение сопротивления Да, Проверка прозвонки Да, со звуковым сигналом, Частота Да, Ёмкость Да, Температура Да,Функция True RMS Обязательно Диаметр захвата Не менее 50 мм, Дисплей Цифровой, с подсветкой Дополнительные функции HOLD, MAX/MIN, NCV Категория безопасности CAT IV 600 V / CAT III 1000 V . , перед отправкой товара обязательно согласовать с Заказчиком .СТ-KZ |
| **Количество:** | 10 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 391661100, Костанайская область, г.Аркалык, с.Родина КАЗАХСТАН, Костанайская область, г.Аркалык, с.Родина, |
| **Срок поставки:** | 16 календарных дней с момента заключения Договора. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | клещи токоизмерительные Наименование характеристики Требование, Тип Цифровые токоизмерительные клещи,Переменный ток (AC) До 1000 А,Постоянный ток (DC) До 1000 А, Переменное напряжение До 1000 В,Постоянное напряжение До 1000 В,Измерение сопротивления Да, Проверка прозвонки Да, со звуковым сигналом, Частота Да, Ёмкость Да, Температура Да,Функция True RMS Обязательно Диаметр захвата Не менее 50 мм, Дисплей Цифровой, с подсветкой Дополнительные функции HOLD, MAX/MIN, NCV Категория безопасности CAT IV 600 V / CAT III 1000 V . , перед отправкой товара обязательно согласовать с Заказчиком .СТ-KZ |