Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 18012800-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Балабақшаға медициналық құрал-жабдықтар сатып алу |
| **Лоттың нөмірі:** | № 88859486-ЗЦП1 |
| **Лоттың атауы:** | Қайшы |
| **Лоттың сипаттауы:** | медициналық |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | Тік, доғал ұшты медициналық қайшы |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Дана |
| **Жеткізу орны:** | 334253100, Жетісу облысы, Көксу ауданы, Мұқры а. Жамбыл 22/А |
| **Жеткізу мерзімі:** | шарт тіркелгеннен кейін 15 күнтізбелік күн ішінде |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Атауы: Доғал ұшты, түзу медициналық қайшы.<br>• Мақсаты: Таңу материалдарын (бинттер, дәке, жабысқақ пластырьлер) қиюға және медициналық жағдайда қосымша манипуляциялар жасауға арналған.<br>• Құрылымы мен пішіні: Сақина тәрізді саптары бар, топса арқылы біріктірілген екі жүзді құрал; жұмысшы жүздері түзу болып келеді және теріні зақымдап алмау үшін ұштары дөңгеленген (доғал) етіп жасалған.<br>• Материалы: Коррозияға төзімді (тот баспайтын), жоғары сапалы медициналық/хирургиялық болат.<br>• Жалпы ұзындығы: 140 мм-ден 170 мм-ге дейін. [1, 2]<br>• Жұмысшы бөлігінің қаттылығы: кемінде 50–58 HRC. [1] Қайта өңдеуге төзімділік: Көп рет қолданылатын; құрал коррозия белгілері пайда болмастан, дезинфекциялау, стерилизация алдындағы тазалау және стерилизациялау (134 °C температурада автоклавтау немесе 180–200 °C температурада құрғақ ыстықпен стерилизациялау) циклдеріне төтеп бере алуы тиіс. Міндетті талап (Қазақстан Республикасы үшін): Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің (ҚР РК) қолданыстағы Тіркеу куәлігінің немесе медициналық мақсаттағы бұйымдарға ЕАЭО бірыңғай тізілімі шеңберінде тіркеу куәлігінің болуы.<br>(Ескертпе: ұшында түймесі бар тығыз таңғыштар үшін арнайы қайшы қажет болса, атауында «Листерге сәйкес таңғыштарды кесуге арналған қайшылар (түймемен), қисық, ұзындығы көрсетілуі керек. 140–185 мм — болат пен зарарсыздандыруға қатысты басқа сипаттамалар<br>Қайшының нақты бір түріне қатысты сипаттамаларды нақтылау қажет |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 18012800-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение медицинских принадлежности для детского сада |
| **Номер лота:** | № 88859486-ЗЦП1 |
| **Наименование лота:** | Ножницы |
| **Описание лота:** | медицинские |
| **Дополнительное описание лота:** | Прямые тупоконечные медицинские ножницы |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Штука |
| **Места поставки:** | 334253100, область Жетiсу, Коксуский район, с.Мукры Жамбыл 22/А |
| **Срок поставки:** | В течение 15 календарных дней со дня заключения договора. |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | • Наименование: Ножницы медицинские тупоконечные прямые.<br>• Назначение: Для разрезания перевязочного материала (бинтов, марли, пластырей) и вспомогательных манипуляций в медицинском кабинете.<br>• Конструкция и форма: Двухлезвийный шарнирный инструмент с кольцевыми ручками, рабочие лезвия прямые с закругленными (тупыми) концами для исключения травмирования кожи.<br>• Материал изготовления: Высококачественная коррозионностойкая (нержавеющая) медицинская/хирургическая сталь.<br>• Общая длина: от 140 мм до 170 мм. [1, 2]<br>• Твердость рабочей части: не менее 50–58 HRC. [1]<br>• Устойчивость к обработке: Многоразового использования; инструмент должен быть устойчив к циклу дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации (автоклавирование при температуре 134 °C и воздушная стерилизация в сухожаровом шкафу до 180–200 °C) без признаков коррозии.<br>• Обязательное требование (для РК): Наличие действующего Регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (РУ РК) или регистрационного удостоверения в рамках единого реестра ЕАЭС на медицинское изделие.<br>(Примечание: Если нужны ножницы специально для плотных повязок с пуговкой на конце, в наименовании указывается «Ножницы для разрезания повязок по Листеру (с пуговкой), изогнутые, длина 140–185 мм» — остальные параметры стали и стерилизации<br>Нужно уточнить характеристики под конкретный вид ножниц |