Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18011269-1
Сатып алудың атауы:	Дауыстық шығыс функциясы бар термометрлерді сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 87968068-ЗЦП3
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Дауыстық шығыс функциясы бар термометрлерді сатып алу
Саны, көлемі:	4
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	354030100, Қарағанды облысы, Бұқар жырау ауданы, Ботақара к. Бухар-Жырау 75А көшісі
Жеткізу мерзімі:	келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Атауы: Дауыс шығару функциясы бар медициналық электрондық термометр. «Медициналық электрондық термометрлер. Салыстырып тексеру әдістемесі» СТ РК 2.596-2019 стандартына сәйкес дайындалуы тиіс. Мақсаты: Адам денесінің температурасын үй жағдайында және медициналық мекемелерде өлшеуге арналған, оның ішінде көру қабілеті бұзылған адамдардың өздігінен пайдалануына жарамды болуы тиіс. Термометр өлшеу нәтижесін орыс тілінде анық дауыстап хабарлауды қамтамасыз етуі тиіс. Пайдаланушы өлшеу нәтижесін дисплейдегі көрсеткіштерді көзбен көріп оқымай-ақ анықтай алуы тиіс. Техникалық талаптар: Дауыс шығару функциясы бар медициналық электрондық термометр адам денесінің температурасын жанастыру әдісімен өлшеуге арналған болуы тиіс. • Өлшеу диапазоны — 32,0 °С-тан 42,0 °С-қа дейін қоса алғанда; • Рұқсат етілетін шекті қателік — ±0,1 °С-тан аспауы тиіс; • Термометр цифрлық дисплеймен және өлшеу нәтижесін орыс тілінде дауыстап қайталау функциясымен жабдықталуы тиіс; • Өлшеуді бастауға дайын болғаны туралы дауыстық/дыбыстық хабарлау функциясы болуы тиіс; • Қосу және өшіру кезінде дыбыстық немесе дауыстық хабарлау қамтамасыз етілуі тиіс; • Өлшеу уақыты — 60 секундтан аспауы тиіс; • Өлшеу нәтижесі кемінде бір өлшеу нәтижесін сақтауға арналған кіріктірілген жадыда сақталуы тиіс; • Автоматты түрде өшіру — пайдаланушы басқару элементтеріне соңғы рет әсер еткеннен кейін 5 минуттан кешіктірілмей жүзеге асырылуы тиіс; • Қуат көзі — ішкі қуат көзінен; • Термометр дезинфекциялауға жарамды болуы және өткір жиектері мен бұрыштары болмауы тиіс; • Метрологиялық сипаттамалары Қазақстан Республикасының заңнамасында және өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласында қолданыстағы нормативтік құжаттарда белгіленген талаптарға сәйкес келуі тиіс; • Салыстырып тексеру — СТ РК 2.596-2019 стандартына сәйкес жүргізілуі тиіс. Жеткізуші бұйымның медициналық бұйымдарға қойылатын белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттарды, сондай-ақ қазақ және орыс тілдеріндегі пайдалану құжаттамасын ұсынуы тиіс. Саны: 4 дана.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18011269-1
Наименование закупки:	Приобретение термометров с речевым выходом
Номер лота:	№ 87968068-ЗЦП3
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	Приобретение термометров с речевым выходом
Количество:	4
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	354030100, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара ул. Бухар-жырау 75А
Срок поставки:	в течений 15 календарных дней после подписание договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Наименование: Термометр медицинский электронный с речевым выходом. «Термометры медицинские электронные. Методика поверки» должны изготавливаться в соответствии с СТ РК 2.596-2019 Назначение: Предназначен для измерения температуры тела человека в домашних условиях и медицинских учреждениях, в том числе для самостоятельного использования лицами с нарушением зрения. Термометр должен обеспечивать чёткое речевое воспроизведение результата измерения температуры на русском языке. Пользователь должен иметь возможность определить результат измерения без визуального считывания показаний дисплея. «Термометр медицинский электронный с речевым выходом, предназначенный для измерения температуры тела человека контактным методом. Диапазон измерений — от 32,0 °C до 42,0 °C включительно; предел допускаемой погрешности — не более ±0,1 °C. Термометр должен иметь цифровой дисплей и функцию речевого дублирования результата измерения на русском языке, функцию речевого/звукового оповещения о готовности к измерению, а также звуковое или речевое оповещение при включении и выключении. Время измерения — не более 60 секунд. Результат измерения должен сохраняться во встроенной памяти не менее одного измерения. Автоматическое отключение — не позднее 5 минут после последнего воздействия пользователя на элементы управления. Питание — от внутреннего источника питания. Термометр должен быть пригоден для дезинфекции и не иметь острых краёв и углов. Метрологические характеристики должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан и действующих нормативных документов в области обеспечения единства измерений. Поверка — в соответствии с СТ РК 2.596-2019.» Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие соответствие изделия требованиям, установленным для медицинских изделий, а также эксплуатационную документацию на русском языке. Количество 4 шт.