Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

# Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

| | |
|---|---|
| **Сатып алудың нөмірі:** | № 17821999-1 |
| **Сатып алудың атауы:** | Дәрі-дәрмектерді сатып алу. Аса қауіпті жұқпалы аурулар (АҚЖА) зертханасы. |
| **Лоттың нөмірі:** | № 84956222-ОИ2 |
| **Лоттың атауы:** | Индикатор |
| **Лоттың сипаттауы:** | бумен тазалауды тексеру үшін |
| **Лоттың қысқаша сипаттауы:** | МедИС-В-180/60, 1000 ауа стерилизациясының химиялық бір реттік индикаторлары. АҚИ зертханасы бюджеттен тыс |
| **Саны, көлемі:** | 1 |
| **Өлшем бірлігі:** | Комплект |
| **Жеткізу орны:** | 351013100, Қарағанды облысы, Қарағанды қ., Қазыбек би атын.ауданы Әлиханов көшесі, 2 |
| **Жеткізу мерзімі:** | Өтінімді алған күннен бастап 20 күнтізбелік күн ішінде жеткізу |
| **Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:** | Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы<br>1063-0002-0002-100020482<br>Жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі өндіруші мәлімдеген мерзімнен кемінде 70%.<br>Өнім GOST ISO 11140-1-2011 жіктемесіне сәйкес 4-класқа (көп айнымалы индикаторлар) жатады;<br>• Олар стерилизатор камерасының ішіне, стерилизацияланатын заттардың сыртына орналастырылады;<br>• Олар бастапқы көк түстен соңғы қоңыр түске дейін айқын түс өзгерісін көрсетеді;<br>• Жабысқақ негізі қаптамалар мен заттарға бекітуді жеңілдетеді, сондай-ақ құжаттау мақсатында индикаторды есепке алу журналына жабыстыруды оңайлатады;<br>• Олар уытты емес, құрамында қорғасын қосылыстары жоқ және пайдалану немесе сақтау кезінде ешқандай зиянды немесе улы заттарды бөлмейді;<br>Кепілді сақтау мерзімі — 12 ай |

Приложение 2
к конкурсной документации

# Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

| | |
|---|---|
| **Номер закупки:** | № 17821999-1 |
| **Наименование закупки:** | Приобретение медикаментов. ООИ лаборатория |
| **Номер лота:** | № 84956222-ОИ2 |
| **Наименование лота:** | Индикатор |
| **Описание лота:** | для контроля паровой стерилизации |
| **Дополнительное описание лота:** | Индикаторы химические одноразовые воздушной стерилизации МедИС-В-180/60, 1000. Лаборатория ООИ внебюджет |
| **Количество:** | 1 |
| **Единица измерения:** | Комплект |
| **Места поставки:** | 351013100, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би ул.Алиханова, 2 |
| **Срок поставки:** | Поставка в течении 20 календарных дней со дня получения заявки |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:** | Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг<br>1063-0002-0002-100020482<br>Срок годности на момент поставки не менее 70 % от заявленного производителем срока.<br>Характеристики продукта относятся к классу 4 (многопеременные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 ;<br>• помещаются в камере стерилизатора снаружи стерилизуемых изделий;<br>• чёткий цветовой переход от начального голубого к конечному коричневому;<br>• липкий слой на обратной стороне индикатора облегчает его закрепление на упаковках и изделиях и облегчает вклеивание в журнал при документировании;<br>• нетоксичны, не содержат соединений свинца, в процессе применения и хранения не выделяют вредных и токсичных компонентов<br>; гарантийный срок хранения - 24 месяца |