

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17778582-1
Сатып алудың атауы:	СИП 4,4 * 16 кәбілін, кедергі термо түзгішін, өнеркәсіптік өлшегішті, зімпара қағазын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88184389-ОИЗ
Лоттың атауы:	Тексеру аспабы
Лоттың сипаттауы:	гидрометеорологиялық аспап үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Өнеркәсіптік өлшеуіш
Саны, көлемі:	2
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	154030100, Ақтөбе облысы, Қарғалы ауданы, Бадамша а. Цибульчик 2 көшесі
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	ОВЕН 2ТРМО-Щ1.У2. өнеркәсіптік типті өлшеуіш. Аспаптың сипаттамалары Түрі: екі арналы; Кірістер: әмбебап, 2 дана; Қателік шегі: +, -0,25% артық емес; Pt100 қосусхемасы; үш сымды; Қалқанды Щ1 корпусы; Габариттік өлшемдері: 96 * 96 * 53мм; Қорғаныс дәрежесі: IP54. Тұтынылатын қуат: 11 ВА-дан артық емес; Желі жиілігі: 50 Гц. Желіні қоректендіру: ~ 90-264 В (номиналды 230 В); Интерфейс: RS-485 талап етілмейді; Жинақ: аспап, тығыздағыш төсем, паспорт, пайдалану жөніндегі басшылық.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17778582-1
Наименование закупки:	Приобретение кабеля СИП 4,4*16, термопреобразователя сопротивления, измерителя промышленного, наждачной бумаги
Номер лота:	№ 88184389-ОИЗ
Наименование лота:	Прибор проверки
Описание лота:	для гидрометеорологического прибора
Дополнительное описание лота:	Измеритель промышленный
Количество:	2
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	154030100, Актюбинская область, Каргалинский район, с.Бадамша ул. Цибульчика 2
Срок поставки:	в течении 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Измеритель промышленный типа ОВЕН 2ТРМО-Щ1.У2. Характеристики прибора Тип: двухканальный; Входы: универсальные ,2шт; Предел погрешности: не более +,-0,25%; Схема подключения Pt100; трехпроводная; Корпус щитовой Щ1; Габаритные размеры: 96*96*53мм; Степень защиты: IP54, Потребляемая мощность: не более 11 ВА; Частота сети: 50 Гц. Питание сети: ~90-264 В (номинальное 230 В); Интерфейс: RS-485 не требуется; Комплект: прибор, уплотнительная прокладка, паспорт, руководство по эксплуатации.