

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17864501-1
Сатып алудың атауы:	Су термостаты сатып алу (ХТЖЭ кафедрасы үшін)
Лоттың нөмірі:	№ 82935099-3ЦП10
Лоттың атауы:	Термостат
Лоттың сипаттауы:	сұйықтықтық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Су термостаты (ХТЖЭ кафедрасы үшін)
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	352410000, Қарағанды облысы, Теміртау қ. Республика даңғылы 30
Жеткізу мерзімі:	шарт жасалған сәттен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	<p>Су термостаты. Шомылғы температурасын бөлме температурасынан кемінде 80°C дейін орнатуға болады. Шомылғы температурасын сақтау дәлдігі $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ аспайды.</p> <p>Белгіленген температураға жетудің ең көп уақыты 30 минуттан аспайды.</p> <p>Ваннаға қосылатын сұйықтықтың ең көп көлемі 4,5 литрден кем емес.</p> <p>Қоршаған орта температурасынан жоғары тұрақтандыру температурасы $+3^{\circ}\text{C}$ артық емес</p> <p>Қуат көзі 220 В кем емес / 50 Гц кем емес.</p> <p>Қуат тұтынуы 1,5 кВт кем емес.</p> <p>Сұйықты араластыру үшін қосымша араластырғыш және сорғымен жабдықталған. Жеткізу және түсіру Тапсырыс берушінің қоймасы көлікпен және күшпен жүзеге асырылады Жеткізуші.</p>

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17864501-1
Наименование закупки:	Закуп водяного термостата (для кафедры ХТиЭ)
Номер лота:	№ 82935099-ЗЦП10
Наименование лота:	Термостат
Описание лота:	жидкостный
Дополнительное описание лота:	Водяной термостат (для кафедры ХТиЭ)
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	352410000, Карагандинская область, г.Темиртау проспект Республики 30
Срок поставки:	в течение 16 календарных дней с момента заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Водяной термостат. Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, от комнатной до не менее 80°C Точность поддержания температуры в ванне не более $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ макс время выхода на заданную температуру не более 30 мин макс объем жидкости заливаемый в ванну не менее 4,5 л Температура стабилизации выше окружающей среды не более $+3^{\circ}\text{C}$ Сеть не менее 220 В / не менее 50Гц Потребляемая мощность не менее 1,5 кВт Дополнительно оборудован мешалкой и насосом для циркуляции жидкости. Поставка и разгрузка на склад Заказчика осуществляется транспортом и силами Поставщика.