

**Құрылыс-монтаждау жұмыстарымен байланысты емес сатып алынатын
жұмыстардың
техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)**

Тапсырыс берушінің атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Жетісай көпбейінді аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Ұйымдастырушының атауы:	Түркістан облысы денсаулық сақтау басқармасының "Жетісай көпбейінді аудандық орталық ауруханасы" шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны
Конкурстың №:	№ 17757536-1
Конкурстың атауы:	Техникалық сипаттамаларға сәйкес
Лоттың нөмірі:	№ 88172096-OK1
Лоттың атауы	Медициналық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:	331312.100.000000
Жұмыстың атауы:	Медициналық жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар
Өлшем бірлігі:	Жұмыс
Саны (көлемі):	1
Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы:	7185120
Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома:	7185120

Авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс:	
Жұмыстарды орындау мерзімі	Қызмет көрсету шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін жүзеге асырылады
Аванстық төлем мөлшері:	0
Кепілдік мерзімі (айлармен)	12

Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы	Шприцтік насос DAIWHA Medifusion DS-3000 Саны: 25 дана. Жеткізуші шприцтік насостарды жөндеу және олардың жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру қызметтерін, оның ішінде қосалқы бөлшектерді жеткізу және ауыстыруды жүзеге асыруға міндеттенеді. Қызметтер келесі талаптарға сәйкес орындалуы тиіс: Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласындағы заңнамасының талаптары; өндірушінің техникалық құжаттамасы; медициналық техника қауіпсіздігі стандарттары. Жеткізуші жаңа түпнұсқа қосалқы бөлшектерді жеткізу және орнатуды жүзеге асыруға міндеттенеді: - Негізгі төменгі баспа платасы жинақталған түрде- 25 дана. - Жоғарғы процессорлық басқару платасы – 4 дана. - Мембраналық пернетақта – 3 дана. - Жетек басы – 7 дана. - Энкодер – 25 дана. - Дисплей – 1 дана. - Дисплейдің қорғаныш әйнегі – 1 дана. - Кабельмен бірге жинақталған қорек көзі коннекторы – 1 дана. Сонымен қатар, жабдықты өндіруші зауыттың регламентіне сәйкес орнату, баптау және калибрлеу жұмыстарын орындауға міндетті. Барлық жұмыстар өндіруші зауытта оқудан өткен және тиісті растайтын сертификаты бар инженер тарапынан орындалуы тиіс. Жөндеуден кейін жабдық келесі параметрлерге сәйкес болуы тиіс: инфузияның дәл берілуін қамтамасыз ету; дабыл жүйесінің дұрыс жұмысы (окклюзия, қате, инфузияның аяқталуы, батарея зарядының төмендеуі); дисплей мен басқару элементтерінің жұмысқа қабілеттілігі; шприц беру механизмінің жұмысқа қабілеттілігі; аккумулятор батареясының жұмысқа қабілеттілігі. Жеткізушіде ГОСТ ISO 9001 немесе ГОСТ ISO 13485 талаптарына сәйкес қолданыстағы сапа менеджменті жүйесінің болуы; Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 15 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-273/2020 бұйрығына сәйкес: медициналық техника өндірушісінен қосалқы бөлшектерді жеткізуге немесе сервистік қызмет көрсетуге құқық беретін құжаттамалық растауы бар сервистік қызметтің болуы. Жеткізушіде 2а, 2б және 3 сыныптар бойынша техникалық қызмет көрсету саласындағы маманның болуы. Жеткізушіде DAIWHA зауыт-өндірушісінде оқудан өткен маманның болуы. Орнатылған қосалқы бөлшектерге кемінде 12 айға кепілдік хаты ұсынылуы тиіс. Ақау туындаған жағдайда, орындаушы жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарын қосалқы бөлшектерін ауыстырумен жүзеге асыруы қажет Жеткізуші шарт жасалған күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн ішінде өзіне тиесілі қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарын пайдалана отырып, аппараттарды жөндеу және жаңғырту жұмыстарын жүргізуге міндетті.
--	--

Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)	Медициналық техникаға техникалық қызмет көрсету бойынша орындалған жұмыстардың көлемі мен сапасын растайтын құжаттар – техникалық қызмет көрсету журналы және орындалған жұмыстар актісі болып табылады; Жұмыстар аяқталғаннан кейін, нақты орындалған жұмыс түрлері, тізімі мен көлемі көрсетілген орындалған жұмыстар актісі толтырылады, техникалық қызмет көрсету журналына тиісті жазба жасалып, жабдықты әрі қарай пайдалануға рұқсат беріледі; Медициналық техника тозып, жарамсыз күйге жеткен жағдайда, орындаушы есептен шығару актілерін жасауға қатысуы тиіс; Орындаушы тапсырыс берушінің персоналына жабдықты пайдалану ережелері бойынша техникалық кеңес беруге міндетті; Орындаушы жұмыс барысында еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі талаптарының орындалуына жауапты.
---	--

**Техническая спецификация
закупаемых работ, не связанных со строительно-монтажными работами
(заполняется заказчиком)**

Наименование заказчика	государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысайская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области
Наименование организатора	государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жетысайская многопрофильная центральная районная больница" управления здравоохранения Туркестанской области
№ конкурса:	№ 17757536-1
Наименование конкурса:	Согласно техническим спецификациям
Номер лота:	№ 88172096-ОК1
Наименование лота:	Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования
Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг:	331312.100.000000
Наименование работы:	Работы по ремонту/модернизации медицинского оборудования
Единица измерения:	Работа
Количество (объем):	1
Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость:	7185120
Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость:	7185120
Срок выполнения работы:	После заключение договора по заявки заказчика до 31 декабрь 2026 года

Размер авансового платежа* *:	0 %
Гарантийный срок (в месяцах)	12
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных	Шприцевой насос DAIWHA Medifusion DS-3000 Количество: 25 единиц. Поставщик обязуется оказать услуги по ремонту и восстановлению работоспособности шприцевых насосов, включая поставку и замену запасных частей. Услуги должны выполняться в соответствии с: требованиями законодательства РК в области здравоохранения; технической документацией производителя; стандартами безопасности медицинской техники. Поставщик обязуется произвести поставку и установку новых оригинальных запасных частей: - Основная нижняя печатная плата – 25 шт. - Верхняя процессорная плата управления – 4 шт. - Мембранная клавиатура – 3 шт. - Головка привода – 7 шт. - Энкодер – 25 шт. - Дисплей – 1 шт. - Защитное стекло дисплея – 1 шт. - Разъём питания в сборе с кабелем – 1 шт. А также выполнить установку, настройку и калибровку аппарата в соответствии с регламентом завода-изготовителя. Все работы должны выполняться инженером, прошедшим обучение у завода-изготовителя и имеющим соответствующее подтверждающее сертификат обучение. После ремонта оборудование должно соответствовать следующим параметрам: обеспечение точной подачи инфузии; корректная работа системы сигнализации (ошибка, окончание инфузии, низкий заряд батареи); исправность дисплея и органов управления; исправность механизма подачи шприца; работоспособность аккумуляторной батареи; Наличие у Поставщика действующей системы менеджмента качества в соответствии с ГОСТ ISO 9001 или ГОСТ ISO 13485; Согласно Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-273/2020: наличие у сервисной службы документального подтверждения от производителя медицинской техники на право поставки расходных материалов или осуществления сервисного обслуживания. Наличие у Поставщика специалиста в сфере технического обслуживания классов 2а, 2б и 3. Наличие у Поставщика специалиста, прошедшего обучение у завода-изготовителя DAIWHA. Поставщик должен предоставить гарантийный письмо на установленные запасные части не менее на 12 месяцев. В случае поломки должен произвести ремонтно восстановительные работы с заменой запасных частей. Поставщик должен произвести ремонт и модернизацию аппаратов с использованием собственных запасных частей и расходных материалов в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты заключения Договора.

Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)	Документами, подтверждающими объем и качество выполненных работ по техническому обслуживанию медицинской техники, является журнал технического обслуживания и акт на выполненные работы. Исполнителем после выполнения работ составляется акт выполненных работ с точным указанием вида, перечня и объема работ, делается запись в журнале технического обслуживания о проведенных работах и разрешении дальнейшей эксплуатации. Если эксплуатируемая медицинская техника приходит в негодность (полностью вырабатывает свой ресурс и т.п) исполнитель принимает участие в подготовке Актов о списании Исполнитель обязуется оказывать необходимые технические консультации персоналу Заказчика по правилам эксплуатации оборудования Исполнитель несет ответственность за соблюдение охраны труда, требований техники безопасности и пожарной безопасности персоналом исполнителя при производстве работ.
---	---