Конкурстық құжаттамаға
2-қосымша

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17967250-1
Сатып алудың атауы:	Негізгі құралды мемлекеттік сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 87935342-3ЦП1
Лоттың атауы:	Сәулелендіргіш
Лоттың сипаттауы:	бактерицидтік, ультракүлгін сәулелену
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Техникалық сипаттамаға сәйкес келетін тасымалды ультракүлгін кварц сәулелендіргіші
Саны, көлемі:	3
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Ахмет Байтұрсынұлы көшесі 41/1;
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 16 күнтізбелік күн ішінде, егер Жеткізуші Қазақстандық тауар өндірушілердің тізіміне енгізілген болса, тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Ультракүлгін сәулелендіргіш Кварцты ультракүлгін сәулелендіргіш — жергілікті және қуыс ішілік сәулелендіруге арналған көпфункционалды физиотерапиялық құрылғы. Бұл емшара тыныс алу жүйесінің, басқа да түрлі ағзалардың қабыну ауруларын, сондай-ақ тері ауруларын диагностикалау және емдеу үшін тағайындалады. Негізгі техникалық сипаттамалары Шам түрі: DKBU-7. Сәулеленудің тиімді диапазоны: 180–275 нм (қысқа толқынды). Электр желісінен тұтынылатын қуат: 300 ВА-дан аспайды. Жұмыс режиміне шығу үшін қажетті қыздыру уақыты: шам жанған сәттен бастап 1 минуттан аспайды. Құрылғы тәулігіне 8 сағат бойы циклдік режимде жұмыс істеуге арналған: 10 минут жұмыс және одан кейін 15 минуттық үзіліс. Сәулелендіргіштің габариттік өлшемдері: 275 × 145 × 140 мм-ден аспайды. Құрылғының толық жиынтығының салмағы: 1 кг-нан аспайды. 220 В желілік кернеумен (жиілігі 50 Гц) жұмыс істейді. Қорғаныш көзілдірігі (УФ-сәулеленуден қорғайтын) – 1 дана. Шығу саңылауының диаметрі 5 мм болатын емдеу конусы (түтігі) – 1 дана. Шығу саңылауының диаметрі 15 мм болатын емдеу конусы (түтігі) – 1 дана. Шығу саңылауы 60° бұрышпен орналасқан емдеу конусы (түтігі) – 1 дана. Биодозиметр – 1 дана. Жапқыш – 1 дана. - Жеткізуші көрсетілген техникалық сипаттамаларға сәйкес келетін тауарлардың жеткізілуін қамтамасыз етуі тиіс. - Тауарларда механикалық зақымдар болмауы қажет. - Жеткізілген тауарларға кепілдік мерзімі олар Тапсырыс берушінің қоймасына жеткен күннен бастап 12 (он екі) күнтізбелік айды құрайды. - Тауарларға сәйкестік сертификаттары болуы тиіс. - Тауарлар Қазақстан Республикасының Медициналық бұйымдардың мемлекеттік тізілімінде тіркелуі (немесе ЕАЭО шеңберінде жарамды тіркеу куәлігі болуы) қажет. Медициналық бұйымдарға қойылатын электр қауіпсіздігі стандарттарының сақталуы талап етіледі.

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17967250-1
Наименование закупки:	Государственный закуп основных средств.
Номер лота:	№ 87935342-3ЦП1
Наименование лота:	Облучатель
Описание лота:	бактерицидный, ультрафиолетовое излучение
Дополнительное описание лота:	Облучатель ультрафиолетовый кварцевый портативный согласно технической спецификации
Количество:	3
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль улица Ахмет Байтұрсынұлы 41/1;
Срок поставки:	В течении 16 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком в случае, если Поставщик находится в реестре Казахстанских товаропроизводителей, срок 60 календарных дней с даты подачи заявки заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Ультрафиолетовый облучатель Облучатель ультрафиолетовый кварцевый – многофункциональный физиотерапевтический прибор, предназначенный как для местного, так и для внутриполостного облучения. Данная процедура назначается при диагностике и лечении воспалительных заболеваний дыхательной системы, различных органов, болезней кожи. Основные характеристики Лампа типа ДКБУ-7. Эффективный диапазон излучений 180-275 нм (коротковолновый). Потребляемая от сети питания мощность не более 300 ВА. Время установления рабочего режима изделия не превышает 1 мин с момента загорания лампы облучателя. Изделие обеспечивает работу в течение 8 часов в сутки в циклическом режиме – 10 минут работа – 15 минут перерыв. Габаритные размеры облучателя: не более 275х145х140 мм. Масса комплекта не более: 1 кг. Питание от сети 220 В, частота 50 Гц. Очки защитные от УФ облучения – 1 шт. Тубус с выходным отверстием Ø5 мм – 1 шт. Тубус с выходным отверстием Ø15 мм – 1 шт. Тубус с выходным отверстием под углом 60° – 1 шт. Биодозиметр – 1 шт. Заслонка – 1 шт. - Поставщик должен обеспечить поставку товара, соответствующего указанным техническим характеристикам. - Товар должен без механических повреждений. - Гарантийный период для поставляемого Товара определяется в 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня поступления Товара на склад Заказчика. - Сертификаты соответствия на Товар. - Товар должен быть зарегистрирован в Государственном реестре медицинских изделий Республики Казахстан (или иметь действующее регистрационное удостоверение в рамках ЕАЭС). Соответствие стандартам электробезопасности медицинских изделий.