Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 18020960-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88725726-3ЦП1
Лоттың атауы:	Тоңазытқыш
Лоттың сипаттауы:	бір камералық, бөлек тұрған, көлемі 250-299 л, мұздатқыш бөлімі жоқ
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Мұздатқыш камерасы жоқ медициналық Тоңазытқыш, көлемі 1470х580х620 кем емес, көлемі 290 л
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751310000, Алматы қ., Әуезов ауданы Жубанов 11
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша, жыл ішінде, 2026 жылғы 10 желтоқсаннан кешіктірмей
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Жабдықтың түрі-медициналық тоңазытқыш камерасы (фармацевтикалық Тоңазытқыш). Орындау түрі тік, жеке. Камералар саны-1. Мұздатқыш-жоқ. Тоңазытқыш камераның жалпы көлемі-кемінде 290 л. Жалпы өлшемдері (B × W × G) - 1470 × 580 × 620 мм. Тоңазытқыш ішіндегі реттелетін температура диапазоны плюс 2 °C-тан плюс 15 °C-қа дейін. Салқындату жүйесінің түрі динамикалық, мәжбүрлі салқындатылған ауа айналымы бар. Басқару түрі – электронды. Компрессорлар саны-1. Қуат кернеуі-220 В. Қуат желісінің жиілігі-50 Гц. Қоршаған ауа температурасы плюс 25 °C кезінде электр энергиясын тәуліктік

	тұтыну-1,5 кВт·сағ аспайды. Шудың максималды деңгейі 50 дБ-ден аспайды. Сөрелер саны – кемінде 6 дана. Есіктің түрі – мөлдір, шыны, ультракүлгін сәулелерден қорғалған. Есікті қарама-қарсы жаққа ілу мүмкіндігінің болуы. Ішкі жарықтандыру түрі – жарықдиодты (LED). Температуралық режимді басқарудың электрондық блогының болуы. Тоңазытқыш камерасында температураны көрсететін сандық дисплейдің болуы. Температура белгіленген мәннен ауытқыған кезде дабыл жүйесінің болуы. Тоңазытқыш камераның ішкі көлемі бойынша температураның біркелкі таралуын қамтамасыз ететін мәжбүрлі ауа айналымы жүйесінің болуы. Тоңазытқыш камераның тығыз және герметикалық жабылуын қамтамасыз ететін есік тығыздағышының болуы. Қаптамасыз жабдықтың салмағы-62 кг. Қаптамадағы жабдықтың салмағы-68 кг. Қаптамадағы Жалпы өлшемдер (W × W × G) - 1520 × 625 × 645 ММ. Корпустың түсі ақ. ГОСТ 9499-70

Приложение 2
к конкурсной документации

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 18020960-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров
Номер лота:	№ 88725726-ЗЦП1
Наименование лота:	Холодильник
Описание лота:	однокамерный, отдельностоящй, объем 250-299 л, без морозильного отдела
Дополнительное описание лота:	Холодильник медицинский без морозильной камеры, габариты не менее 1470х580х620, объемом 290 л
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751310000, г.Алматы, Ауэзовский район Жубанова 11
Срок поставки:	по заявке Заказчика, в течении года, не позднее 10 декабря 2026 года
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Тип оборудования – камера холодильная медицинская (фармацевтический холодильник). Тип исполнения – вертикальный, отдельно стоящий. Количество камер – 1. Морозильная камера – отсутствует. Общий объем холодильной камеры – не менее 290 л. Габаритные размеры (В × Ш × Г) – 1470 × 580 × 620 мм. Диапазон регулируемой температуры внутри холодильной камеры – от плюс 2 °С до плюс 15 °С. Тип системы охлаждения – динамический, с принудительной циркуляцией охлажденного воздуха. Тип управления – электронный. Количество компрессоров – 1. Напряжение питания – 220 В. Частота питающей сети – 50 Гц. Суточное потребление электроэнергии при температуре окружающего воздуха плюс 25 °С – не более 1,5 кВт·ч.

	Максимальный уровень шума – не более 50 дБ. Количество полок – не менее 6 шт. Тип двери – прозрачная, стеклянная, с защитой от ультрафиолетового излучения. Наличие возможности перевешивания двери на противоположную сторону. Тип внутреннего освещения – светодиодное (LED). Наличие электронного блока управления температурным режимом. Наличие цифрового дисплея с отображением температуры внутри холодильной камеры. Наличие системы сигнализации при отклонении температуры от установленного значения. Наличие системы принудительной циркуляции воздуха, обеспечивающей равномерное распределение температуры по внутреннему объему холодильной камеры. Наличие уплотнителя двери, обеспечивающего плотное и герметичное закрытие холодильной камеры. Масса оборудования без упаковки – 62 кг. Масса оборудования в упаковке – 68 кг. Габаритные размеры в упаковке (В × Ш × Г) – 1520 × 625 × 645 мм. Цвет корпуса – белый. ГОСТ 9499-70