

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17850362-1
Сатып алудың атауы:	Электролиттер талдауышы үшін мамандандырылған электрод сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88087443-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Мамандандырылған электрод
Лоттың сипаттауы:	электролиттер талдауышы үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электролиттер талдауышы үшін мамандандырылған электрод
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	471810000, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қ. Мұнайлы ш/а, Қ. Сарбөпеев көшесі, 2Б
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт күшіне енген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Тауардың атауы: Дезинфекция датчиктеріне арналған техникалық қызмет көрсету жиынтығы, Endress+Hauser Maintenance kits CCV05 CCV05-1035/0 немесе баламасы. 1. Мақсаты Жиынтық дезинфекция параметрлерін (хлор, хлор диоксиді, бром және басқа да ұқсас өлшенетін параметрлер) бақылауға арналған цифрлық және аналогтық датчиктерге жоспарлы техникалық қызмет көрсету, жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру және тозатын элементтерін ауыстыру үшін арналған. Жиынтық датчиктердің метрологиялық сипаттамаларын сақтауды және оларды одан әрі сенімді пайдалануды қамтамасыз етуге тиіс. 2. Техникалық сипаттамалары Бұйымның түрі – дезинфекция датчиктеріне техникалық қызмет көрсетуге арналған қосалқы бөлшектер мен шығыс материалдарының жиынтығы. Үйлесімділігі Endress+Hauser CCS5x сериялы датчиктері (CCS50, CCS51, CCS55, CCS58 және олардың Memosens цифрлық нұсқалары) немесе толық баламалы датчиктер. Жиынтықтың мақсаты – техникалық қызмет көрсету кезінде датчиктің өлшеу жүйесінің шығыс элементтерін ауыстыру. Жиынтық өндірушінің талаптарына сәйкес датчиктің жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіруге қажетті элементтерді қамтуға тиіс. Жиынтықтың құрамы түпнұсқалық CCV05 техникалық қызмет көрсету жиынтығына немесе баламасына сәйкес келуге тиіс: датчикті толтыруға арналған электролит; мембраналық қалпақшалар (жиынтық нұсқасында болған жағдайда); қорғаныс элементтері; тығыздағыш элементтер; техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық. Электролит пайдалануға дайын болуы және бос хлорды, хлор диоксидін немесе ұқсас параметрлерді бақылауға арналған сенсорларда пайдалануға жарамды болуы тиіс. Мембраналық элементтер датчиктің сезімтал бөлігін қалпына келтіруді қамтамасыз етуге және орнатылған жабдықтың конструкциялық параметрлеріне сәйкес келуге тиіс. Тығыздағыш элементтер химиялық әсерге төзімді материалдардан жасалуы және су дайындау және дезинфекциялау жүйелерінде пайдалануға жарамды болуы тиіс. Жиынтық Endress+Hauser Liquiline өлшеу жүйелерімен немесе сұйықтықтарды талдауға арналған баламалы жүйелермен үйлесімділікті қамтамасыз етуге тиіс. Жиынтықтың барлық элементтері жабдық өндірушісі тарапынан дайындалуы немесе көрсетілген датчиктер типімен үйлесімділігі расталған болуы тиіс. 3. Сапаға қойылатын талаптар Тауар жаңа, бұрын пайдаланылмаған болуы тиіс. Жеткізу өндірушінің түпнұсқа зауыттық қаптамасында жүзеге асырылуға тиіс. Қаптамада мынадай ақпарат көрсетілуге тиіс: өндірушінің атауы; жиынтықтың атауы; тапсырыс беру коды (бар болған жағдайда); партия нөмірі (LOT); өндірілген күні; сақтау шарттары. Құрамдас бөлшектердің өндіруші белгілеген жарамдылық мерзімі болуы тиіс. Жеткізу күніндегі шығыс материалдарының қалдық жарамдылық мерзімі өндіруші белгілеген мерзімнің кемінде 80 %-ын құрауға тиіс. Бұйым орнату және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулықпен бірге жеткізілуі тиіс. 4. Жеткізу жиынтығы CCV05-1035/0 техникалық қызмет көрсету жиынтығы немесе баламасы – 1 жиынтық. Датчикке арналған электролит – өндірушінің жиынтықталуына сәйкес. Мембраналық элементтер өндірушінің жиынтықталуына сәйкес. Тығыздағыш және қорғаныс элементтері – өндірушінің жиынтықталуына сәйкес. Орнату және техникалық қызмет көрсету жөніндегі нұсқаулық (қағаз немесе электрондық нұсқада).

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17850362-1
Наименование закупки:	Приобретение электрод специализированный для анализатора электролитов
Номер лота:	№ 88087443-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Электрод специализированный
Описание лота:	для анализатора электролитов
Дополнительное описание лота:	Электрод специализированный для анализатора электролитов
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	471810000, Мангистауская область, г.Жанаозен мкр Мунайлы, улица К. Сарбопеева, 2Б
Срок поставки:	15 календарных дней со дня вступления силы договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Комплект технического обслуживания для датчиков дезинфекции, совместимый с Endress+Hauser Maintenance kits CCV05 CCV05-1035/0, или эквивалент. 1. Назначение Комплект предназначен для проведения регламентного технического обслуживания, восстановления работоспособности и замены изнашиваемых элементов цифровых и аналоговых датчиков контроля параметров дезинфекции (хлор, диоксид хлора, бром и другие аналогичные измеряемые параметры). Комплект должен обеспечивать поддержание метрологических характеристик датчиков и надежность их дальнейшей эксплуатации. 2. Технические характеристики 1. Тип изделия – комплект запасных частей и расходных материалов для технического обслуживания датчиков дезинфекции. 2. Совместимость– датчики серии Endress+Hauser CCS5x (CCS50, CCS51, CCS55, CCS58 и их цифровые исполнения Memosens) либо полностью эквивалентные датчики. 3. Назначение комплекта – замена расходных элементов измерительной системы датчика при проведении технического обслуживания. 4. Комплект должен включать необходимые элементы для восстановления работоспособности датчика в соответствии с требованиями производителя. 5. Состав комплекта должен соответствовать оригинальному комплекту обслуживания CCV05 либо эквивалентному: о электролит для заполнения датчика; о мембранные колпачки (при наличии в исполнении комплекта); о защитные элементы; о уплотнительные элементы; о инструкция по обслуживанию. 6. Электролит должен быть готов к применению и предназначен для использования в сенсорах контроля свободного хлора, диоксида хлора или аналогичных параметров. 7. Мембранные элементы должны обеспечивать восстановление чувствительной части датчика и соответствовать конструктивным параметрам установленного оборудования. 8. Уплотнительные элементы должны быть выполнены из химически стойких материалов, пригодных для эксплуатации в системах водоподготовки и дезинфекции. 9. Комплект должен обеспечивать совместимость с измерительными системами Endress+Hauser Liquiline либо эквивалентными системами анализа жидкости. 10. Все элементы комплекта должны быть изготовлены производителем оборудования либо иметь подтвержденную совместимость с указанным типом датчиков. 3. Требования к качеству • Товар должен быть новым, ранее не использованным. • Поставка осуществляется в оригинальной заводской упаковке производителя. • На упаковке должны быть указаны: о наименование производителя; о наименование комплекта; о код заказа (при наличии); о номер партии (LOT); о дата изготовления; о условия хранения. • Комплектующие должны иметь срок годности, установленный производителем. • Остаточный срок годности расходных материалов на дату поставки должен составлять не менее 80 % от установленного производителем срока. • Изделие должно сопровождаться инструкцией по установке и техническому обслуживанию. 4. Комплект поставки • Комплект технического обслуживания CCV05-1035/0 или эквивалент – 1 комплект. • Электролит для датчика – согласно комплектации производителя. • Мембранные элементы – согласно комплектации производителя. • Уплотнительные и защитные элементы – согласно комплектации производителя. • Инструкция по установке и обслуживанию

(бумажная или электронная).