

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856978-1
Сатып алудың атауы:	Тауарларды сатып алу бой өлшегіш, термометр, тонометр, венозды байлам.
Лоттың нөмірі:	№ 86443459-3ЦПЗ
Лоттың атауы:	Термометр
Лоттың сипаттауы:	медициналық
Лоттың қысқаша сипаттауы:	электрондық (термометр) (стационар)
Саны, көлемі:	20
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	751710000, Алматы қ., Медеу ауданы Райымбек данғылы,60
Жеткізу мерзімі:	Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Температураны өлшеуге арналған электронды сандық термометр дене ректалды, аксиллярлы (аксиллярлы) және ауызша жолымен. Автоматты өшіру функциясы кейін 10 минут бойы әрекетсіздік. Су қорғау корпусы. Айрықша ерекшеліктері: - өлшеу әдістері: аксиллярлық (қолтық), ауызша, тік ішек. - Ауыстырылатын батарея. - Қызмет мерзімін ұзарту үшін автоматты түрде өшіру қуат элементі. - Жеңіл оқылатын сұйық кристалды экран. - Қауіпсіз, құрамында сынап жоқ. - Өлшеу уақыты 1-4 минуттар. - Өлшеу аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856978-1
Наименование закупки:	Приобретение товаров ростомер, термометр, тонометр, жгут венозный.
Номер лота:	№ 86443459-ЗЦПЗ
Наименование лота:	Термометр
Описание лота:	медицинский
Дополнительное описание лота:	электронный (градусник) (стационар)
Количество:	20
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	751710000, г.Алматы, Медеуский район пр.Райымбека,60
Срок поставки:	15 календарных дней со дня подачи заявки Заказчиком
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Электронный цифровой термометр для измерения температуры тела ректальным, аксиллярным (подмышечным) и оральным способом. Функция автоматического отключения после бездействия в течение 10 минут. Водозащитный корпус. Отличительные особенности: - Способы измерения: аксиллярный (подмышкой), оральный, ректальный. - Сменная батарейка. - Автоматическое выключение для увеличения срока службы элемента питания. - Легкочитаемый жидкокристаллический экран. - Безопасен, не содержит ртути. - Время измерения 1 - 4 минуты. - Звуковой сигнал по окончании измерения.