

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17770385-1
Сатып алудың атауы:	Электрокардиографқа электродты кабель
Лоттың нөмірі:	№ 87615966-3ЦП1
Лоттың атауы:	Мамандандырылған кабель
Лоттың сипаттауы:	электрокардиограф үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Электрокардиографқа кабель
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	331010000, Жетісу облысы, Талдықорған қ. Каблиса Жырау 87
Жеткізу мерзімі:	Егер Өнім беруші қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болса, жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 61 күнтізбелік күн ішінде, жеткізушілердің өзге санаттары үшін жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Электрокардиограф аппаратына арналған кабель. Бұру саны - 12 жалпы қабылданған бұру (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6). Сымдардың саны 10. Ажыратқыш түрі - DA-15. Айыр түрі - Тура. Шанышқыны бекіту - бұрамада, түсі - сұр. Штекердің диаметрі - 4 мм. Штекер түрі - серіппесі бар Banana plug. Пайдалану температурасы -10-нан 55 С-қа дейін, Пайдалану ылғалдылығы - 25-85%. Көбілдің ұзындығы - 3 м кем емес МЕМСТ 50267.25-94 (МЭК 601-2-25-93). Барлығы тапсырыс берушімен келісілсін.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17770385-1
Наименование закупки:	Кабель электродный к электрокардиографу
Номер лота:	№ 87615966-ЗЦП1
Наименование лота:	Кабель специализированный
Описание лота:	для электрокардиографа
Дополнительное описание лота:	Кабель электронный к электрокардиографу
Количество:	1
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	331010000, область Жетісу, г.Талдыкорган Каблиса Жырау 87
Срок поставки:	Если Поставщик находится в реестре казахстанских товаропроизводителей срок поставки в течений 61 календарных дней со дня подписания договора, для иных категорий поставщиков срок поставки 15 календарных дней со дня подписания договора.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Кабель для аппарата электрокардиограф. Количество отведений - 12 общепринятых отведений (I, II, III ,aVR ,aVL, aVF ,V1, V2, V3, V4 ,V5 ,V6). Количество проводов 10. Тип разъема - DA-15. Тип вилки - Прямой. Крепление вилки - на винтах, цвет - серый. Диаметр штекера - 4 мм. Тип штекера - Banana plug с пружиной. Температура эксплуатации от -10 до 55 С. Влажность эксплуатации - 25-85 %. Длина кабеля- не менее 3 м. ГОСТ 50267.25-94 (МЭК 601-2-25-93). Все согласовать с заказчиком.