

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17789995-1
Сатып алудың атауы:	Иммуногематологиялық анализатор үшін шығын материалдарын сатып алу
Лоттың нөмірі:	№ 88139582-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Реагенттер жинағы
Лоттың сипаттауы:	комплемент жүйесінің белсенділігін иммундық ферментті анықтау үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	ID-Diluent2 for IH-Analyzers 10x60x700 µl Иондық күші төмен модификацияланған ерітінді
Саны, көлемі:	1
Өлшем бірлігі:	Құты
Жеткізу орны:	311010000, Жамбыл облысы, Тараз қ. Жамбыл облысы, Тараз қаласы, Әл-Фараби көшесі, 2б
Жеткізу мерзімі:	Келісім-шарт жасағаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде тауарды жеткізу
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Мақсатты аймақ: зертханалық диагностика. Функционалдық талаптар: Антигендерді типтеу кезінде 5% эритроцит суспензиясын дайындау, үйлесімділік тесттері, автоконтроль және тікелей антиглобулиндік тесттерді орындау үшін 0,8% эритроцит суспензиясын дайындау, ІН-500 иммуногематологиялық анализаторында ІD-карта қолдану арқылы. Техникалық сипаттамаларға қойылатын талаптар: Төмен ионды тығыздыққа ие модификацияланған ерітінді. Мөлдір, түссіз сұйықтық. Жеткізілімге қойылатын талаптар: 1 жиынтық — 10 стақан, әрқайсысында 60 микробұйымшақ (микропробирка) Дилуент 2 бар.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17789995-1
Наименование закупки:	Закуп расходных материалов на иммуногематологического анализатор
Номер лота:	№ 88139582-ЗЦП1
Наименование лота:	Набор реагентов
Описание лота:	для иммуноферментного определения активности системы комплемента
Дополнительное описание лота:	ID-Diluent2 for IH-Analyzers10x60x700 µl Модифицированный раствор низкой ионной силы
Количество:	1
Единица измерения:	Флакон
Места поставки:	311010000, Жамбылская область, г.Тараз Жамбылская область, г.Тараз, ул.Аль-Фараби, 2б
Срок поставки:	Срок поставки в течение 16 календарных дней со дня заключения договора
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Область назначения: лабораторная диагностика. Требования к функциональности: приготовления суспензии эритроцитов 5% при типировании антигенов, для приготовления суспензии эритроцитов 0,8% для проведения тестов на совместимость, аутоконтроля и прямого антиглобулинового теста с использованием ID-карты на иммуногематологическом анализаторе «ИH-500». Требования к техническим характеристикам: модифицированный раствор низкой ионной плотности. Прозрачная бесцветная жидкость. Требования к комплектации: 1 набор 10 штативов содержащих 60 микропробирок с Дилуентом 2.