

Конкурстық құжаттамаға сатып алынаты тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17101895-1
Сатып алудың атауы:	Шаруашылық тауарларын сатып алу.
Лоттың нөмірі:	№ 86490641-ЗЦП1
Лоттың атауы :	Пирометр
Лоттың сипаттауы:	толық сәулелендіру, температура өзгеруінің диапазоны - 50 + 2500 °C
Лоттың қысқаша сипаттауы:	
Саны, көлемі:	6
Өлшем бірлігі:	Дана
Жеткізу орны:	711210000, Астана қ., Есіл ауданы Е495 көшесі, 2 ғимарат
Жеткізу мерзімі:	Жеткізу мерзімі-Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 16 күн ішінде. Өнім беруші Қазақстандық тауар өндірушілер тізілімінде болған жағдайда, жеткізу мерзімі-60 күнтізбелік күн ішінде
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Инфрақызыл Термометр байланыссыз. Түрі-контактсіз (ИҚ-бетінің температурасын өлшеу). Температураны өлшеу диапазоны -50 °C - тан +380 °C-қа дейін. өлшеу қателігі — ±1,5 °C-тан ±2 °C-қа дейін.өлшеудің жұмыс қашықтығы-5-тен 15 см-ге дейін. мақсаты: тұрмыстық, техникалық және өндірістік жағдайларда объектімен байланыссыз беттердің температурасын өлшеу. Дизайн — портативті, сандық көрсеткіштері бар. Қуат-Батарея немесе батарея (орындалуына байланысты). Қосымша функциялар-рұқсат етіледі (мысалы, дисплейді жарықтандыру, автоматты өшіру). МЕМСТ 8.558-2009

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17101895-1
Наименование закупки:	Закуп хозяйственных товаров.
Номер лота:	№ 86490641-ЗЦП1
Наименование лота:	Пирометр
Описание лота:	излучение полное, диапазон изменения температуры - 50 + 2500 °С
Дополнительное описание лота:	Пирометр
Количество:	6
Единица измерения:	Штука
Места поставки:	711210000, г.Астана, район Есиль Улица Е495, здание 2
Срок поставки:	Срок поставки - в течение 16 календарных дней по заявке Заказчика. В случае нахождения поставщика в Реестре казахстанских товаропроизводителей, срок поставки - в течение 60 календарных дней
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Термометр инфракрасный бесконтактный. Тип — бесконтактный (ИК-измерение температуры поверхности). Диапазон измерения температуры — от -50 °С до +380 °С. Погрешность измерения — не более ±1,5 °С до ±2 °С. Рабочее расстояние измерения — от 5 до 15 см. Назначение: измерение температуры поверхностей без контакта с объектом в бытовых, технических и производственных условиях. Конструкция — портативная, с цифровой индикацией показаний. Питание — батарейное или аккумуляторное (в зависимости от исполнения). Дополнительные функции — допускаются (например, подсветка дисплея, автоотключение). ГОСТ 8.558-2009