

Конкурстық құжаттамаға сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

Сатып алудың нөмірі:	№ 17856928-1
Сатып алудың атауы:	Зарарсыздандыруға арналған орау материалдары
Лоттың нөмірі:	№ 88329704-ЗЦП1
Лоттың атауы:	Қаптаушы зарарсыздандырушы материал
Лоттың сипаттауы:	медициналық тағайындалымдағы материалдар мен заттарды зарарсыздандыру үшін
Лоттың қысқаша сипаттауы:	Пакеты Стерит комбинированные, самоклеящиеся, 100 шт. с индикаторами 1 класса 150x200
Саны, көлемі:	100
Өлшем бірлігі:	Бума
Жеткізу орны:	231010000, Атырау облысы, Атырау қ. Лев Владимирский 22А
Жеткізу мерзімі:	Мемлекеттік сатып алу веб-порталындағы электрондық шартты келісу қойындысында Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 15 (он бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде, бірақ 2026 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей.
Функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану мінездемесін сипаттау:	Стерилизацияға арналған бір реттік қаптама Стерилизацияға жататын медициналық бұйымдарға арналған қаптама (орауыш). Бұйым конструкциясы оралған медициналық бұйымды стерилизациялауға және оны ашқанға дейін немесе белгіленген сақтау мерзімі ішінде стерильділігін сақтауға мүмкіндік береді. Қолданғаннан кейін жойылуға жататын бұйым. Комбинацияланған пакет медициналық бұйымдарды бу, этилен оксиді, бу-формальдегид және радиациялық әдістермен стерилизациялау алдында орауға арналған, стерилизациядан кейін оларды тасымалдау және сақтау барысында, пайдалануға дейін олардың стерильділігін сақтау мақсатында қолданылады. Пакеттер арнайы қағаздан және оған дәнекерленген мөлдір көпқабатты үлдірден жасалған тікбұрышты конверт түрінде болады, бір немесе бірнеше 1-класс химиялық индикаторларымен жабдықталған, бұл стерилизациядан өткен және өтпеген пакеттерді ажыратуға мүмкіндік береді. Бүйірлік тігісінің ені кемінде 7 мм. Пакеттің қағаз бетінде тігіс бойымен барлық қажетті жазбалар көрсетіледі: сауда маркасы, өндіруші логотипі, пакет өлшемі, сондай-ақ пакетте ГОСТ ISO 11140-1-2011 стандартына сәйкес бу және газ (этилен оксиді, буформальдегид) стерилизациясына арналған 1-класс химиялық индикаторлар (куәгерлер) және стерилизациядан кейінгі соңғы түсі көрсетіледі. Индикаторлар стерилизациядан өткен және өтпеген қаптамаларды ажыратуға мүмкіндік береді. Қаптама шеттері импульстік термодәнекерлеу аппараты арқылы кемінде 250 °С температурада дәнекерленеді. Комбинирленген, өздігінен жабыстырылатын пакеттер, 1-класс индикаторларымен, өлшемі 150x200 мм, 100 дана. Қаптамада кемінде 100 дана болуы тиіс. Жарамдылық мерзімі кемінде 5 жыл. Стерильділікті сақтау мерзімі кемінде 12 ай. Жеткізу сәтіндегі қалдық жарамдылық мерзімі кемінде 48 ай. Сақтау шарттары: +5 (±0,5)°С-тан +40 (±0,5)°С-қа дейінгі температурада, +25 °С-та салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын, күн сәулесінен қорғалған жерде сақталуы тиіс. Тасымалдау кезінде температура -20°С-тан төмен емес және +40°С-тан жоғары емес болуы қажет, қаптамаға ылғалдың (жаңбыр, қар, тұман және т.б.) түсуіне жол берілмейді. Өнім медициналық бұйым ретінде тіркеу куәлігіне және сәйкестік сертификатына ие болуы тиіс. Келісу немесе қосымша ақпарат алу үшін телефон нөмірі: +7 702 124 36 77.

Техническая спецификация закупаемых товаров к конкурсной документации

Номер закупки:	№ 17856928-1
Наименование закупки:	Упаковочные материалы для стерилизации
Номер лота:	№ 88329704-ЗЦП1
Наименование лота:	Материал упаковочный стерилизационный
Описание лота:	для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения
Дополнительное описание лота:	Пакеты Стерит комбинированные, самоклеящиеся, 100 шт. с индикаторами 1 класса 150х200
Количество:	100
Единица измерения:	Упаковка
Места поставки:	231010000, Атырауская область, г.Атырау Лев Владимирский 22А
Срок поставки:	В срок, не превышающий 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подачи Заявки Заказчиком во вкладке согласования электронного договора на веб-портале государственных закупок, но не позднее 31 декабря 2026 года.
Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров:	Упаковка для стерилизации, одноразового использования Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Пакет комбинированный предназначен для упаковки медицинских изделий перед стерилизацией паровым, этиленоксидным, пароформальдегидным и радиационным способами с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакеты представляют собой прямоугольный конверт, изготовленный из специальной бумаги и приваренной к ней прозрачной многослойной пленки, с одним или несколькими химическими индикаторами класса 1, позволяющими отличать пакеты, подвергавшиеся стерилизации, от не подвергавшихся. Ширина бокового шва не менее 7 мм На бумажной поверхности Пакета вдоль шва нанесены все необходимые надписи: торговая марка, логотип фирмыпроизводителя, размер Пакета, а также на Пакете нанесены химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса (свидетели) по ГОСТ ISO 11140-1-2011 с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из Пакетов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Термосваривают края с помощью импульсного термосварочного аппарата при температуре не менее 250 °С. Пакеты комбинированные, самоклеящиеся, 100 шт. с индикаторами 1 класса размер 150х200 . В упаковке не менее 100 штук. Срок годности не менее 5 лет. Срок сохранения стерильности не менее 12 месяцев. Остаточный срок годности не менее 48 месяцев на момент поставки. Условия хранения от +5(+\ -0,5) до + 40(+\ -0,5)оС, относительной влажности не более 80% при + 25 °С, в защищённом от солнечного света месте. При транспортировке условия хранения не ниже -20 и не выше + 40оС, не допуская попадания на упаковку влаги (дождь, снег, туман и т.д.) Продукция должна иметь регистрационное удостоверение как медицинское изделие и сертификат соответствия/согласовать по номеру телефона 87021243677